

2015/10/13 ET・生菌報告

エンドトキシン値 (EU/ml)

測定場所		液種	2015/10/8	2015/10/9		
			木	金		
2-01	DCS-100NX●	透析液		0.0006682		
2-02	DCS-100NX●			0.0006682		
2-03	DCS-100NX●			0.0006682		
2-04	DCS-100NX●			0.0006682		
7-13	DCS-100NX		0.0006272			
7-14	DCS-100NX		0.0006272			
7-15	DCS-100NX		0.0006272			
7-16	DCS-100NX		0.0006272			

生菌培養 (cfu/50ml)

測定場所		採取日	2015/9/28	2015/9/30		
		測定日	2015/10/5	2015/10/7		
			月	水		
9-13	DCS-27	透析液		0cfu/50ml		
病棟	DBB-26			0cfu/50ml		
病棟	DBB-26			0cfu/50ml		
予備	DCS-27			0cfu/50ml		
RO① EUF-1	MIZ ①	透析用水	0/50ml			
RO① EUF-2	MIZ ①		0/50ml			
RO② EUF-1	MIZ ②		0/50ml			
RO② EUF-2	MIZ ②		0/50ml			

「エンドトキシン・生菌・管理基準」

・透析用水細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満

・標準透析液細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満

・超純粋透析液細菌0.1 CFU／mL 未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満

・オンライン補充液無菌かつ無発熱物質(ET)
細菌数10-6CFU／mL未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満

2015/10/20 ET・生菌報告

エンドトキシン値 (EU/ml)

測定場所		液種	2015/10/15	2015/10/16		
			木	金		
1-01	DCS-100NX●	透析液	0.0006272			
1-02	DCS-100NX●		0.0006272			
1-03	DCS-100NX●		0.0006272			
1-04	DCS-100NX●		0.0006272			
2-11	GC-300N●			0.0006682		
2-12	GC-300N●			0.0006682		
2-13	GC-300N●			0.0006682		
2-14	GC-300N●			0.0006682		

生菌培養 (cfu/50ml)

測定場所		採取日	2015/10/8	2015/10/9		
		測定日	2015/10/15	2015/10/16		
			木	金		
7-13	DCS-100NX●	透析液	0cfu/50ml			
7-14	DCS-100NX●		0cfu/50ml			
7-15	DCS-100NX●		0cfu/50ml			
7-16	DCS-100NX●		0cfu/50ml			
2-01	DCS-100NX●			0/50ml		
2-02	DCS-100NX●			0/50ml		
2-03	DCS-100NX●			0/50ml		
2-04	DCS-100NX●			0/50ml		

「エンドトキシン・生菌・管理基準」

・透析用水細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満

・標準透析液細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満

・超純粋透析液細菌0.1 CFU／mL 未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満

・オンライン補充液無菌かつ無発熱物質(ET)
細菌数10-6CFU／mL未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満

2015/10/27 ET・生菌報告

エンドトキシン値 (EU/ml)

測定場所		液種	2015/10/19	2015/10/21	2015/10/22	2015/10/23
			月	水	木	金
1-05	DCS-100NX	透析液			0.0006682	
1-06	DCS-100NX				0.0006682	
1-07	DCS-100NX				0.0006682	
1-08	DCS-100NX				0.0006682	
3-01	GC-110N					0.0006682
3-02	GC-110N					0.0006682
3-03	GC-110N					0.0006682
3-04	GC-110N					0.0006682
3-08	DCG-02			0.0006682		
3-09	DCG-02			0.0006682		
3-10	DCG-02			0.0006682		
3-11	DCG-02			0.0006682		
セントラル① ETRF入口	DAB-E ①		0.0006682			
セントラル① ETRF出口	DAB-E ①		0.0006682			
セントラル② ETRF入口	DAB-E ②		0.0006682			
セントラル② ETRF出口	DAB-E ②		0.0006682			

生菌培養 (cfu/50ml)

測定場所		採取日	2015/10/15	2015/10/16		
		測定日	2015/10/22	2015/10/23		
			木	金		
1-01	DCS-100NX	透析液	0cfu/50ml			
1-02	DCS-100NX		0cfu/50ml			
1-03	DCS-100NX		0cfu/50ml			
1-04	DCS-100NX		0cfu/50ml			
2-11	GC-300N●			0cfu/50ml		
2-12	GC-300N●			0cfu/50ml		
2-13	GC-300N●			0cfu/50ml		
2-14	GC-300N●			0cfu/50ml		

「エンドトキシン・生菌・管理基準」

・透析用水細菌100 CFU/mL 未満
ET 0.050 EU/mL 未満

・標準透析液細菌100 CFU/mL 未満
ET 0.050 EU/mL 未満

・超純粋透析液細菌0.1 CFU/mL 未満
ET 0.001EU/mL(測定感度)未満

・オンライン補充液無菌かつ無発熱物質(ET)
細菌数10-6CFU/mL未満
ET 0.001EU/mL(測定感度)未満

2015/11/03 ET・生菌報告

エンドトキシン値 (EU/ml)

測定場所		液種	2015/10/26	2015/10/28	2015/10/29	
			月	水	木	
1-09	DCS-100NX	透析液			0.0006682	
1-10	DCS-100NX				0.0006682	
1-11	DCS-100NX				0.0006682	
1-12	DCS-100NX				0.0006682	
3-01	GC-110N		0.0006682			
3-02	GC-110N		0.0006682			
3-03	GC-110N		0.0006682			
3-04	GC-110N		0.0006682			
3-12	DCG-02			0.0006682		
3-13	DBB-27			0.0006682		
3-14	DBB-27			0.0006682		
4-12個室	DBB-27			0.0006682		

生菌培養 (cfu/50ml)

測定場所		採取日	2015/10/19	2015/10/21	2015/10/22	2015/10/23
		測定日	2015/10/26	2015/10/28	2015/10/29	2015/10/30
			月	水	木	金
1-05	DCS-100NX	透析液			0cfu/50ml	
1-06	DCS-100NX				0cfu/50ml	
1-07	DCS-100NX				0cfu/50ml	
1-08	DCS-100NX				0cfu/50ml	
3-01	GC-110N					0cfu/50ml
3-02	GC-110N					0cfu/50ml
3-03	GC-110N					0cfu/50ml
3-04	GC-110N					0cfu/50ml
3-08	DCG-02			0cfu/50ml		
3-09	DCG-02			0cfu/50ml		
3-10	DCG-02			0cfu/50ml		
3-11	DCG-02			0cfu/50ml		
セントラル① ETRF入口	DAB-E ①		0cfu/50ml			
セントラル① ETRF出口	DAB-E ①		0cfu/50ml			
セントラル② ETRF入口	DAB-E ②		0cfu/50ml			
セントラル② ETRF出口	DAB-E ②		0cfu/50ml			

「エンドトキシン・生菌・管理基準」

- ・透析用水細菌100 CFU/mL 未満
ET 0.050 EU/mL 未満
- ・標準透析液細菌100 CFU/mL 未満
ET 0.050 EU/mL 未満
- ・超純粋透析液細菌0.1 CFU/mL 未満
ET 0.001EU/mL(測定感度)未満
- ・オンライン補充液無菌かつ無発熱物質(ET)
細菌数10-6CFU/mL未満
ET 0.001EU/mL(測定感度)未満

東棟 ET・生菌測定結果(10月)

エンドトキシン値(EU/ml)

測定場所		測定日	液 種	2015/10/7	2015/10/8
1号室	2号機		透析液	<0.0006272	
2号室	6号機			<0.0006272	
3号室	9号機			<0.0006272	
4号室	9号機			<0.0006272	
透析液供給装置	DAB1号機		透析液		<0.0006272
透析液供給装置	DAB2号機				<0.0006272
水処理室	ROタンク後		RO水		<0.0006272
水処理室	RO膜後				<0.0006272

生菌培養(cfu/50ml)

測定場所		採取日(測定日)	液 種	2015/10/7 (2015/10/14)	2015/10/8 (2015/10/15)
1号室	2号機		透析液	0	
2号室	6号機			0	
3号室	9号機			0	
4号室	9号機			0	
透析液供給装置	DAB1号機		透析液		0
透析液供給装置	DAB2号機				0
水処理室	ROタンク後		RO水		0
水処理室	RO膜後				0