

2016/02/02 ET・生菌報告(本館)

エンドトキシン値 (EU/ml)

測定場所		液種	2016/1/25	2016/1/27	2016/1/28	2016/1/29
			月	水	木	金
2-01	DCS-100NX●	透析液				0.0006924
2-02	DCS-100NX●					0.0006924
2-03	DCS-100NX●					0.0006924
2-04	DCS-100NX●					0.0006924
7-09	DCS-100NX				0.0006924	
7-10	DCS-100NX				0.0006924	
7-11	DCS-100NX				0.0006924	
7-12	DCS-100NX				0.0006924	
9-13	DCS-27			0.0006924		
病棟	DBB-26			0.0006924		
病棟	DBB-26			0.0006924		
予備	DCS-27			0.0006924		
RO① モジュール	MIZ ①	透析用水	0.0006924			
RO② モジュール	MIZ ②		0.0006924			
RO① タンク後	MIZ ①		0.0006924			
RO② タンク後	MIZ ②		0.0006924			

生菌培養 (cfu/50ml)

測定場所		採取日	2016/1/18	2016/1/20	2016/1/21	
		測定日	2016/1/25	2016/1/27	2016/1/28	
			月	水	木	
7-05	DCS-100NX	透析液			0cfu/50ml	
7-06	DCS-100NX				0cfu/50ml	
7-07	DCS-100NX				0cfu/50ml	
7-08	DCS-100NX				0cfu/50ml	
9-09	DCS-27	透析液		0cfu/50ml		
9-10	DCS-27			0cfu/50ml		
9-11	DCS-27			0cfu/50ml		
9-12	DCS-27			0cfu/50ml		
セントラル③ ETRF入口	DAB-E ③	透析用水	0cfu/50ml			
セントラル③ ETRF出口	DAB-E ③		0cfu/50ml			
セントラル④ ETRF入口	DAB-E ④		0cfu/50ml			
セントラル④ ETRF出口	DAB-E ④		0cfu/50ml			

「エンドトキシン・生菌・管理基準」

・透析用水細菌100 CFU/mL 未満
ET 0.050 EU/mL 未満

・標準透析液細菌100 CFU/mL 未満
ET 0.050 EU/mL 未満

・超純粋透析液細菌0.1 CFU/mL 未満
ET 0.001EU/mL(測定感度)未満

・オンライン補充液無菌かつ無発熱物質(ET)
細菌数10-6CFU/mL未満
ET 0.001EU/mL(測定感度)未満

2016/02/09 ET・生菌報告(本館)

エンドトキシン値 (EU/ml)

測定場所		液種	2016/2/1	2016/2/3	2016/2/4	2016/2/5
			月	水	木	金
2-11	GC-300N●	透析液				0.0006924
2-12	GC-300N●					0.0006924
2-13	GC-300N●					0.0006924
2-14	GC-300N●					0.0006924
7-13	DCS-100NX				0.0006924	
7-14	DCS-100NX				0.0006924	
7-15	DCS-100NX				0.0006924	
7-16	DCS-100NX				0.0006924	
RO① EUF(奥側)	MIZ ①	透析用水	0.0006924			
RO① EUF(手前側)	MIZ ①		0.0006924			
RO② EUF(奥側)	MIZ ②		0.0006924			
RO② EUF(手前側)	MIZ ②		0.0006924			

生菌培養 (cfu/50ml)

測定場所		採取日	2016/1/25	2016/1/27	2016/1/28	2016/1/29
		測定日	2016/2/1	2016/2/3	2016/2/4	2016/2/5
			月	水	木	金
2-01	DCS-100NX●	透析液				0cfu/50ml
2-02	DCS-100NX●					0cfu/50ml
2-03	DCS-100NX●					0cfu/50ml
2-04	DCS-100NX●					0cfu/50ml
7-09	DCS-100NX				0cfu/50ml	
7-10	DCS-100NX				0cfu/50ml	
7-11	DCS-100NX				0cfu/50ml	
7-12	DCS-100NX				0cfu/50ml	
9-13	DCS-27			0cfu/50ml		
病棟	DBB-26			0cfu/50ml		
病棟	DBB-26			0cfu/50ml		
予備	DCS-27			0cfu/50ml		
RO① モジュール	MIZ ①	透析用水	0cfu/50ml			
RO① タンク後	MIZ ①		0cfu/50ml			
RO② モジュール	MIZ ②		0cfu/50ml			
RO② タンク後	MIZ ②		0cfu/50ml			

「エンドトキシン・生菌・管理基準」

・透析用水細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満

・標準透析液細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満

・超純粋透析液細菌0.1 CFU／mL 未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満

・オンライン補充液無菌かつ無発熱物質(ET)
細菌数10-6CFU／mL未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満

2016/02/016 ET・生菌報告(本館)

エンドトキシン値 (EU/ml)

測定場所		液種				2016/2/12
						金
3-01	GC-110N	透析液				0.0006924
3-02	GC-110N					0.0006924
3-03	GC-110N					0.0006924
3-04	GC-110N					0.0006924
		透析用水				

生菌培養 (cfu/50ml)

測定場所		採取日	2016/2/1	2016/2/4	2016/2/5
		測定日	2016/2/8	2016/2/11	2016/2/12
			月	木	金
2-11	GC-300N●	透析液			0cfu/50ml
2-12	GC-300N●				0cfu/50ml
2-13	GC-300N●				0cfu/50ml
2-14	GC-300N●				0cfu/50ml
7-13	DCS-100NX			0cfu/50ml	
7-14	DCS-100NX			0cfu/50ml	
7-15	DCS-100NX			0cfu/50ml	
7-16	DCS-100NX			0cfu/50ml	
RO① EUF-1	MIZ ①	透析用水	0cfu/50ml		
RO① EUF-2	MIZ ①		0cfu/50ml		
RO② EUF-1	MIZ ②		0cfu/50ml		
RO② EUF-2	MIZ ②		0cfu/50ml		

「エンドトキシン・生菌・管理基準」

・透析用水細菌100 CFU/mL 未満
ET 0.050 EU/mL 未満

・標準透析液細菌100 CFU/mL 未満
ET 0.050 EU/mL 未満

・超純粋透析液細菌0.1 CFU/mL 未満
ET 0.001EU/mL(測定感度)未満

・オンライン補充液無菌かつ無発熱物質(ET)
細菌数10-6CFU/mL未満
ET 0.001EU/mL(測定感度)未満

2016/02/23 ET・生菌報告(本館)

エンドトキシン値 (EU/ml)

測定場所		液種	2016/2/15	2016/2/17	2016/2/18	2016/2/19
			月	水	木	金
1-1	DCS-100NX	透析液			0.0006924	
1-2	DCS-100NX				0.0006924	
1-3	DCS-100NX				0.0006924	
1-4	DCS-100NX				0.0006924	
3-8	DCS-100NX			0.0006924		
3-9	DCS-100NX			0.0006924		
3-10	DCS-100NX			0.0006924		
3-11	DCS-100NX			0.0006924		
セントラル① ETRF入口	DAB-E ①	透析用水	0.0006924			
セントラル① ETRF出口	DAB-E ①		0.0006924			
セントラル② ETRF入口	DAB-E ②		0.0006924			
セントラル② ETRF出口	DAB-E ②		0.0006924			

生菌培養 (cfu/50ml)

測定場所		採取日				2016/2/12
		測定日				2016/2/19
						金
3-1	GC-110N●	透析液				0cfu/50ml
3-2	GC-110N●					0cfu/50ml
3-3	GC-110N●					0cfu/50ml
3-4	GC-110N●					0cfu/50ml
		透析用水				

「エンドトキシン・生菌・管理基準」

・透析用水細菌100 CFU/mL 未満
ET 0.050 EU/mL 未満

・標準透析液細菌100 CFU/mL 未満
ET 0.050 EU/mL 未満

・超純粋透析液細菌0.1 CFU/mL 未満
ET 0.001EU/mL(測定感度)未満

・オンライン補充液無菌かつ無発熱物質(ET)
細菌数10-6CFU/mL未満
ET 0.001EU/mL(測定感度)未満

2016/2 ET・生菌報告(東棟)

エンドトキシン値(EU/ml)

測定日		液 種	2016/2/11	2016/2/13	2016/2/16
2-9	DCS-100NX	透析液		<0.0006464	
3-6	DCS-100NX			<0.0006464	
透析液供給装置	DAB1号機			<0.0006464	
透析液供給装置	DAB2号機			<0.0006464	
水処理室	ROタンク後	透析用水			<0.0006464
水処理室	RO膜後				<0.0006464
水処理室	UF膜後1				<0.0006464
水処理室	UF膜後2				<0.0006464
機械室	ETRF1		<0.0007525		
機械室	ETRF2		<0.0007525		
機械室	ETRF3		<0.0006464		
機械室	ETRF4		<0.0006464		

生菌培養(cfu/50ml)

測定日		液 種	2016/2/11 (2016/2/18)	2016/2/13 (2016/2/20)	2016/2/16 (2016/2/23)
2-9	DCS-100NX	透析液		0	
3-6	DCS-100NX			0	
透析液供給装置	DAB1号機			0	
透析液供給装置	DAB2号機			0	
水処理室	ROタンク後	透析用水			0
水処理室	RO膜後				2
水処理室	UF膜後1				0
水処理室	UF膜後2				0
機械室	ETRF1		0		
機械室	ETRF2		0		
機械室	ETRF3		0		
機械室	ETRF4		0		

「エンドトキシン捕捉フィルタ(ETRF)管理基準」

- ・透析用水細菌100 CFU/mL 未満
ET 0.050 EU/mL 未満
- ・標準透析液細菌100 CFU/mL 未満
ET 0.050 EU/mL 未満
- ・超純粋透析液細菌0.1 CFU/mL 未満
ET 0.001EU/mL(測定感度)未満
- ・オンライン補充液無菌かつ無発熱物質(ET)
細菌数10-6CFU/mL未満
ET 0.001EU/mL(測定感度)未満