

看護部生涯教育研修

日時 :平成28年11月1日(火)16時40分～17時20分

場所 :新王子病院 4階会議室A

内容 :モニターの安全管理

講師 :日本光電工業(株)

モニターアラームに関する、実際にあったマスコミ報道と事故例の説明を聞き、死亡してしまった事故例のほとんどはアラームの音量を下げたり、うるさいからとOFFにした事が原因でした。不整脈ではないのに頻繁に鳴るアラームや患者の体動による筋電ノイズのアラームに対しては、誤報の軽減方法や設定ミスを避けるための電極の付け替え方、またパルスオキシメーターの注意事項等を学びました。

