

2017/6/6/ET・生菌報告（本館・東棟）

エンドトキシン値 (EU/ml)

測定場所			採取日	2017/5/29	2017/5/31	2017/6/1
			液種	月	水	木
本館	セントラル①ETRF入口	DAB-NX ①	透析用水	<0.0004482		
	セントラル①ETRF出口	DAB-NX ①	透析用水	<0.0004482		
	セントラル②ETRF入口	DAB-E ②	透析用水	<0.0004482		
	セントラル②ETRF出口	DAB-E ②	透析用水	<0.0004482		
本館	8-01	DCS-100NX	透析液		<0.0004482	
	8-02	DCS-100NX	透析液		<0.0004482	
	8-03	DCS-27	透析液		<0.0004482	
	8-04	DCS-27	透析液		<0.0004482	
本館	2-01	DCS-100NX	透析液			<0.0004482
	2-02	DCS-100NX	透析液			<0.0004482
	2-03	DCS-100NX	透析液			<0.0004482
	2-04	DCS-100NX	透析液			<0.0004482

生菌培養 (cfu/50ml)

測定場所			採取日	2017/5/22	2017/5/26	
			測定日	2017/5/29	2017/6/2	
			液種	月	金	
本館	3-05	GC-300N●	透析液		0/50ml	
	3-06	GC-300N●	透析液		0/50ml	
	3-07	GC-300N●	透析液		0/50ml	
	3-08	GC-300N●	透析液		0/50ml	
東棟	東3-07号機	DCG-03	透析液	0/50ml		
	東3-08号機	DCG-03	透析液	0/50ml		
	東3-09号機	DCG-03	透析液	0/50ml		
	東3-10号機	DCG-03	透析液	0/50ml		

「エンドトキシン・生菌・管理基準」

- ・透析用水細菌100 CFU/mL 未満
ET 0.050 EU/mL 未満
- ・標準透析液細菌100 CFU/mL 未満
ET 0.050 EU/mL 未満
- ・超純粋透析液細菌0.1 CFU/mL 未満
ET 0.001EU/mL(測定感度)未満
- ・オンライン補充液無菌かつ無発熱物質(ET)
細菌数10-6CFU/mL未満
ET 0.002EU/mL(測定感度)未満

2017/6/13/ET・生菌報告（本館・東棟）

エンドトキシン値 (EU/ml)

測定場所			採取日	2017/6/7	2017/6/9	
			液種	水	金	
本館	3-09	GC-300N●	透析液		<0.0004482	
	3-10	GC-300N●	透析液		<0.0004482	
	3-11	GC-300N●	透析液		<0.0004482	
	3-12	GC-300N●	透析液		<0.0004482	
東棟	東セントラル②ETRF入口	東DAB-NX ②	透析用水	<0.0005689		
	東セントラル②ETRF出口3	東DAB-NX ②	透析用水	<0.0005689		
	東セントラル②ETRF出口4	東DAB-NX ②	透析用水	<0.0005689		

生菌培養 (cfu/50ml)

測定場所			採取日	2017/5/29	2017/5/31	2017/6/1
			測定日	2017/6/5	2017/6/7	2017/6/8
			液種	月	水	木
本館	セントラル①ETRF入口	DAB-NX ①	透析用水	0/50ml		
	セントラル①ETRF出口	DAB-NX ①	透析用水	0/50ml		
	セントラル②ETRF入口	DAB-E ②	透析用水	0/50ml		
	セントラル②ETRF出口	DAB-E ②	透析用水	0/50ml		
本館	8-01	DCS-100NX	透析液		0/50ml	
	8-02	DCS-100NX	透析液		0/50ml	
	8-03	DCS-27	透析液		0/50ml	
	8-04	DCS-27	透析液		0/50ml	
本館	2-01	DCS-100NX	透析液			0/50ml
	2-02	DCS-100NX	透析液			0/50ml
	2-03	DCS-100NX	透析液			0/50ml
	2-04	DCS-100NX	透析液			0/50ml

「エンドトキシン・生菌・管理基準」

- ・透析用水細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・標準透析液細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・超純粋透析液細菌0.1 CFU／mL 未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満
- ・オンライン補充液無菌かつ無発熱物質(ET)
細菌数10-6CFU／mL未満
ET 0.002EU／mL(測定感度)未満

2017/6/20/ET・生菌報告（本館・東棟）

エンドトキシン値 (EU/ml)

測定場所			採取日	2017/6/12	2017/6/15	
			液種	月	木	
本館	2-05	DCS-100NX	透析液		<0.0004482	
	2-06	DCS-100NX	透析液		<0.0004482	
	2-07	DCS-100NX	透析液		<0.0004482	
	2-08	DCS-100NX	透析液		<0.0004482	
東棟	東2-14号機	DCS-27	透析液	<0.0005689		
	東セントラル①ETRF入口	東DAB-E ①	透析用水	<0.0005689		
	東セントラル①ETRF出口1	東DAB-E ①	透析用水	<0.0005689		
	東セントラル①ETRF出口2	東DAB-E ①	透析用水	<0.0005689		

生菌培養 (cfu/50ml)

測定場所			採取日	2017/6/7	2017/6/9	
			測定日	2017/6/14	2017/6/16	
			液種	水	金	
本館	3-09	GC-300N●	透析液		0/50ml	
	3-10	GC-300N●	透析液		0/50ml	
	3-11	GC-300N●	透析液		0/50ml	
	3-12	GC-300N●	透析液		0/50ml	
東棟	東セントラル②ETRF入口	東DAB-NX ②	透析用水	0/50ml		
	東セントラル②ETRF出口3	東DAB-NX ②	透析用水	0/50ml		
	東セントラル②ETRF出口4	東DAB-NX ②	透析用水	0/50ml		

「エンドトキシン・生菌・管理基準」

- ・透析用水細菌100 CFU/mL 未満
ET 0.050 EU/mL 未満
- ・標準透析液細菌100 CFU/mL 未満
ET 0.050 EU/mL 未満
- ・超純粋透析液細菌0.1 CFU/mL 未満
ET 0.001EU/mL(測定感度)未満
- ・オンライン補充液無菌かつ無発熱物質(ET)
細菌数10-6CFU/mL未満
ET 0.002EU/mL(測定感度)未満

2017/6/27/ET・生菌報告（本館・東棟）

エンドトキシン値 (EU/ml)

測定場所			採取日	2017/6/19	2017/6/21	2017/6/22	2017/6/23
			液種	月	水	木	金
本館	セントラル③ETRF入口	DAB-NX ③	透析用水	<0.0004482			
	セントラル③ETRF出口	DAB-NX ③	透析用水	<0.0004482			
	セントラル④ETRF入口	DAB-E ④	透析用水	<0.0004482			
	セントラル④ETRF出口	DAB-E ④	透析用水	<0.0004482			
本館	3-13	DBB-27	透析液				<0.0004482
	3-14	DBB-27	透析液				<0.0004482
本館	8-05	DCS-27	透析液		<0.0004482		
	8-06	DCS-27	透析液		<0.0004482		
	8-07	DCS-27	透析液		<0.0004482		
	8-08	DCS-27	透析液		<0.0004482		
東棟	東3-05号機	DCS-100NX●	透析液			<0.0005689	
	東3-06号機	DCS-100NX●	透析液			<0.0005689	
	東3-07号機	DCG-03	透析液			<0.0005689	
	東3-08号機	DCG-03	透析液			<0.0005689	

生菌培養 (cfu/50ml)

測定場所			採取日	2017/6/12	2017/6/15		
			測定日	2017/6/19	2017/6/22		
				月	木		
本館	2-05	DCS-100NX	透析液		0/50ml		
	2-06	DCS-100NX	透析液		0/50ml		
	2-07	DCS-100NX	透析液		0/50ml		
	2-08	DCS-100NX	透析液		0/50ml		
東棟	東2-14号機	DCS-27	透析液	0/50ml			
	東セントラル①ETRF入口	東DAB-E ①	透析用水	0/50ml			
	東セントラル①ETRF出口1	東DAB-E ①	透析用水	0/50ml			
	東セントラル①ETRF出口2	東DAB-E ①	透析用水	0/50ml			

「エンドトキシン・生菌・管理基準」

- ・透析用水細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・標準透析液細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・超純粋透析液細菌0.1 CFU／mL 未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満
- ・オンライン補充液無菌かつ無発熱物質(ET)
細菌数10-6CFU／mL未満
ET 0.002EU／mL(測定感度)未満