

2017/9/5/ET・生菌報告（本館・東棟）

エンドトキシン値 (EU/ml)

測定場所			採取日	2017/9/1	2017/9/2	
			液種	金	土	
本館	3-01	GC-110N	透析液	<0.0005689		
	3-02	GC-110N	透析液	<0.0005689		
	3-03	GC-110N	透析液	<0.0005689		
	3-04	GC-110N	透析液	<0.0005689		
東棟	東ROモジュール	東MIZ	透析用水		<0.0007184	
	東ROタンク後	東MIZ	透析用水		<0.0007184	
	東ROEUF①	東MIZ	透析用水		<0.0007184	
	東ROEUF②	東MIZ	透析用水		<0.0007184	

生菌培養 (cfu/50ml)

測定場所			採取日	2017/8/24		
			測定日	2017/8/31		
			液種	木		
本館	6-09	DCS-100NX	透析液	0/50ml		
	6-10	DCS-100NX	透析液	0/50ml		
	6-11	DCS-100NX	透析液	0/50ml		
	6-12	DCS-100NX	透析液	0/50ml		

「エンドトキシン・生菌・管理基準」

- ・透析用水細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・標準透析液細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・超純粋透析液細菌0.1 CFU／mL 未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満
- ・オンライン補充液無菌かつ無発熱物質(ET)
細菌数10-6CFU／mL未満
ET 0.002EU／mL(測定感度)未満

2017/9/12/ET・生菌報告（本館・東棟）

エンドトキシン値 (EU/ml)

測定場所			採取日	2017/9/4	2017/9/5	2017/9/6	2017/9/7
			液種	月	火	水	木
本館	セントラル③ETRF入口	DAB-NX ③	透析用水	<0.0005298			
	セントラル③ETRF出口	DAB-NX ③	透析用水	<0.0005298			
	セントラル④ETRF入口	DAB-E ④	透析用水	<0.0005298			
	セントラル④ETRF出口	DAB-E ④	透析用水	<0.0005298			
	9-05	DCS-27	透析液			<0.0005298	
	9-06	DCS-27	透析液			<0.0005298	
	9-07	DCS-27	透析液			<0.0005298	
	9-08	DCS-27	透析液			<0.0005298	
	6-13	DCS-100NX	透析液				<0.0005298
	6-14	DCS-100NX	透析液				<0.0005298
	6-15	DCS-100NX	透析液				<0.0005298
	6-16	DCS-100NX	透析液				<0.0005298
東棟	東3-01号機	DCS-100NX	透析液		<0.0007184		
	東3-02号機	DCS-100NX	透析液		<0.0007184		
	東3-03号機	DCS-100NX	透析液		<0.0007184		
	東3-04号機	DCS-100NX	透析液		<0.0007184		
	東1-05号機	DCS-100NX	透析液	<0.0007184			
	東1-06号機	DCS-100NX	透析液	<0.0007184			
	東1-07号機	DCS-100NX	透析液	<0.0007184			
	東1-08号機	DCS-100NX	透析液	<0.0007184			
	東3-05号機	DCS-100NX●	透析液			<0.0007184	
	東3-06号機	DCS-100NX●	透析液			<0.0007184	
	東3-07号機	DCG-03	透析液			<0.0007184	
	東3-08号機	DCG-03	透析液			<0.0007184	

生菌培養 (cfu/50ml)

測定場所			採取日	2017/9/1	2017/9/2		
			測定日	2017/9/8	2017/9/9		
			液種	金	土		
本館	3-01	GC-110N	透析液	0/50ml			
	3-02	GC-110N	透析液	0/50ml			
	3-03	GC-110N	透析液	0/50ml			
	3-04	GC-110N	透析液	0/50ml			
東棟	東ROモジュール	東MIZ	透析用水		0/50ml		
	東ROタンク後	東MIZ	透析用水		0/50ml		
	東ROEUF①	東MIZ	透析用水		0/50ml		
	東ROEUF②	東MIZ	透析用水		0/50ml		

「エンドトキシン・生菌・管理基準」

・透析用水細菌100 CFU/mL 未満
ET 0.050 EU/mL 未満

・標準透析液細菌100 CFU/mL 未満
ET 0.050 EU/mL 未満

・超純粋透析液細菌0.1 CFU/mL 未満
ET 0.001EU/mL(測定感度)未満

・オンライン補充液無菌かつ無発熱物質(ET)
細菌数10-6CFU/mL未満
ET 0.002EU/mL(測定感度)未満

2017/9/19/ET・生菌報告（本館・東棟）

エンドトキシン値 (EU/ml)

測定場所			採取日	2017/9/15			
			液種	金			
本館	8-05	DCS-27	透析液	<0.0005298			
	8-06	DCS-27	透析液	<0.0005298			
	8-07	DCS-27	透析液	<0.0005298			
	8-08	DCS-27	透析液	<0.0005298			

生菌培養 (cfu/50ml)

測定場所			採取日	2017/9/4	2017/9/5	2017/9/6	2017/9/7
			測定日	2017/9/11	2017/9/12	2017/9/13	2017/9/14
			液種	月	火	水	木
本館	セントラル③ETRF入口	DAB-NX ③	透析用水	0/50ml			
	セントラル③ETRF出口	DAB-NX ③	透析用水	0/50ml			
	セントラル④ETRF入口	DAB-E ④	透析用水	0/50ml			
	セントラル④ETRF出口	DAB-E ④	透析用水	0/50ml			
	9-05	DCS-27	透析液			0/50ml	
	9-06	DCS-27	透析液			0/50ml	
	9-07	DCS-27	透析液			0/50ml	
	9-08	DCS-27	透析液			0/50ml	
	6-13	DCS-100NX	透析液				0/50ml
	6-14	DCS-100NX	透析液				0/50ml
	6-15	DCS-100NX	透析液				0/50ml
	6-16	DCS-100NX	透析液				0/50ml
東棟	東3-01号機	DCS-100NX	透析液		0/50ml		
	東3-02号機	DCS-100NX	透析液		0/50ml		
	東3-03号機	DCS-100NX	透析液		0/50ml		
	東3-04号機	DCS-100NX	透析液		0/50ml		
	東1-05号機	DCS-100NX	透析液	0/50ml			
	東1-06号機	DCS-100NX	透析液	0/50ml			
	東1-07号機	DCS-100NX	透析液	0/50ml			
	東1-08号機	DCS-100NX	透析液	0/50ml			
	東3-05号機	DCS-100NX●	透析液			0/50ml	
	東3-06号機	DCS-100NX●	透析液			0/50ml	
	東3-07号機	DCG-03	透析液			0/50ml	
	東3-08号機	DCG-03	透析液			0/50ml	

「エンドトキシン・生菌・管理基準」

・透析用水細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満

・標準透析液細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満

・超純粋透析液細菌0.1 CFU／mL 未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満

・オンライン補充液無菌かつ無発熱物質(ET)
細菌数10-6CFU／mL未満
ET 0.002EU／mL(測定感度)未満

2017/9/26/ET・生菌報告（本館・東棟）

エンドトキシン値 (EU/ml)

測定場所			採取日	2017/9/21		
			液種	木		
本館	7-01	DCS-100NX	透析液	<0.0005298		
	7-02	DCS-100NX	透析液	<0.0005298		
	7-03	DCS-100NX	透析液	<0.0005298		
	7-04	DCS-100NX	透析液	<0.0005298		

生菌培養 (cfu/50ml)

測定場所			採取日	2017/9/15		
			測定日	2017/9/22		
			液種	金		
本館	3-05	GC-300N●	透析液	0/50ml		
	3-06	GC-300N●	透析液	0/50ml		
	3-07	GC-300N●	透析液	0/50ml		
	3-08	GC-300N●	透析液	0/50ml		

「エンドトキシン・生菌・管理基準」

- ・透析用水細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・標準透析液細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・超純粋透析液細菌0.1 CFU／mL 未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満
- ・オンライン補充液無菌かつ無発熱物質(ET)
細菌数10—6CFU／mL未満
ET 0.002EU／mL(測定感度)未満