

2018/5/1/ET・生菌報告（本館・東棟）

エンドトキシン値 (EU/ml)

測定場所			採取日	2018/4/27		
			液種	金		
本館	3-05	GC-300N●	透析液	<0.0007365		
	3-06	GC-300N●	透析液	<0.0007365		
	3-07	GC-300N●	透析液	<0.0007365		
	3-08	GC-300N●	透析液	<0.0007365		

生菌培養 (cfu/50ml)

測定場所			採取日	2018/4/16	2018/4/18	2018/4/19
			測定日	2018/4/23	2018/4/25	2018/4/26
			液種	月	水	木
本館	セントラル③ETRF入口	DAB-NX ③	透析用水	0/50ml		
	セントラル③ETRF出口	DAB-NX ③	透析用水	0/50ml		
	セントラル④ETRF入口	DAB-E ④	透析用水	0/50ml		
	セントラル④ETRF出口	DAB-E ④	透析用水	0/50ml		
	9-05	DCS-27	透析液		0/50ml	
	9-06	DCS-27	透析液		0/50ml	
	9-07	DCS-27	透析液		0/50ml	
	9-08	DCS-27	透析液		0/50ml	
	6-13	DCS-100NX	透析液			0/50ml
	6-14	DCS-100NX	透析液			0/50ml
	6-15	DCS-100NX	透析液			0/50ml
	6-16	DCS-100NX	透析液			0/50ml

「エンドトキシン・生菌・管理基準」

- ・透析用水細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・標準透析液細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・超純粋透析液細菌0.1 CFU／mL 未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満
- ・オンライン補充液無菌かつ無発熱物質(ET)
細菌数10-6CFU／mL未満
ET 0.002EU／mL(測定感度)未満

2018/5/8/ET・生菌報告（本館・東棟）

エンドトキシン値 (EU/ml)

測定場所			採取日	2018/5/3	2018/5/5	
			液種	木	土	
本館	7-01	DCS-100NX	透析液	<0.0008475		
	7-02	DCS-100NX	透析液	<0.0008475		
	7-03	DCS-100NX	透析液	<0.0008475		
	7-04	DCS-100NX	透析液	<0.0008475		
東棟	東ROモジュール	東MIZ	透析用水		<0.0008574	
	東ROタンク後	東MIZ	透析用水		<0.0008574	
	東ROEUF①	東MIZ	透析用水		<0.0008574	
	東ROEUF②	東MIZ	透析用水		<0.0008574	
	東3-05号機	DCS-100NX●	透析液	<0.0007365		
	東3-06号機	DCS-100NX●	透析液	<0.0007365		
	東3-09号機	DCG-03	透析液	<0.0007365		
	東3-10号機	DCG-03	透析液	<0.0007365		

生菌培養 (cfu/50ml)

測定場所			採取日	2018/4/27		
			測定日	2018/5/4		
			液種	金		
本館	3-05	GC-300N●	透析液	0/50ml		
	3-06	GC-300N●	透析液	0/50ml		
	3-07	GC-300N●	透析液	0/50ml		
	3-08	GC-300N●	透析液	0/50ml		

「エンドトキシン・生菌・管理基準」

- ・透析用水細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・標準透析液細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・超純粋透析液細菌0.1 CFU／mL 未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満
- ・オンライン補充液無菌かつ無発熱物質(ET)
細菌数10-6CFU／mL未満
ET 0.002EU／mL(測定感度)未満

2018/5/15/ET・生菌報告（本館・東棟）

エンドトキシン値 (EU/ml)

測定場所			採取日	2018/5/7	2018/5/9	2018/5/11
			液種	月	水	金
本館	RO①モジュール	MIZ ①	透析用水	<0.0008475		
	RO②モジュール	MIZ ①	透析用水	<0.0008475		
	RO①タンク後	MIZ ②	透析用水	<0.0008475		
	RO②タンク後	MIZ ②	透析用水	<0.0008475		
	9-09	DCS-27	透析液		<0.0007365	
	9-10	DCS-27	透析液		<0.0007365	
	9-11	DCS-27	透析液		<0.0007365	
	9-12	DCS-27	透析液		<0.0007365	
	3-09	GC-300N●	透析液			<0.0007365
	3-10	GC-300N●	透析液			<0.0007365
	3-11	GC-300N●	透析液			<0.0007365
	3-12	GC-300N●	透析液			<0.0007365
東棟	東2-03号機	DCS-100NX	透析液		<0.0008574	
	東2-04号機	DCS-100NX	透析液		<0.0008574	
	東2-05号機	DCS-100NX	透析液		<0.0008574	
	東2-06号機	DCS-100NX	透析液		<0.0008574	

生菌培養 (cfu/50ml)

測定場所			採取日	2018/5/3	2018/5/5	
			測定日	2018/5/10	2018/5/12	
			液種	木	土	
本館	7-01	DCS-100NX	透析液	0/50ml		
	7-02	DCS-100NX	透析液	0/50ml		
	7-03	DCS-100NX	透析液	0/50ml		
	7-04	DCS-100NX	透析液	0/50ml		
東棟	東ROモジュール	東MIZ	透析用水		0/50ml	
	東ROタンク後	東MIZ	透析用水		0/50ml	
	東ROEUF①	東MIZ	透析用水		0/50ml	
	東ROEUF②	東MIZ	透析用水		0/50ml	
	東3-05号機	DCS-100NX●	透析液	0/50ml		
	東3-06号機	DCS-100NX●	透析液	0/50ml		
	東3-09号機	DCG-03	透析液	0/50ml		
	東3-10号機	DCG-03	透析液	0/50ml		

「エンドトキシン・生菌・管理基準」

- ・透析用水細菌100 CFU/mL 未満
ET 0.050 EU/mL 未満
- ・標準透析液細菌100 CFU/mL 未満
ET 0.050 EU/mL 未満
- ・超純粋透析液細菌0.1 CFU/mL 未満
ET 0.001EU/mL(測定感度)未満
- ・オンライン補充液無菌かつ無発熱物質(ET)
細菌数10-6CFU/mL未満
ET 0.002EU/mL(測定感度)未満

2018/5/22/ET・生菌報告（本館・東棟）

エンドトキシン値 (EU/ml)

測定場所			採取日	2018/5/17		
			液種	木		
本館	7-05	DCS-100NX	透析液	<0.0007365		
	7-06	DCS-100NX	透析液	<0.0007365		
	7-07	DCS-100NX	透析液	<0.0007365		
	7-08	DCS-100NX	透析液	<0.0007365		

生菌培養 (cfu/50ml)

測定場所			採取日	2018/5/7	2018/5/9	2018/5/11
			測定日	2018/5/14	2018/5/16	2018/5/18
			液種	月	水	金
本館	RO①モジュール	MIZ ①	透析用水	0/50ml		
	RO②モジュール	MIZ ①	透析用水	0/50ml		
	RO①タンク後	MIZ ②	透析用水	0/50ml		
	RO②タンク後	MIZ ②	透析用水	0/50ml		
	9-09	DCS-27	透析液		0/50ml	
	9-10	DCS-27	透析液		0/50ml	
	9-11	DCS-27	透析液		0/50ml	
	9-12	DCS-27	透析液		0/50ml	
	3-09	GC-300N●	透析液			0/50ml
	3-10	GC-300N●	透析液			0/50ml
	3-11	GC-300N●	透析液			0/50ml
	3-12	GC-300N●	透析液			0/50ml
東棟	東2-03号機	DCS-100NX	透析液		0/50ml	
	東2-04号機	DCS-100NX	透析液		0/50ml	
	東2-05号機	DCS-100NX	透析液		0/50ml	
	東2-06号機	DCS-100NX	透析液		0/50ml	

「エンドトキシン・生菌・管理基準」

・透析用水細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満

・標準透析液細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満

・超純粋透析液細菌0.1 CFU／mL 未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満

・オンライン補充液無菌かつ無発熱物質(ET)
細菌数10—6CFU／mL未満
ET 0.002EU／mL(測定感度)未満

2018/5/29/ET・生菌報告（本館・東棟）

エンドトキシン値 (EU/ml)

測定場所			採取日	2018/5/25		
			液種	金		
本館	3-13	DBB-100NX	透析液	<0.0007365		
	3-14	DBB-27	透析液	<0.0007365		

生菌培養 (cfu/50ml)

測定場所			採取日	2018/5/17		
			測定日	2018/5/24		
			液種	木		
本館	7-05	DCS-100NX	透析液	0/50ml		
	7-06	DCS-100NX	透析液	0/50ml		
	7-07	DCS-100NX	透析液	0/50ml		
	7-08	DCS-100NX	透析液	0/50ml		

「エンドトキシン・生菌・管理基準」

- ・透析用水細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・標準透析液細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・超純粋透析液細菌0.1 CFU／mL 未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満
- ・オンライン補充液無菌かつ無発熱物質(ET)
細菌数10-6CFU／mL未満
ET 0.002EU／mL(測定感度)未満