

2018/6/5/ET・生菌報告（本館・東棟）

エンドトキシン値 (EU/ml)

測定場所			採取日	2018/5/28	2018/5/29	
			液種	月	火	
本館	RO①EUF(奥側)	MIZ ①	透析用水	<0.0007365		
	RO①EUF(手前側)	MIZ ①	透析用水	<0.0007365		
	RO②EUF(奥側)	MIZ ②	透析用水	<0.0007365		
	RO②EUF(手前側)	MIZ ②	透析用水	<0.0007365		
	9-13	DCS-27	透析液		<0.0007365	
	病棟①	DBB-27	透析液		<0.0007365	
	病棟②	DBB-27	透析液		<0.0007365	

生菌培養 (cfu/50ml)

測定場所			採取日	2018/5/25		
			測定日	2018/6/1		
			液種	金		
本館	3-13	DBB-100NX	透析液	0/50ml		
	3-14	DBB-27	透析液	0/50ml		

「エンドトキシン・生菌・管理基準」

- ・透析用水細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・標準透析液細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・超純粋透析液細菌0.1 CFU／mL 未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満
- ・オンライン補充液無菌かつ無発熱物質(ET)
細菌数10—6CFU／mL未満
ET 0.002EU／mL(測定感度)未満

2018/6/12/ET・生菌報告（本館・東棟）

エンドトキシン値 (EU/ml)

測定場所			採取日	2018/6/6	2018/6/7	2018/6/8	2018/6/9
			液種	水	木	金	土
本館	4-01	DCG-03●	透析液			<0.0007365	
	4-02	DCG-03●	透析液			<0.0007365	
	4-03	DCG-03●	透析液			<0.0007365	
	4-04	DCG-03●	透析液			<0.0007365	
東棟	東3-07号機	DCG-03	透析液	<0.0008574			
	東3-08号機	DCG-03	透析液	<0.0008574			
	東3-09号機	DCG-03	透析液	<0.0008574			
	東3-10号機	DCG-03	透析液	<0.0008574			
	東予備機	DCS-27	透析液		<0.0008574		
	東セントラル②ETRF入口	東DAB-NX ②	透析用水		<0.0008574		
	東セントラル②ETRF出口3	東DAB-NX ②	透析用水		<0.0008574		
	東セントラル②ETRF出口4	東DAB-NX ②	透析用水		<0.0008574		
	東3-14号機	DBB-27	透析液				<0.0008574
	東セントラル①ETRF入口	東DAB-E ①	透析用水				<0.0008574
	東セントラル①ETRF出口1	東DAB-E ①	透析用水				<0.0008574
	東セントラル①ETRF出口2	東DAB-E ①	透析用水				<0.0008574

生菌培養 (cfu/50ml)

測定場所			採取日	2018/5/28	2018/5/30	2018/5/31	
			測定日	2018/6/4	2018/6/6	2018/6/7	
			液種	月	水	木	
本館	RO①EUF-1	MIZ ①	透析用水	0/50ml			
	RO①EUF-2	MIZ ①	透析用水	0/50ml			
	RO②EUF-1	MIZ ②	透析用水	0/50ml			
	RO②EUF-2	MIZ ②	透析用水	0/50ml			
	9-13	DCS-27	透析液		0/50ml		
	病棟	DBB-27	透析液		0/50ml		
	病棟	DBB-27	透析液		0/50ml		
	7-09	DCS-100NX	透析液			0/50ml	
	7-10	DCS-100NX	透析液			0/50ml	
	7-11	DCS-100NX	透析液			0/50ml	
	7-12	DCS-100NX	透析液			0/50ml	

「エンドトキシン・生菌・管理基準」

・透析用水細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満

・標準透析液細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満

・超純粋透析液細菌0.1 CFU／mL 未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満

・オンライン補充液無菌かつ無発熱物質(ET)
細菌数10-6CFU／mL未満
ET 0.002EU／mL(測定感度)未満

2018/6/19/ET・生菌報告（本館・東棟）

エンドトキシン値 (EU/ml)

測定場所			採取日	2018/6/11	2018/6/14		
			液種	月	木		
本館	セントラル①ETRF入口	DAB-NX ①	透析用水	<0.0007365			
	セントラル①ETRF出口	DAB-NX ①	透析用水	<0.0007365			
	セントラル②ETRF入口	DAB-E ②	透析用水	<0.0007365			
	セントラル②ETRF出口	DAB-E ②	透析用水	<0.0007365			
	7-13	DCS-100NX	透析液		<0.0007365		
	7-14	DCS-100NX	透析液		<0.0007365		
	7-15	DCS-100NX	透析液		<0.0007365		
	7-16	DCS-100NX	透析液		<0.0007365		

生菌培養 (cfu/50ml)

測定場所			採取日	2018/6/6	2018/6/7	2018/6/8	2018/6/9
			測定日	2018/6/13	2018/6/14	2018/6/15	2018/6/16
			液種	水	木	金	土
本館	4-01	DCG-03●	透析液			0/50ml	
	4-02	DCG-03●	透析液			0/50ml	
	4-03	DCG-03●	透析液			0/50ml	
	4-04	DCG-03●	透析液			0/50ml	
東棟	東3-07号機	DCG-03	透析液	0/50ml			
	東3-08号機	DCG-03	透析液	0/50ml			
	東3-09号機	DCG-03	透析液	0/50ml			
	東3-10号機	DCG-03	透析液	0/50ml			
	東予備機	DCS-27	透析液		0/50ml		
	東セントラル②ETRF入口	東DAB-NX ②	透析用水		0/50ml		
	東セントラル②ETRF出口3	東DAB-NX ②	透析用水		0/50ml		
	東セントラル②ETRF出口4	東DAB-NX ②	透析用水		0/50ml		
	東3-14号機	DBB-27	透析液				0/50ml
	東セントラル①ETRF入口	東DAB-E ①	透析用水				0/50ml
	東セントラル①ETRF出口1	東DAB-E ①	透析用水				0/50ml
	東セントラル①ETRF出口2	東DAB-E ①	透析用水				0/50ml

「エンドトキシン・生菌・管理基準」

・透析用水細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満

・標準透析液細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満

・超純粋透析液細菌0.1 CFU／mL 未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満

・オンライン補充液無菌かつ無発熱物質(ET)
細菌数10—6CFU／mL未満
ET 0.002EU／mL(測定感度)未満

2018/6/26/ET・生菌報告（本館・東棟）

エンドトキシン値 (EU/ml)

測定場所			採取日	2018/6/20	2018/6/21	2018/6/22
			液種	水	木	金
本館	予備	DCS-27	透析液	<0.0008475		
	セントラル②ETRF入口	DAB-E ②	透析用水	<0.0008475		
	3-14	DBB-27	透析液		<0.0008475	
	6-03	DBB-27	透析液		<0.0008475	
	6-04	DBB-27	透析液		<0.0008475	
	4-05	DCS-100NX●	透析液			<0.0008475
	4-06	DCS-100NX●	透析液			<0.0008475
	4-07	GC-300N●	透析液			<0.0008475
	4-08	GC-300N●	透析液			<0.0008475

生菌培養 (cfu/50ml)

測定場所			採取日	2018/6/11	2018/6/14	
			測定日	2018/6/18	2018/6/21	
			液種	月	木	
本館	セントラル①ETRF入口	DAB-NX ①	透析用水	0/50ml		
	セントラル①ETRF出口	DAB-NX ①	透析用水	0/50ml		
	セントラル②ETRF入口	DAB-E ②	透析用水	2/50ml		
	セントラル②ETRF出口	DAB-E ②	透析用水	0/50ml		
	7-13	DCS-100NX	透析液		0/50ml	
	7-14	DCS-100NX	透析液		0/50ml	
	7-15	DCS-100NX	透析液		0/50ml	
	7-16	DCS-100NX	透析液		0/50ml	

「エンドトキシン・生菌・管理基準」

- ・透析用水細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・標準透析液細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・超純粋透析液細菌0.1 CFU／mL 未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満
- ・オンライン補充液無菌かつ無発熱物質(ET)
細菌数10-6CFU／mL未満
ET 0.002EU／mL(測定感度)未満