

2018/10/2/ET・生菌報告（本館・東棟）

エンドトキシン値 (EU/ml)

測定場所			採取日	2018/9/24	2018/9/28	
			液種	月	金	
本館	セントラル①ETRF入口	DAB-NX ①	透析液	<0.0008574		
	セントラル①ETRF出口	DAB-NX ①	透析液	<0.0008574		
	セントラル②ETRF入口	DAB-E ②	透析液	<0.0008574		
	セントラル②ETRF出口	DAB-E ②	透析液	<0.0008574		
	3-05	GC-300N●	透析液		<0.0008791	
	3-06	GC-300N●	透析液		<0.0008791	
	3-07	GC-300N●	透析液		<0.0008791	
	3-08	GC-300N●	透析液		<0.0008791	

生菌培養 (cfu/50ml)

測定場所			採取日	2018/9/19		
			測定日	2018/9/26		
			液種	水		
本館	8-13	DCS-27	透析液	0/50ml		
	8-14	DCS-27	透析液	0/50ml		
	8-15	DCS-27	透析液	0/50ml		
	8-16	DCS-27	透析液	0/50ml		

「エンドトキシン・生菌・管理基準」

- ・透析用水細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・標準透析液細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・超純粋透析液細菌0.1 CFU／mL 未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満
- ・オンライン補充液無菌かつ無発熱物質(ET)
細菌数10—6CFU／mL未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満

2018/10/9/ET・生菌報告（本館・東棟）

エンドトキシン値 (EU/ml)

測定場所			採取日	2018/10/1	2018/10/2	
			液種	月	火	
東棟	東3-03号機	DCS-100NX	透析液	0.0006684		
	東セントラル①ETRF入口	東DAB-E ①	透析液	0.0006684		
	東セントラル①ETRF出口1	東DAB-E ①	透析液	0.0006684		
	東セントラル①ETRF出口2	東DAB-E ①	透析液	0.0006684		
	東3-04号機	DCS-100NX	透析液		0.0006684	
	東セントラル②ETRF入口	東DAB-NX ②	透析液		0.0006684	
	東セントラル②ETRF出口3	東DAB-NX ②	透析液		0.0006684	
	東セントラル②ETRF出口4	東DAB-NX ②	透析液		0.0006684	

生菌培養 (cfu/50ml)

測定場所			採取日	2018/9/24	2018/9/28	
			測定日	2018/10/1	2018/10/5	
			液種	月	金	
本館	セントラル①ETRF入口	DAB-NX ①	透析液	0/50ml		
	セントラル①ETRF出口	DAB-NX ①	透析液	0/50ml		
	セントラル②ETRF入口	DAB-E ②	透析液	0/50ml		
	セントラル②ETRF出口	DAB-E ②	透析液	0/50ml		
	3-05	GC-300N●	透析液		0/50ml	
	3-06	GC-300N●	透析液		0/50ml	
	3-07	GC-300N●	透析液		0/50ml	
	3-08	GC-300N●	透析液		0/50ml	

「エンドトキシン・生菌・管理基準」

- ・透析用水細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・標準透析液細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・超純粋透析液細菌0.1 CFU／mL 未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満
- ・オンライン補充液無菌かつ無発熱物質(ET)
細菌数10-6CFU／mL未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満

2018/10/16/ET・生菌報告（本館・東棟）

エンドトキシン値 (EU/ml)

測定場所			採取日	2018/10/11	2018/10/12	
			液種	木	金	
本館	2-01	DCS-100NX	透析液	<0.0008791		
	2-02	DCS-100NX	透析液	<0.0008791		
	2-03	DCS-100NX	透析液	<0.0008791		
	2-04	DCS-100NX	透析液	<0.0008791		
	3-09	GC-300N●	透析液		<0.0008791	
	3-10	GC-300N●	透析液		<0.0008791	
	3-11	GC-300N●	透析液		<0.0008791	
	3-12	GC-300N●	透析液		<0.0008791	
東棟	東3-05号機	DCS-100NX●	透析液	0.0006684		
	東3-06号機	DCS-100NX●	透析液	0.0006684		
	東3-07号機	DCG-03	透析液	0.0006684		
	東3-08号機	DCG-03	透析液	0.0006684		

生菌培養 (cfu/50ml)

測定場所			採取日	2018/10/1	2018/10/2	
			測定日	2018/10/8	2018/10/9	
			液種	月	火	
東棟	東3-03号機	DCS-100NX	透析液	0/50ml		
	東セントラル①ETRF入口	東DAB-E ①	透析液	0/50ml		
	東セントラル①ETRF出口1	東DAB-E ①	透析液	0/50ml		
	東セントラル①ETRF出口2	東DAB-E ①	透析液	0/50ml		
	東3-04号機	DCS-100NX	透析液		0/50ml	
	東セントラル②ETRF入口	東DAB-NX ②	透析液		0/50ml	
	東セントラル②ETRF出口3	東DAB-NX ②	透析液		0/50ml	
	東セントラル②ETRF出口4	東DAB-NX ②	透析液		0/50ml	

「エンドトキシン・生菌・管理基準」

- ・透析用水細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・標準透析液細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・超純粋透析液細菌0.1 CFU／mL 未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満
- ・オンライン補充液無菌かつ無発熱物質(ET)
細菌数10—6CFU／mL未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満

2018/10/23/ET・生菌報告（本館・東棟）

エンドトキシン値 (EU/ml)

測定場所			採取日	2018/10/15	2018/10/17	
			液種	月	水	
本館	セントラル①ETRF入口	DAB-NX ①	透析液	<0.0008791		
	セントラル①ETRF出口	DAB-NX ①	透析液	<0.0008791		
	セントラル②ETRF入口	DAB-E ②	透析液	<0.0008791		
	セントラル②ETRF出口	DAB-E ②	透析液	<0.0008791		
	9-01	DCS-27	透析液		<0.0008791	
	9-02	DCS-27	透析液		<0.0008791	
	9-03	DCS-27	透析液		<0.0008791	
	9-04	DCS-27	透析液		<0.0008791	

生菌培養 (cfu/50ml)

測定場所			採取日	2018/10/11	2018/10/12	
			測定日	2018/10/18	2018/10/19	
			液種	木	金	
本館	2-01	DCS-100NX	透析液	0/50ml		
	2-02	DCS-100NX	透析液	0/50ml		
	2-03	DCS-100NX	透析液	0/50ml		
	2-04	DCS-100NX	透析液	0/50ml		
	3-09	GC-300N●	透析液		0/50ml	
	3-10	GC-300N●	透析液		0/50ml	
	3-11	GC-300N●	透析液		0/50ml	
	3-12	GC-300N●	透析液		0/50ml	
東棟	東3-05号機	DCS-100NX●	透析液	0/50ml		
	東3-06号機	DCS-100NX●	透析液	0/50ml		
	東3-07号機	DCG-03	透析液	0/50ml		
	東3-08号機	DCG-03	透析液	0/50ml		

「エンドトキシン・生菌・管理基準」

- ・透析用水細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・標準透析液細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・超純粋透析液細菌0.1 CFU／mL 未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満
- ・オンライン補充液無菌かつ無発熱物質(ET)
細菌数10-6CFU／mL未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満

2018/10/30/ET・生菌報告（本館・東棟）

エンドトキシン値 (EU/ml)

測定場所			採取日	2018/10/25	2018/10/26	
			液種	木	金	
本館	2-05	DCS-100NX	透析液	<0.0008791		
	2-06	DCS-100NX	透析液	<0.0008791		
	2-07	DCS-100NX	透析液	<0.0008791		
	2-08	GC-X01	透析液	<0.0008791		
	3-13	DBB-100NX	透析液		<0.0008791	
	3-14	DBB-100NX	透析液		<0.0008791	
	6-03	DBB-100NX	透析液		<0.0008791	
	6-04	DBB-100NX	透析液		<0.0006684	

生菌培養 (cfu/50ml)

測定場所			採取日	2018/10/15	2018/10/17	
			測定日	2018/10/22	2018/10/24	
			液種	月	水	
本館	セントラル①ETRF入口	DAB-NX ①	透析液	0/50ml		
	セントラル①ETRF出口	DAB-NX ①	透析液	0/50ml		
	セントラル②ETRF入口	DAB-E ②	透析液	0/50ml		
	セントラル②ETRF出口	DAB-E ②	透析液	0/50ml		
	9-01	DCS-27	透析液		0/50ml	
	9-02	DCS-27	透析液		0/50ml	
	9-03	DCS-27	透析液		0/50ml	
	9-04	DCS-27	透析液		0/50ml	

「エンドトキシン・生菌・管理基準」

- ・透析用水細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・標準透析液細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・超純粋透析液細菌0.1 CFU／mL 未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満
- ・オンライン補充液無菌かつ無発熱物質(ET)
細菌数10-6CFU／mL未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満