

2018/11/6/ET・生菌報告（本館・東棟）

エンドトキシン値 (EU/ml)

測定場所			採取日	2018/10/29	2018/11/2	
			液種	月	金	
本館	セントラル③ETRF入口	DAB-NX ③	透析液	<0.0006684		
	セントラル③ETRF出口	DAB-NX ③	透析液	<0.0006684		
	セントラル④ETRF入口	DAB-E ④	透析液	<0.0006684		
	セントラル④ETRF出口	DAB-E ④	透析液	<0.0006684		
東棟	東ROモジュール	東MIZ	透析用水		<0.000702	
	東ROタンク後	東MIZ	透析用水		<0.000702	
	東ROEUF①	東MIZ	透析用水		<0.000702	
	東ROEUF②	東MIZ	透析用水		<0.000702	

生菌培養 (cfu/50ml)

測定場所			採取日	2018/10/25	2018/10/26	
			測定日	2018/11/1	2018/11/2	
			液種	木	金	
本館	2-05	DCS-100NX	透析液	0/50ml		
	2-06	DCS-100NX	透析液	0/50ml		
	2-07	DCS-100NX	透析液	0/50ml		
	2-08	GC-X01	透析液	0/50ml		
	3-13	DBB-100NX	透析液		0/50ml	
	3-14	DBB-100NX	透析液		0/50ml	
	6-03	DCS-100NX	透析液		0/50ml	
	6-04	DCS-100NX	透析液		0/50ml	

「エンドトキシン・生菌・管理基準」

- ・透析用水細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・標準透析液細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・超純粋透析液細菌0.1 CFU／mL 未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満
- ・オンライン補充液無菌かつ無発熱物質(ET)
細菌数10-6CFU／mL未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満

2018/11/13/ET・生菌報告（本館・東棟）

エンドトキシン値 (EU/ml)

測定場所			採取日	2018/11/5	2018/11/6	2018/11/8	2018/11/9
			液種	月	火	木	金
本館	2-09	GC-X01	透析液			<0.0006684	
	2-10	GC-X01	透析液			<0.0006684	
	2-11	GC-X01	透析液			<0.0006684	
	2-12	GC-X01	透析液			<0.0006684	
	4-01	DCG-03●	透析液				<0.0006684
	4-02	DCG-03●	透析液				<0.0006684
	4-03	DCG-03●	透析液				<0.0006684
	4-04	DCG-03●	透析液				<0.0006684
東棟	東3-05号機	DCS-100NX●	透析液	<0.000702			
	東3-06号機	DCS-100NX●	透析液	<0.000702			
	東3-09号機	DCG-03	透析液	<0.000702			
	東3-10号機	DCG-03	透析液	<0.000702			
	東1-10号機	DCS-100NX	透析液		<0.000702		
	東1-11号機	DCS-100NX	透析液		<0.000702		

生菌培養 (cfu/50ml)

測定場所			採取日	2018/10/29	2018/11/2		
			測定日	2018/11/5	2018/11/9		
			液種	月	金		
本館	セントラル③ETRF入口	DAB-NX ③	透析液	0/50ml			
	セントラル③ETRF出口	DAB-NX ③	透析液	0/50ml			
	セントラル④ETRF入口	DAB-E ④	透析液	0/50ml			
	セントラル④ETRF出口	DAB-E ④	透析液	0/50ml			
東棟	東ROモジュール	東MIZ	透析用水		0/50ml		
	東ROタンク後	東MIZ	透析用水		0/50ml		
	東ROEUF①	東MIZ	透析用水		0/50ml		
	東ROEUF②	東MIZ	透析用水		0/50ml		

「エンドトキシン・生菌・管理基準」

- ・透析用水細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・標準透析液細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・超純粋透析液細菌0.1 CFU／mL 未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満
- ・オンライン補充液無菌かつ無発熱物質(ET)
細菌数10-6CFU／mL未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満

2018/11/20/ET・生菌報告（本館・東棟）

エンドトキシン値 (EU/ml)

測定場所			採取日	2018/11/12	2018/11/15		
			液種	月	木		
本館	RO①モジュール	MIZ ①	透析用水	<0.0006684			
	RO②モジュール	MIZ ①	透析用水	<0.0006684			
	RO①タンク後	MIZ ②	透析用水	<0.0006684			
	RO②タンク後	MIZ ②	透析用水	<0.0006684			
	9-05	DCS-27	透析液		<0.0006684		
	9-06	DCS-27	透析液		<0.0006684		
	9-07	DCS-27	透析液		<0.0006684		
	9-08	DCS-27	透析液		<0.0006684		

生菌培養 (cfu/50ml)

測定場所			採取日	2018/11/5	2018/11/6	2018/11/8	2018/11/9
			測定日	2018/11/12	2018/11/13	2018/11/15	2018/11/16
			液種	月	火	木	金
本館	2-09	GC-X01	透析液			0/50ml	
	2-10	GC-X01	透析液			0/50ml	
	2-11	GC-X01	透析液			0/50ml	
	2-12	GC-X01	透析液			0/50ml	
	4-01	DCG-03●	透析液				0/50ml
	4-02	DCG-03●	透析液				0/50ml
	4-03	DCG-03●	透析液				0/50ml
	4-04	DCG-03●	透析液				0/50ml
東棟	東3-05号機	DCS-100NX●	透析液	0/50ml			
	東3-06号機	DCS-100NX●	透析液	0/50ml			
	東3-09号機	DCG-03	透析液	0/50ml			
	東3-10号機	DCG-03	透析液	0/50ml			
	東1-10号機	DCS-100NX	透析液		0/50ml		
	東1-11号機	DCS-100NX	透析液		0/50ml		

「エンドトキシン・生菌・管理基準」

- ・透析用水細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・標準透析液細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・超純粋透析液細菌0.1 CFU／mL 未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満
- ・オンライン補充液無菌かつ無発熱物質(ET)
細菌数10-6CFU／mL未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満

2018/11/27/ET・生菌報告（本館・東棟）

エンドトキシン値 (EU/ml)

測定場所			採取日	2018/11/22	2018/11/23	
			液種	木	金	
本館	1-13	DCS-100NX	透析液	<0.001		
	1-14	DCS-100NX	透析液	<0.001		
	4-05	DCS-100NX●	透析液		<0.001	
	4-06	DCS-100NX●	透析液		<0.001	
	4-07	GC-300N●	透析液		<0.001	
	4-08	GC-300N●	透析液		<0.001	

生菌培養 (cfu/50ml)

測定場所			採取日	2018/11/12	2018/11/14	
			測定日	2018/11/19	2018/11/21	
			液種	月	水	
本館	RO①モジュール	MIZ ①	透析用水	0/50ml		
	RO②モジュール	MIZ ①	透析用水	0/50ml		
	RO①タンク後	MIZ ②	透析用水	0/50ml		
	RO②タンク後	MIZ ②	透析用水	0/50ml		
	9-05	DCS-27	透析液		0/50ml	
	9-06	DCS-27	透析液		0/50ml	
	9-07	DCS-27	透析液		0/50ml	
	9-08	DCS-27	透析液		0/50ml	

「エンドトキシン・生菌・管理基準」

- ・透析用水細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・標準透析液細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・超純粋透析液細菌0.1 CFU／mL 未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満
- ・オンライン補充液無菌かつ無発熱物質(ET)
細菌数10-6CFU／mL未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満