

2019/1/8/ET・生菌報告（本館・東棟）

エンドトキシン値 (EU/ml)

測定場所			採取日	2018/12/30	2019/1/3	2019/1/4	2019/1/5
			液種	日	木	金	土
本館	セントラル③ETRF入口	DAB-NX ③	透析液	<0.001			
	セントラル③ETRF出口	DAB-NX ③	透析液	<0.001			
	セントラル④ETRF入口	DAB-E ④	透析液	<0.001			
	セントラル④ETRF出口	DAB-E ④	透析液	<0.001			
	6-09	DCS-100NX	透析液		<0.001		
	6-10	DCS-100NX	透析液		<0.001		
	6-11	DCS-100NX	透析液		<0.001		
	6-12	DCS-100NX	透析液		<0.001		
	2-12	GC-X01	透析液			<0.001	
	2-13	GC-X01	透析液			<0.001	
	2-14	GC-X01	透析液			<0.001	
東棟	東3-05号機	DCS-100NX●	透析液				<0.001
	東3-06号機	DCS-100NX●	透析液				<0.001
	東3-07号機	DCG-03	透析液				<0.001
	東3-08号機	DCG-03	透析液				<0.001

生菌培養 (cfu/50ml)

測定場所			採取日	2018/12/17	2018/12/20	2018/12/21	
			測定日	2018/12/24	2018/12/27	2018/12/28	
			液種	月	木	金	
本館	セントラル①ETRF入口	DAB-NX ①	透析液	0/50ml			
	セントラル①ETRF出口	DAB-NX ①	透析液	0/50ml			
	セントラル②ETRF入口	DAB-E ②	透析液	0/50ml			
	セントラル②ETRF出口	DAB-E ②	透析液	0/50ml			
	6-05	DCS-100NX	透析液		0/50ml		
	6-06	DCS-100NX	透析液		0/50ml		
	6-07	DCS-100NX	透析液		0/50ml		
	6-08	DCS-100NX	透析液		0/50ml		
	2-08	GC-X01	透析液			0/50ml	
	2-09	GC-X01	透析液			0/50ml	
	2-10	GC-X01	透析液			0/50ml	
	2-11	GC-X01	透析液			0/50ml	

「エンドトキシン・生菌・管理基準」

- ・透析用水細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・標準透析液細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・超純粋透析液細菌0.1 CFU／mL 未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満
- ・オンライン補充液無菌かつ無発熱物質(ET)
細菌数10⁻⁶CFU／mL未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満

2019/1/15/ET・生菌報告（本館・東棟）

エンドトキシン値 (EU/ml)

測定場所			採取日	2019/1/9	2019/1/12		
			液種	水	土		
本館	9-13	DCS-27	透析液	<0.001			
	病棟①	DBB-27	透析液	<0.001			
	病棟②	DBB-27	透析液	<0.001			
東棟	東1-02号機	DCS-27	透析液		<0.001		
	東1-03号機	DCS-27	透析液		<0.001		
	東1-04号機	DCS-27	透析液		<0.001		
	東1-05号機	DCS-100NX	透析液		<0.001		

生菌培養 (cfu/50ml)

測定場所			採取日	2018/12/30	2019/1/3	2019/1/4	2019/1/5
			測定日	2019/1/6	2019/1/10	2019/1/11	2019/1/12
			液種	日	木	金	土
本館	セントラル③ETRF入口	DAB-NX ③	透析液	0/50ml			
	セントラル③ETRF出口	DAB-NX ③	透析液	0/50ml			
	セントラル④ETRF入口	DAB-E ④	透析液	0/50ml			
	セントラル④ETRF出口	DAB-E ④	透析液	0/50ml			
	6-09	DCS-100NX	透析液		0/50ml		
	6-10	DCS-100NX	透析液		0/50ml		
	6-11	DCS-100NX	透析液		0/50ml		
	6-12	DCS-100NX	透析液		0/50ml		
	2-12	GC-X01	透析液			0/50ml	
	2-13	GC-X01	透析液			0/50ml	
	2-14	GC-X01	透析液			0/50ml	
東棟	東3-05号機	DCS-100NX●	透析液				0/50ml
	東3-06号機	DCS-100NX●	透析液				0/50ml
	東3-07号機	DCG-03	透析液				0/50ml
	東3-08号機	DCG-03	透析液				0/50ml

「エンドトキシン・生菌・管理基準」

・透析用水細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満

・標準透析液細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満

・超純粋透析液細菌0.1 CFU／mL 未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満

・オンライン補充液無菌かつ無発熱物質(ET)
細菌数10⁻⁶CFU／mL未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満

2019/1/22/ET・生菌報告（本館・東棟）

エンドトキシン値 (EU/ml)

測定場所			採取日	2019/1/14	2019/1/15	2019/1/17	2019/1/18
			液種	月	火	木	金
本館	RO①モジュール	MIZ ①	透析用水	<0.001			
	RO②モジュール	MIZ ①	透析用水	<0.001			
	RO①タンク後	MIZ ②	透析用水	<0.001			
	RO②タンク後	MIZ ②	透析用水	<0.001			
	6-13	DCS-100NX	透析液			<0.001	
	6-14	DCS-100NX	透析液			<0.001	
	6-15	DCS-100NX	透析液			<0.001	
	6-16	DCS-100NX	透析液			<0.001	
	3-01	GC-110N	透析液				<0.001
	3-02	GC-110N	透析液				<0.001
	3-03	GC-110N	透析液				<0.001
	3-04	GC-110N	透析液				<0.001
東棟	東ROモジュール	東MIZ	透析用水		<0.001		
	東ROタンク後	東MIZ	透析用水		<0.001		
	東ROEUF①	東MIZ	透析用水		<0.001		
	東ROEUF②	東MIZ	透析用水		<0.001		

生菌培養 (cfu/50ml)

測定場所			採取日	2019/1/9	2019/1/12		
			測定日	2019/1/16	2019/1/19		
			液種	水	土		
本館	9-13	DCS-27	透析液	0/50ml			
	病棟	DBB-27	透析液	0/50ml			
	病棟	DBB-27	透析液	0/50ml			
東棟	東1-02号機	DCS-27	透析液		0/50ml		
	東1-03号機	DCS-27	透析液		0/50ml		
	東1-04号機	DCS-27	透析液		0/50ml		
	東1-05号機	DCS-100NX	透析液		0/50ml		

「エンドトキシン・生菌・管理基準」

- ・透析用水細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・標準透析液細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・超純粋透析液細菌0.1 CFU／mL 未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満
- ・オンライン補充液無菌かつ無発熱物質(ET)
細菌数10⁻⁶CFU／mL未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満

2019/1/29/ET・生菌報告（本館・東棟）

エンドトキシン値 (EU/ml)

測定場所	採取日				
	液種				

生菌培養 (cfu/50ml)

測定場所			採取日	2019/1/14	2019/1/15	2019/1/17	2019/1/18
			測定日	2019/1/21	2019/1/22	2019/1/24	2019/1/25
			液種	月	火	木	金
本館	RO①モジュール	MIZ ①	透析用水	0/50ml			
	RO②モジュール	MIZ ①	透析用水	13/50ml			
	RO①タンク後	MIZ ②	透析用水	0/50ml			
	RO②タンク後	MIZ ②	透析用水	0/50ml			
	6-13	DCS-100NX	透析液			0/50ml	
	6-14	DCS-100NX	透析液			0/50ml	
	6-15	DCS-100NX	透析液			0/50ml	
	6-16	DCS-100NX	透析液			0/50ml	
	3-01	GC-110N	透析液				0/50ml
	3-02	GC-110N	透析液				0/50ml
	3-03	GC-110N	透析液				0/50ml
	3-04	GC-110N	透析液				0/50ml
東棟	東ROモジュール	東MIZ	透析用水		0/50ml		
	東ROタンク後	東MIZ	透析用水		0/50ml		
	東ROEUF①	東MIZ	透析用水		0/50ml		
	東ROEUF②	東MIZ	透析用水		0/50ml		

「エンドトキシン・生菌・管理基準」

- ・透析用水細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・標準透析液細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・超純粋透析液細菌0.1 CFU／mL 未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満
- ・オンライン補充液無菌かつ無発熱物質(ET)
細菌数10⁻⁶CFU／mL未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満