

2019/6/4/ET・生菌報告（本館・東棟）

エンドトキシン値 (EU/ml)

測定場所			採取日	2019/5/27	2019/5/29	2019/6/1
			液種	月	水	土
本館	RO①EUF(奥側)	MIZ ①	透析用水	<0.001		
	RO①EUF(手前側)	MIZ ①	透析用水	<0.001		
	RO②EUF(奥側)	MIZ ②	透析用水	<0.001		
	RO②EUF(手前側)	MIZ ②	透析用水	<0.001		
	1-13	DCS-100NX	透析液		<0.001	
	1-14	DCS-100NX	透析液		<0.001	
	1-15	DCS-100NX	透析液		<0.001	
	3-05	GC-300N●	透析液			<0.001
	3-06	GC-300N●	透析液			<0.001
	3-07	GC-300N●	透析液			<0.001
	3-08	GC-300N●	透析液			<0.001

生菌培養 (cfu/50ml)

測定場所			採取日	2019/5/20	2019/5/23	
			測定日	2019/5/27	2019/5/30	
			液種	月	木	
本館	RO①モジュール	MIZ ①	透析用水	0/50ml		
	RO②モジュール	MIZ ①	透析用水	17/50ml		
	8-13	DCS-27	透析液		0/50ml	
	8-14	DCS-27	透析液		0/50ml	
	8-15	DCS-27	透析液		0/50ml	
	8-16	DCS-27	透析液		0/50ml	

「エンドトキシン・生菌・管理基準」

- ・透析用水細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・標準透析液細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・超純粋透析液細菌0.1 CFU／mL 未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満
- ・オンライン補充液無菌かつ無発熱物質(ET)
細菌数 10^{-6} CFU／mL未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満

2019/6/11/ET・生菌報告（本館・東棟）

エンドトキシン値 (EU/ml)

測定場所			採取日	2019/6/5			
			液種	水			
東棟	東3-07号機	DCG-03	透析液	<0.001			
	東3-08号機	DCG-03	透析液	<0.001			
	東3-09号機	DCG-03	透析液	<0.001			
	東3-10号機	DCG-03	透析液	<0.001			

生菌培養 (cfu/50ml)

測定場所			採取日	2019/5/27	2019/5/29	2019/6/1	2019/6/3
			測定日	2019/6/3	2019/6/5	2019/6/8	2019/6/10
			液種	月	水	土	月
本館	RO①EUF-1	MIZ ①	透析用水	0/50ml			
	RO①EUF-2	MIZ ①	透析用水	0/50ml			
	RO②EUF-1	MIZ ②	透析用水	0/50ml			
	RO②EUF-2	MIZ ②	透析用水	0/50ml			
	1-13	DCS-100NX	透析液		0/50ml		
	1-14	DCS-100NX	透析液		0/50ml		
	1-15	DCS-100NX	透析液		0/50ml		
	3-05	GC-300N●	透析液			0/50ml	
	3-06	GC-300N●	透析液			0/50ml	
	3-07	GC-300N●	透析液			0/50ml	
	3-08	GC-300N●	透析液			0/50ml	
	RO②モジュール	MIZ ①	透析用水				0/50ml

「エンドトキシン・生菌・管理基準」

- ・透析用水細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・標準透析液細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・超純粋透析液細菌0.1 CFU／mL 未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満
- ・オンライン補充液無菌かつ無発熱物質(ET)
細菌数10⁻⁶CFU／mL未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満

2019/6/18/ET・生菌報告（本館・東棟）

エンドトキシン値 (EU/ml)

測定場所			採取日	2019/6/12	2019/6/14	2019/6/15
			液種	水	金	土
本館	3-09	GC-300N●	透析液		<0.001	
	3-10	GC-300N●	透析液		<0.001	
	3-11	GC-300N●	透析液		<0.001	
	3-12	GC-300N●	透析液		<0.001	
東棟	東3-14号機	DBB-27	透析液	<0.001		
	東セントラル①ETRF入口	東DAB-E ①	透析液	<0.001		
	東セントラル①ETRF出口1	東DAB-E ①	透析液	<0.001		
	東セントラル①ETRF出口2	東DAB-E ①	透析液	<0.001		
	東予備機	DCS-27	透析液			<0.001
	東セントラル②ETRF入口	東DAB-NX ②	透析液			<0.001
	東セントラル②ETRF出口3	東DAB-NX ②	透析液			<0.001
	東セントラル②ETRF出口4	東DAB-NX ②	透析液			<0.001

生菌培養 (cfu/50ml)

測定場所			採取日	2019/6/5		
			測定日	2019/6/12		
			液種	水		
東棟	東3-07号機	DCG-03	透析液	0/50ml		
	東3-08号機	DCG-03	透析液	0/50ml		
	東3-09号機	DCG-03	透析液	0/50ml		
	東3-10号機	DCG-03	透析液	0/50ml		

「エンドトキシン・生菌・管理基準」

- ・透析用水細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・標準透析液細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・超純粋透析液細菌0.1 CFU／mL 未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満
- ・オンライン補充液無菌かつ無発熱物質(ET)
細菌数10⁻⁶CFU／mL未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満

2019/6/25/ET・生菌報告（本館・東棟）

エンドトキシン値 (EU/ml)

測定場所			採取日	2019/6/17	2019/6/19	
			液種	月	水	
本館	セントラル①ETRF入口	DAB-NX ①	透析液	<0.001		
	セントラル①ETRF出口	DAB-NX ①	透析液	<0.001		
	セントラル②ETRF入口	DAB-E ②	透析液	<0.001		
	セントラル②ETRF出口	DAB-E ②	透析液	<0.001		
	9-01	DCS-27	透析液		<0.001	
	9-02	DCS-27	透析液		<0.001	
	9-03	DCS-27	透析液		<0.001	
	9-04	DCS-27	透析液		<0.001	

生菌培養 (cfu/50ml)

測定場所			採取日	2019/6/12	2019/6/14	2019/6/15
			測定日	2019/6/19	2019/6/21	2019/6/22
			液種	水	金	土
本館	3-09	GC-300N●	透析液		0/50ml	
	3-10	GC-300N●	透析液		0/50ml	
	3-11	GC-300N●	透析液		0/50ml	
	3-12	GC-300N●	透析液		0/50ml	
東棟	東3-14号機	DBB-27	透析液	0/50ml		
	東セントラル①ETRF入口	東DAB-E ①	透析液	1/50ml		
	東セントラル①ETRF出口1	東DAB-E ①	透析液	0/50ml		
	東セントラル①ETRF出口2	東DAB-E ①	透析液	0/50ml		
	東予備機	DCS-27	透析液			0/50ml
	東セントラル②ETRF入口	東DAB-NX ②	透析液			0/50ml
	東セントラル②ETRF出口3	東DAB-NX ②	透析液			0/50ml
	東セントラル②ETRF出口4	東DAB-NX ②	透析液			0/50ml

「エンドトキシン・生菌・管理基準」

- ・透析用水細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・標準透析液細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・超純粋透析液細菌0.1 CFU／mL 未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満
- ・オンライン補充液無菌かつ無発熱物質(ET)
細菌数 10^{-6} CFU／mL未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満