

2019/9/3/ET・生菌報告（本館・東棟）

エンドトキシン値 (EU/ml)

測定場所			採取日	2019/8/26	2019/8/28	2019/8/30
			液種	月	水	金
本館	セントラル③ETRF入口	DAB-NX ③	透析液	<0.001		
	セントラル③ETRF出口	DAB-NX ③	透析液	<0.001		
	セントラル④ETRF入口	DAB-NX ④	透析液	<0.001		
	セントラル④ETRF出口	DAB-NX ④	透析液	<0.001		
	6-09	DCS-100NX	透析液		<0.001	
	6-10	DCS-100NX	透析液		<0.001	
	6-11	DCS-100NX	透析液		<0.001	
	6-12	DCS-100NX	透析液		<0.001	
	3-09	GC-300N●	透析液			<0.001
	3-10	GC-300N●	透析液			<0.001
	3-11	GC-300N●	透析液			<0.001
	3-12	GC-300N●	透析液			<0.001
東棟	東4-10号機	GC-X01	透析液		<0.001	

生菌培養 (cfu/50ml)

測定場所			採取日	2019/8/19	2019/8/21	2019/8/23
			測定日	2019/8/26	2019/8/28	2019/8/30
			液種	月	水	金
本館	セントラル①ETRF入口	DAB-NX ①	透析液	0/50ml		
	セントラル①ETRF出口	DAB-NX ①	透析液	0/50ml		
	セントラル②ETRF入口	DAB-E ②	透析液	0/50ml		
	セントラル②ETRF出口	DAB-E ②	透析液	0/50ml		
	4-09	GC-300N●	透析液			0/50ml
	4-10	GC-300N●	透析液			0/50ml
	4-11	GC-300N●	透析液			0/50ml
東棟	東4-10号機	GC-X01	透析液		0/50ml	
	東セントラル①ETRF入口	東DAB-E ①	透析液			3/50ml

「エンドトキシン・生菌・管理基準」

- ・透析用水細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・標準透析液細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・超純粋透析液細菌0.1 CFU／mL 未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満
- ・オンライン補充液無菌かつ無発熱物質(ET)
細菌数10⁻⁶CFU／mL未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満

2019/9/10/ET・生菌報告（本館・東棟）

エンドトキシン値 (EU/ml)

測定場所			採取日	2019/9/5		
			液種	木		
本館	9-13	DCS-27	透析液	0.003441		
	病棟①	DBB-27	透析液	0.003441		
	病棟②	DBB-27	透析液	0.003441		

生菌培養 (cfu/50ml)

測定場所			採取日	2019/8/26	2019/8/28	2019/8/30
			測定日	2019/9/2	2019/9/4	2019/9/6
			液種	月	水	金
本館	セントラル①ETRF入口	DAB-NX ①	透析液	0/50ml		
	セントラル③ETRF入口	DAB-NX ③	透析液	0/50ml		
	セントラル③ETRF出口	DAB-NX ③	透析液	0/50ml		
	セントラル④ETRF入口	DAB-NX④	透析液	0/50ml		
	6-09	DCS-100NX	透析液		0/50ml	
	6-10	DCS-100NX	透析液		0/50ml	
	6-11	DCS-100NX	透析液		0/50ml	
	6-12	DCS-100NX	透析液		0/50ml	
	3-09	GC-300N●	透析液			0/50ml
	3-10	GC-300N●	透析液			0/50ml
	3-11	GC-300N●	透析液			0/50ml
	3-12	GC-300N●	透析液			0/50ml
東棟	東セントラル①ETRF入口	東DAB-E ①	透析液		0/50ml	

「エンドトキシン・生菌・管理基準」

- ・透析用水細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・標準透析液細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・超純粋透析液細菌0.1 CFU／mL 未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満
- ・オンライン補充液無菌かつ無発熱物質(ET)
細菌数 10^{-6} CFU／mL未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満

2019/9/17/ET・生菌報告（本館・東棟）

エンドトキシン値 (EU/ml)

測定場所			採取日	2019/9/9	2019/9/10	2019/9/11	2019/9/14
			液種	月	火	水	土
本館	RO①モジュール	MIZ ①	透析用水	<0.001			
	RO②モジュール	MIZ ①	透析用水	<0.001			
	RO①タンク後	MIZ ②	透析用水	<0.001			
	RO②タンク後	MIZ ②	透析用水	<0.001			
	6-13	DCS-100NX	透析液			<0.001	
	6-14	DCS-100NX	透析液			<0.001	
	6-15	DCS-100NX	透析液			<0.001	
	6-16	DCS-100NX	透析液			<0.001	
東棟	東ROモジュール	東MIZ	透析用水		<0.001		
	東ROタンク後	東MIZ	透析用水		<0.001		
	東ROEUF①	東MIZ	透析用水		<0.001		
	東ROEUF②	東MIZ	透析用水		<0.001		
	東2-11号機	DCS-27	透析液				<0.001
	東2-12号機	DCS-27	透析液				<0.001
	東2-13号機	DCS-27	透析液				<0.001
	東2-14号機	DCS-27	透析液				<0.001

生菌培養 (cfu/50ml)

測定場所			採取日	2019/9/4			
			測定日	2019/9/11			
			液種	水			
本館	9-13	DCS-27	透析液	0/50ml			
	病棟①	DBB-27	透析液	0/50ml			
	病棟②	DBB-27	透析液	0/50ml			

「エンドトキシン・生菌・管理基準」

- ・透析用水細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・標準透析液細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・超純粋透析液細菌0.1 CFU／mL 未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満
- ・オンライン補充液無菌かつ無発熱物質(ET)
細菌数10⁻⁶CFU／mL未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満

2019/9/24/ET・生菌報告（本館・東棟）

エンドトキシン値 (EU/ml)

測定場所			採取日	2019/9/16			
			液種	月			
東棟	東3-07号機	DCG-03	透析液	<0.001			
	東3-08号機	DCG-03	透析液	<0.001			
	東3-09号機	DCG-03	透析液	<0.001			
	東3-10号機	DCG-03	透析液	<0.001			

生菌培養 (cfu/50ml)

測定場所			採取日	2019/9/9	2019/9/10	2019/9/11	2019/9/13
			測定日	2019/9/16	2019/9/17	2019/9/18	2019/9/20
			液種	月	火	水	金
本館	RO①モジュール	MIZ ①	透析用水	0/50ml			
	RO②モジュール	MIZ ①	透析用水	0/50ml			
	RO①タンク後	MIZ ②	透析用水	0/50ml			
	RO②タンク後	MIZ ②	透析用水	0/50ml			
	6-13	DCS-100NX	透析液			0/50ml	
	6-14	DCS-100NX	透析液			0/50ml	
	6-15	DCS-100NX	透析液			0/50ml	
	6-16	DCS-100NX	透析液			0/50ml	
	3-13	DBB-100NX	透析液				0/50ml
	3-14	DBB-100NX	透析液				0/50ml
	5-08	GC-X01	透析液				0/50ml
東棟	東ROモジュール	東MIZ	透析用水		0/50ml		
	東ROタンク後	東MIZ	透析用水		0/50ml		
	東ROEUF①	東MIZ	透析用水		0/50ml		
	東ROEUF②	東MIZ	透析用水		0/50ml		

「エンドトキシン・生菌・管理基準」

- ・透析用水細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・標準透析液細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・超純粋透析液細菌0.1 CFU／mL 未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満
- ・オンライン補充液無菌かつ無発熱物質(ET)
細菌数10⁻⁶CFU／mL未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満