

2019/10/1/ET・生菌報告（本館・東棟）

エンドトキシン値 (EU/ml)

測定場所			採取日	2019/9/23	2019/9/25	2019/9/27
			液種	月	水	金
本館	7-01	DCS-100NX	透析液		<0.001	
	7-02	DCS-100NX	透析液		<0.001	
	7-03	DCS-100NX	透析液		<0.001	
	7-04	DCS-100NX	透析液		<0.001	
	6-01	DBB-100NX	透析液			<0.001
	6-02	DBB-100NX	透析液			<0.001
	6-03	DBB-100NX	透析液			<0.001
	6-04	DBB-100NX	透析液			<0.001
東棟	東セントラル①ETRF入口	東DAB-E ①	透析液			

生菌培養 (cfu/50ml)

測定場所			採取日	2019/9/16		
			測定日	2019/9/23		
			液種	月		
東棟	東3-07号機	DCG-03	透析液	0/50ml		
	東3-08号機	DCG-03	透析液	0/50ml		
	東3-09号機	DCG-03	透析液	0/50ml		
	東3-10号機	DCG-03	透析液	0/50ml		

「エンドトキシン・生菌・管理基準」

- ・透析用水細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・標準透析液細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・超純粋透析液細菌0.1 CFU／mL 未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満
- ・オンライン補充液無菌かつ無発熱物質(ET)
細菌数10⁻⁶CFU／mL未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満

2019/10/8/ET・生菌報告（本館・東棟）

エンドトキシン値 (EU/ml)

測定場所			採取日	2019/10/1	2019/10/2	2019/10/3
			液種	火	水	木
本館	病棟②	DBB-27	透析液		<0.001	
	予備	DCS-27	透析液		<0.001	
東棟	東3-05号機	DCS-100NX●	透析液	<0.001		
	東3-06号機	DCS-100NX●	透析液	<0.001		
	東3-07号機	DCG-03	透析液	<0.001		
	東3-08号機	DCG-03	透析液	<0.001		
	東3-03号機	DCS-100NX	透析液		<0.001	
	東セントラル①ETRF入口	東DAB-E ①	透析液		<0.001	
	東3-04号機	DCS-100NX	透析液			<0.001
	東セントラル②ETRF入口	東DAB-NX ②	透析液			<0.001
	東セントラル②ETRF出口3	東DAB-NX ②	透析液			<0.001
	東セントラル②ETRF出口4	東DAB-NX ②	透析液			<0.001
	東セントラル①ETRF出口1	東DAB-E ①	透析液		<0.001	
	東セントラル①ETRF出口2	東DAB-E ①	透析液		<0.001	

生菌培養 (cfu/50ml)

測定場所			採取日	2019/9/23	2019/9/25	2019/9/27
			測定日	2019/9/30	2019/10/2	2019/10/4
			液種	月	水	金
本館	7-01	DCS-100NX	透析液		0/50ml	
	7-02	DCS-100NX	透析液		0/50ml	
	7-03	DCS-100NX	透析液		0/50ml	
	7-04	DCS-100NX	透析液		0/50ml	
	6-01	DBB-100NX	透析液			0/50ml
	6-02	DBB-100NX	透析液			0/50ml
	6-03	DBB-100NX	透析液			0/50ml
	6-04	DBB-100NX	透析液			0/50ml
東棟	東セントラル①ETRF入口	東DAB-E ①	透析液	0/50ml		

「エンドトキシン・生菌・管理基準」

- ・透析用水細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・標準透析液細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・超純粋透析液細菌0.1 CFU／mL 未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満
- ・オンライン補充液無菌かつ無発熱物質(ET)
細菌数 10^{-6} CFU／mL未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満

2019/10/15/ET・生菌報告（本館・東棟）

エンドトキシン値 (EU/ml)

測定場所			採取日	2019/10/9			
			液種	水			
本館	7-05	DCS-100NX	透析液	<0.001			
	7-06	DCS-100NX	透析液	<0.001			
	7-07	DCS-100NX	透析液	<0.001			
	7-08	DCS-100NX	透析液	<0.001			

生菌培養 (cfu/50ml)

測定場所			採取日	2019/10/1	2019/10/2	2019/10/3	2019/10/5
			測定日	2019/10/8	2019/10/9	2019/10/10	2019/10/12
			液種	火	水	木	土
本館	病棟②	DBB-27	透析液		0/50ml		
	予備	DCS-27	透析液		0/50ml		
東棟	東3-05号機	DCS-100NX●	透析液	1/50ml			
	東3-06号機	DCS-100NX●	透析液	0/50ml			
	東3-07号機	DCG-03	透析液	0/50ml			
	東3-08号機	DCG-03	透析液	0/50ml			
	東3-03号機	DCS-100NX	透析液		0/50ml		
	東セントラル①ETRF入口	東DAB-E ①	透析液		0/50ml		
	東3-04号機	DCS-100NX	透析液			0/50ml	
	東セントラル②ETRF入口	東DAB-NX ②	透析液			0/50ml	
	東セントラル②ETRF出口3	東DAB-NX ②	透析液			0/50ml	
	東セントラル②ETRF出口4	東DAB-NX ②	透析液			0/50ml	
	東3-05号機	DCS-100NX●	透析液				0/50ml
	東セントラル①ETRF出口1	東DAB-E ①	透析液		0/50ml		
	東セントラル①ETRF出口2	東DAB-E ①	透析液		0/50ml		

「エンドトキシン・生菌・管理基準」

- ・透析用水細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・標準透析液細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・超純粋透析液細菌0.1 CFU／mL 未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満
- ・オンライン補充液無菌かつ無発熱物質(ET)
細菌数10⁻⁶CFU／mL未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満

2019/10/22/ET・生菌報告（本館・東棟）

エンドトキシン値 (EU/ml)

測定場所			採取日	2019/10/17	2019/10/18	
			液種	木	金	
東棟	東1-10号機	GC-X01	透析液	<0.001		
	東3-01号機	GC-X01	透析液	<0.001		
	東3-02号機	GC-X01	透析液	<0.001		
	東3-03号機	GC-X01	透析液	<0.001		
	東3-04号機	GC-X01	透析液		<0.001	
	東3-05号機	GC-X01	透析液		<0.001	
	東3-06号機	GC-X01	透析液		<0.001	
	東3-07号機	GC-X01	透析液		<0.001	

生菌培養 (cfu/50ml)

測定場所			採取日			
			測定日			
			液種			

「エンドトキシン・生菌・管理基準」

- ・透析用水細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・標準透析液細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・超純粋透析液細菌0.1 CFU／mL 未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満
- ・オンライン補充液無菌かつ無発熱物質(ET)
細菌数10⁻⁶CFU／mL未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満

2019/10/29/ET・生菌報告（本館・東棟）

エンドトキシン値 (EU/ml)

測定場所			採取日	2019/10/23	2019/10/24	
			液種	水	木	
本館	7-09	DCS-100NX	透析液	<0.001		
	7-10	DCS-100NX	透析液	<0.001		
	7-11	DCS-100NX	透析液	<0.001		
	7-12	DCS-100NX	透析液	<0.001		
東棟	東3-04号機	GC-X01	透析液		<0.001	
	東3-05号機	GC-X01	透析液		<0.001	
	東3-06号機	GC-X01	透析液		<0.001	
	東3-07号機	GC-X01	透析液		<0.001	
	東1-10号機	GC-X01	透析液	<0.001		
	東3-01号機	GC-X01	透析液	<0.001		
	東3-02号機	GC-X01	透析液	<0.001		
	東3-03号機	GC-X01	透析液	<0.001		

生菌培養 (cfu/50ml)

測定場所			採取日	2019/10/17	2019/10/18	
			測定日	2019/10/24	2019/10/25	
			液種	木	金	
東棟	東1-10号機	GC-X01	透析液	0/50ml		
	東3-01号機	GC-X01	透析液	0/50ml		
	東3-02号機	GC-X01	透析液	0/50ml		
	東3-03号機	GC-X01	透析液	0/50ml		
	東3-04号機	GC-X01	透析液		0/50ml	
	東3-05号機	GC-X01	透析液		0/50ml	
	東3-06号機	GC-X01	透析液		0/50ml	
	東3-07号機	GC-X01	透析液		0/50ml	

「エンドトキシン・生菌・管理基準」

- ・透析用水細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・標準透析液細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・超純粋透析液細菌0.1 CFU／mL 未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満
- ・オンライン補充液無菌かつ無発熱物質(ET)
細菌数10⁻⁶CFU／mL未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満