

2019/11/5/ET・生菌報告（本館・東棟）

エンドトキシン値 (EU/ml)

測定場所			採取日	2019/11/1	2019/11/2	
			液種	金	土	
本館	9-04	GC-X01	透析液	<0.001		
	9-05	GC-X01	透析液	<0.001		
	9-06	GC-X01	透析液	<0.001		
	9-07	GC-X01	透析液	<0.001		
	9-08	GC-X01	透析液	<0.001		
	9-09	GC-X01	透析液	<0.001		
	9-10	GC-X01	透析液	<0.001		
	9-11	GC-X01	透析液	<0.001		
東棟	東2-11号機	DCS-100NX	透析液		<0.001	
	東2-12号機	DCS-100NX	透析液		<0.001	

生菌培養 (cfu/50ml)

測定場所			採取日	2019/10/24	2019/10/25	
			測定日	2019/10/31	2019/11/1	
			液種	木	金	
本館	4-05	DCS-100NX●	透析液		0/50ml	
	4-06	DCS-100NX●	透析液		0/50ml	
	4-07	GC-300N●	透析液		0/50ml	
	4-08	GC-300N●	透析液		0/50ml	
東棟	東3-04号機	GC-X01	透析液	0/50ml		
	東3-05号機	GC-X01	透析液	0/50ml		
	東3-06号機	GC-X01	透析液	0/50ml		
	東3-07号機	GC-X01	透析液	0/50ml		

「エンドトキシン・生菌・管理基準」

- ・透析用水細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・標準透析液細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・超純粋透析液細菌0.1 CFU／mL 未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満
- ・オンライン補充液無菌かつ無発熱物質(ET)
細菌数 10^{-6} CFU／mL未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満

2019/11/12/ET・生菌報告（本館・東棟）

エンドトキシン値 (EU/ml)

測定場所			採取日	2019/11/8	2019/11/9	
			液種	金	土	
本館	4-09	GC-300N●	透析液	<0.001		
	4-10	GC-300N●	透析液	<0.001		
	4-11	GC-300N●	透析液	<0.001		
	8-15	GC-X01	透析液	<0.001		
	8-10	GC-X01	透析液		<0.001	
	8-11	GC-X01	透析液		<0.001	
	8-12	GC-X01	透析液		<0.001	
	8-13	GC-X01	透析液		<0.001	
	8-16	GC-X01	透析液	<0.001	<0.001	
	9-13	GC-X01	透析液	<0.001	<0.001	
	9-07	GC-X01	透析液		<0.001	
	9-08	GC-X01	透析液		<0.001	

生菌培養 (cfu/50ml)

測定場所			採取日	2019/11/1	2019/11/2	
			測定日	2019/11/8	2019/11/9	
			液種	金	土	
本館	2-01	GC-X01	透析液	0/50ml		
	2-02	GC-X01	透析液	0/50ml		
	2-03	GC-X01	透析液	0/50ml		
	2-04	GC-X01	透析液	0/50ml		
	9-04	GC-X01	透析液	0/50ml		
	9-05	GC-X01	透析液	0/50ml		
	9-06	GC-X01	透析液	0/50ml		
	9-07	GC-X01	透析液	0/50ml		
東棟	東2-11号機	DCS-100NX	透析液		0/50ml	
	東2-12号機	DCS-100NX	透析液		0/50ml	

「エンドトキシン・生菌・管理基準」

- ・透析用水細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・標準透析液細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・超純粋透析液細菌0.1 CFU／mL 未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満
- ・オンライン補充液無菌かつ無発熱物質(ET)
細菌数10⁻⁶CFU／mL未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満

2019/11/19/ET・生菌報告（本館・東棟）

エンドトキシン値 (EU/ml)

測定場所	採取日			
	液種			

生菌培養 (cfu/50ml)

測定場所			採取日	2019/11/8	2019/11/9	
			測定日	2019/11/15	2019/11/16	
			液種	金	土	
本館	4-09	GC-300N●	透析液	0/50ml		
	4-10	GC-300N●	透析液	0/50ml		
	4-11	GC-300N●	透析液	0/50ml		
	8-15	GC-X01	透析液	0/50ml		
	8-10	GC-X01	透析液		0/50ml	
	8-11	GC-X01	透析液		0/50ml	
	8-12	GC-X01	透析液		0/50ml	
	8-13	GC-X01	透析液		0/50ml	
	8-16	GC-X01	透析液	0/50ml	0/50ml	
	9-13	GC-X01	透析液	0/50ml	0/50ml	
	9-07	GC-X01	透析液		0/50ml	
	9-08	GC-X01	透析液		0/50ml	

「エンドトキシン・生菌・管理基準」

- ・透析用水細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・標準透析液細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・超純粋透析液細菌0.1 CFU／mL 未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満
- ・オンライン補充液無菌かつ無発熱物質(ET)
細菌数10⁻⁶CFU／mL未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満

2019/11/26/ET・生菌報告（本館・東棟）

エンドトキシン値 (EU/ml)

測定場所			採取日	2019/11/18	2019/11/19	2019/11/20	2019/11/22
			液種	月	火	水	金
本館	セントラル①ETRF入口	DAB-NX ①	透析液	<0.001			
	セントラル①ETRF出口	DAB-NX ①	透析液	<0.001			
	セントラル②ETRF入口	DAB-E ②	透析液	<0.001			
	セントラル②ETRF出口	DAB-E ②	透析液	<0.001			
	病棟①	DBB-27	透析液		<0.001		
	病棟②	DBB-27	透析液		<0.001		
	4-12個室	DBB-27	透析液		<0.001		
	1-01	DCS-100NX	透析液			<0.001	
	1-02	DCS-100NX	透析液			<0.001	
	1-03	DCS-100NX	透析液			<0.001	
	1-04	DCS-100NX	透析液			<0.001	
	1-05	DCS-100NX	透析液				<0.001
	1-06	DCS-100NX	透析液				<0.001
	1-07	DCS-100NX	透析液				<0.001
	1-08	DCS-100NX	透析液				<0.001
東棟	東1-01号機	DBB-27	透析液				<0.001
	東2-01号機	DBB-27	透析液				<0.001
	東3-12号機	DBB-27	透析液				<0.001

生菌培養 (cfu/50ml)

測定場所			採取日	2019/11/11			
			測定日	2019/11/18			
			液種	月			
本館	8-14	GC-X01	透析液	0/50ml			
	RO①モジュール	MIZ ①	透析用水	0/50ml			
	RO②モジュール	MIZ ①	透析用水	8/50ml			
	RO①タンク後	MIZ ②	透析用水	0/50ml			
	RO②タンク後	MIZ ②	透析用水	0/50ml			

「エンドトキシン・生菌・管理基準」

- ・透析用水細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・標準透析液細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・超純粋透析液細菌0.1 CFU／mL 未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満
- ・オンライン補充液無菌かつ無発熱物質(ET)
細菌数10⁻⁶CFU／mL未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満