

2019/12/3/ET・生菌報告（本館・東棟）

エンドトキシン値 (EU/ml)

測定場所			採取日	2019/11/25	2019/11/28	2019/11/29	
			液種	月	木	金	
本館	RO②モジュール	MIZ ①	透析用水	<0.001			
	病棟①	DBB-27	透析液		<0.001		
	病棟②	DBB-27	透析液		<0.001		
	4-12個室	DBB-27	透析液		<0.001		
東棟	東1-01号機	DBB-27	透析液			<0.001	
	東2-01号機	DBB-27	透析液			<0.001	
	東3-12号機	DBB-27	透析液			<0.001	

生菌培養 (cfu/50ml)

測定場所			採取日	2019/11/18	2019/11/19	2019/11/20	2019/11/22
			測定日	2019/11/25	2019/11/26	2019/11/27	2019/11/29
			液種	月	火	水	金
本館	セントラル①ETRF入口	DAB-NX ①	透析液	0/50ml			
	セントラル①ETRF出口	DAB-NX ①	透析液	0/50ml			
	セントラル②ETRF入口	DAB-E ②	透析液	0/50ml			
	セントラル②ETRF出口	DAB-E ②	透析液	0/50ml			
	病棟①	DBB-27	透析液		0/50ml		
	病棟②	DBB-27	透析液		0/50ml		
	4-12個室	DBB-27	透析液		0/50ml		
	1-01	DCS-100NX	透析液			0/50ml	
	1-02	DCS-100NX	透析液			0/50ml	
	1-03	DCS-100NX	透析液			0/50ml	
	1-04	DCS-100NX	透析液			0/50ml	
	1-05	DCS-100NX	透析液				0/50ml
	1-06	DCS-100NX	透析液				0/50ml
	1-07	DCS-100NX	透析液				0/50ml
	1-08	DCS-100NX	透析液				0/50ml
東棟	東1-01号機	DBB-27	透析液				0/50ml
	東2-01号機	DBB-27	透析液				0/50ml
	東3-12号機	DBB-27	透析液				0/50ml

「エンドトキシン・生菌・管理基準」

・透析用水細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満

・標準透析液細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満

・超純粋透析液細菌0.1 CFU／mL 未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満

・オンライン補充液無菌かつ無発熱物質(ET)
細菌数 10^{-6} CFU／mL未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満

2019/12/10/ET・生菌報告（本館・東棟）

エンドトキシン値 (EU/ml)

測定場所			採取日	2019/12/2	2019/12/4	
			液種	月	水	
本館	セントラル③ETRF入口	DAB-NX ③	透析液	<0.001		
	セントラル③ETRF出口	DAB-NX ③	透析液	<0.001		
	セントラル④ETRF入口	DAB-NX ④	透析液	<0.001		
	セントラル④ETRF出口	DAB-NX ④	透析液	<0.001		
	1-12	DCS-100NX	透析液		<0.001	
	1-13	DCS-100NX	透析液		<0.001	
	1-14	DCS-100NX	透析液		<0.001	
	1-15	DCS-100NX	透析液		<0.001	

生菌培養 (cfu/50ml)

測定場所			採取日	2019/11/25	2019/11/28	2019/11/29
			測定日	2019/12/2	2019/12/5	2019/12/6
			液種	月	木	金
本館	RO②モジュール	MIZ ①	透析用水	0/50ml		
	病棟①	DBB-27	透析液		0/50ml	
	病棟②	DBB-27	透析液		0/50ml	
	4-12個室	DBB-27	透析液		0/50ml	
東棟	東1-01号機	DBB-27	透析液			0/50ml
	東2-01号機	DBB-27	透析液			0/50ml
	東3-12号機	DBB-27	透析液			0/50ml

「エンドトキシン・生菌・管理基準」

- ・透析用水細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・標準透析液細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・超純粋透析液細菌0.1 CFU／mL 未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満
- ・オンライン補充液無菌かつ無発熱物質(ET)
細菌数10⁻⁶CFU／mL未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満

2019/12/17/ET・生菌報告（本館・東棟）

エンドトキシン値 (EU/ml)

測定場所			採取日	2019/12/9	2019/12/10	
			液種	月	火	
東棟	東3-10号機	DCS-100NX	透析液	<0.001		
	東セントラル①ETRF入口	東DAB-E ①	透析液	<0.001		
	東セントラル①ETRF出口1	東DAB-E ①	透析液	<0.001		
	東セントラル①ETRF出口2	東DAB-E ①	透析液	<0.001		
	東3-11号機	DCS-100NX	透析液		<0.001	
	東セントラル②ETRF入口	東DAB-NX ②	透析液		<0.001	
	東セントラル②ETRF出口3	東DAB-NX ②	透析液		<0.001	
	東セントラル②ETRF出口4	東DAB-NX ②	透析液		<0.001	

生菌培養 (cfu/50ml)

測定場所			採取日	2019/12/2	2019/12/4	2019/12/6
			測定日	2019/12/9	2019/12/11	2019/12/13
			液種	月	水	金
本館	セントラル③ETRF入口	DAB-NX ③	透析液	0/50ml		
	セントラル③ETRF出口	DAB-NX ③	透析液	0/50ml		
	セントラル④ETRF入口	DAB-NX ④	透析液	0/50ml		
	セントラル④ETRF出口	DAB-NX ④	透析液	0/50ml		
	1-12	DCS-100NX	透析液		0/50ml	
	1-13	DCS-100NX	透析液		0/50ml	
	1-14	DCS-100NX	透析液		0/50ml	
	1-15	DCS-100NX	透析液		0/50ml	
	1-09	DCS-100NX	透析液			0/50ml
	1-10	DCS-100NX	透析液			0/50ml
	1-11	DCS-100NX	透析液			0/50ml

「エンドトキシン・生菌・管理基準」

- ・透析用水細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・標準透析液細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・超純粋透析液細菌0.1 CFU／mL 未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満
- ・オンライン補充液無菌かつ無発熱物質(ET)
細菌数10⁻⁶CFU／mL未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満

2019/12/24/ET・生菌報告（本館・東棟）

エンドトキシン値 (EU/ml)

測定場所			採取日	2019/12/16	2019/12/18	2019/12/20
			液種	月	水	金
本館	RO①モジュール	MIZ ①	透析用水	<0.001		
	RO②モジュール	MIZ ①	透析用水	<0.001		
	RO①タンク後	MIZ ②	透析用水	<0.001		
	RO②タンク後	MIZ ②	透析用水	<0.001		
	9-01	GC-X01	透析液		<0.001	
	9-02	GC-X01	透析液		<0.001	
	9-03	GC-X01	透析液		<0.001	
	9-04	GC-X01	透析液		<0.001	
	9-05	GC-X01	透析液			<0.001
	9-06	GC-X01	透析液			<0.001
	9-07	GC-X01	透析液			<0.001
	9-08	GC-X01	透析液			<0.001

生菌培養 (cfu/50ml)

測定場所			採取日	2019/12/9	2019/12/10	
			測定日	2019/12/16	2019/12/17	
			液種	月	火	
東棟	東3-10号機	DCS-100NX	透析液	0/50ml		
	東セントラル①ETRF入口	東DAB-E ①	透析液	0/50ml		
	東セントラル①ETRF出口1	東DAB-E ①	透析液	0/50ml		
	東セントラル①ETRF出口2	東DAB-E ①	透析液	0/50ml		
	東3-11号機	DCS-100NX	透析液		0/50ml	
	東セントラル②ETRF入口	東DAB-NX ②	透析液		0/50ml	
	東セントラル②ETRF出口3	東DAB-NX ②	透析液		0/50ml	
	東セントラル②ETRF出口4	東DAB-NX ②	透析液		0/50ml	

「エンドトキシン・生菌・管理基準」

- ・透析用水細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・標準透析液細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・超純粋透析液細菌0.1 CFU／mL 未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満
- ・オンライン補充液無菌かつ無発熱物質(ET)
細菌数 10^{-6} CFU／mL未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満

2019/12/31/ET・生菌報告（本館・東棟）

エンドトキシン値 (EU/ml)

測定場所			採取日	2019/12/23		
			液種	月		
本館	RO②モジュール	MIZ ①	透析用水	<0.001		

生菌培養 (cfu/50ml)

測定場所			採取日	2019/12/16	2019/12/18	2019/12/20
			測定日	2019/12/23	2019/12/25	2019/12/27
			液種	月	水	金
本館	RO①モジュール	MIZ ①	透析用水	0/50ml		
	RO②モジュール	MIZ ①	透析用水	7/50ml		
	RO①タンク後	MIZ ②	透析用水	0/50ml		
	RO②タンク後	MIZ ②	透析用水	0/50ml		
	9-01	GC-X01	透析液		0/50ml	
	9-02	GC-X01	透析液		0/50ml	
	9-03	GC-X01	透析液		0/50ml	
	9-04	GC-X01	透析液		0/50ml	
	9-05	GC-X01	透析液			0/50ml
	9-06	GC-X01	透析液			0/50ml
	9-07	GC-X01	透析液			0/50ml
	9-08	GC-X01	透析液			0/50ml

「エンドトキシン・生菌・管理基準」

- ・透析用水細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・標準透析液細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・超純粋透析液細菌0.1 CFU／mL 未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満
- ・オンライン補充液無菌かつ無発熱物質(ET)
細菌数10⁻⁶CFU／mL未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満