

2020年01月ET測定結果

採取日		測定部位	2020/1/3	2020/1/4	2020/1/6	2020/1/15	2020/1/17	2020/1/20	2020/1/29	2020/1/31
測定場所		曜日	金	土	月	水	金	月	水	金
EU/mL		担当(本館)				稲富	吉岩	山田	森川	豊田
		担当(東館)	本田	本田	本田					
1	2-01	GC-X01				<0.001				
2	2-02	GC-X01				<0.001				
3	2-03	GC-X01				<0.001				
4	2-04	GC-X01				<0.001				
5	2-05	GC-X01					<0.001			
6	2-06	GC-X01					<0.001			
7	2-07	GC-X01					<0.001			
8	2-08	GC-X01					<0.001			
9	2-09	GC-X01							<0.001	
10	2-10	GC-X01							<0.001	
11	2-11	GC-X01							<0.001	
12	2-12	GC-X01							<0.001	
13	2-13	GC-X01								<0.001
14	2-14	GC-X01								<0.001
15	セントラル① ETRF入口	DAB-NX ①						<0.001		
16	セントラル① ETRF出口	DAB-NX ①						<0.001		
17	セントラル② ETRF入口	DAB-E ②						<0.001		
18	セントラル② ETRF出口	DAB-E ②						<0.001		
19	東1-01号機	DBB-27	<0.001							
20	東1-02号機	GC-X01	<0.001							
21	東1-03号機	GC-X01	<0.001							
22	東1-04号機	GC-X01	<0.001							
23	東1-05号機	GC-X01		<0.001						
24	東1-06号機	GC-X01		<0.001						
25	東1-07号機	GC-X01		<0.001						
26	東1-08号機	GC-X01		<0.001						
27	東4-06号機	DCS-100NX			<0.001					
28	東セントラル① ETRF入口	東DAB-E ①			<0.001					
29	東セントラル① ETRF出口1	東DAB-E ①			<0.001					
30	東セントラル① ETRF出口2	東DAB-E ①			<0.001					
	合計	30	4	4	4	4	4	4	4	2

2020年01月生菌測定結果

採取日		装置	2020/1/3	2020/1/4	2020/1/6	2020/1/15	2020/1/17	2020/1/20	2020/1/29	2020/1/31
計測日		2020/2/24	2020/1/10	2020/1/11	2020/1/13	2020/1/22	2020/1/24	2020/1/27	2020/2/5	2020/2/7
培養温度		25～30℃	金	土	月	水	金	月	水	金
測定場所		担当（本館）				稲富	吉岩	山田	森川	豊田
		担当（東棟）	本田	本田	本田					
1	2-01	GC-X01				0/50ml				
2	2-02	GC-X01				0/50ml				
3	2-03	GC-X01				0/50ml				
4	2-04	GC-X01				0/50ml				
5	2-05	GC-X01					0/50ml			
6	2-06	GC-X01					0/50ml			
7	2-07	GC-X01					0/50ml			
8	2-08	GC-X01					0/50ml			
9	2-09	GC-X01							0/50ml	
10	2-10	GC-X01							0/50ml	
11	2-11	GC-X01							0/50ml	
12	2-12	GC-X01							0/50ml	
13	2-13	GC-X01								0/50ml
14	2-14	GC-X01								0/50ml
15	セントラル① ETRF入口	DAB-NX ①						0/50ml		
16	セントラル① ETRF出口	DAB-NX ①						0/50ml		
17	セントラル② ETRF入口	DAB-E ②						0/50ml		
18	セントラル② ETRF出口	DAB-E ②						0/50ml		
19	東1-01号機	DBB-27	0/50ml							
20	東1-02号機	GC-X01	0/50ml							
21	東1-03号機	GC-X01	0/50ml							
22	東1-04号機	GC-X01	0/50ml							
23	東1-05号機	GC-X01		0/50ml						
24	東1-06号機	GC-X01		0/50ml						
25	東1-07号機	GC-X01		0/50ml						
26	東1-08号機	GC-X01		0/50ml						
27	東4-06号機	DCS-100NX			0/50ml					
28	東セントラル① ETRF入口	東DAB-E ①			0/50ml					
29	東セントラル① ETRF出口1	東DAB-E ①			0/50ml					
30	東セントラル① ETRF出口2	東DAB-E ①			0/50ml					
	合計	30	4	4	4	4	4	4	4	2