

2020年05月ET測定結果

採取日		測定部位	2020/5/1	2020/5/2	2020/5/4	2020/5/6	2020/5/7	2020/5/20	2020/5/22	2020/5/25
測定場所		曜日	金	土	月	水	木	水	金	月
EU/mL		担当(本館)			森川	尾ノ上	光山	本田	吉岩	山田
		担当(東館)	都	都	武田					
1	4-01	GC-X01				<0.001				
2	4-02	GC-X01				<0.001				
3	4-03	GC-X01				<0.001				
4	4-04	GC-X01				<0.001				
5	4-05	GC-X01					<0.001			
6	4-06	GC-X01					<0.001			
7	4-07	GC-300N●					<0.001			
8	4-08	GC-300N●					<0.001			
9	4-09	GC-300N●						<0.001		
10	4-10	GC-300N●						<0.001		
11	4-11	GC-300N●						<0.001		
12	病棟①	DBB-100NX							<0.001	
13	病棟②	DBB-100NX							<0.001	
14	4-12個室	DBB-100NX						<0.001		
15	セントラル① ETRF入口	DAB-NX ①								<0.001
16	セントラル① ETRF出口	DAB-NX ①								<0.001
17	セントラル② ETRF入口	DAB-NX ②								<0.001
18	セントラル② ETRF出口	DAB-NX ②								<0.001
19	RO① EUF(奥側)	MIZ ①			<0.001					
20	RO① EUF(手前側)	MIZ ①			<0.001					
21	RO② EUF(奥側)	MIZ ②			<0.001					
22	RO② EUF(手前側)	MIZ ②			<0.001					
23	東3-03号機	GC-X01		<0.001						
24	東3-04号機	GC-X01		<0.001						
25	東3-05号機	GC-X01		<0.001						
26	東3-06号機	GC-X01		<0.001						
27	東3-07号機	GC-X01			<0.001					
28	東3-08号機	DCS-100NX●			<0.001					
29	東3-09号機	DCS-100NX●			<0.001					
30	東3-10号機	DCS-100NX			<0.001					
31	東4-09号機	DCS-100NX	<0.001							
32	東セントラル② ETRF入口	東DAB-NX ②	<0.001							
33	東セントラル② ETRF出口3	東DAB-NX ②	<0.001							
34	東セントラル② ETRF出口4	東DAB-NX ②	<0.001							
	合計	34	4	4	8	4	4	4	2	4

2020年05月生菌測定結果

採取日		装置	2020/5/1	2020/5/2	2020/5/4	2020/5/6	2020/5/7	2020/5/20	2020/5/22	2020/5/25
計測日		2020/6/6	2020/5/8	2020/5/9	2020/5/11	2020/5/13	2020/5/14	2020/5/27	2020/5/29	2020/6/1
培養温度		25～30℃	金	土	月	水	木	水	金	月
測定場所		担当（本館）			森川	尾ノ上	光山	本田	吉岩	山田
		担当（東棟）	都	都	武田					
1	4-01	GC-X01				0/50ml				
2	4-02	GC-X01				0/50ml				
3	4-03	GC-X01				0/50ml				
4	4-04	GC-X01				0/50ml				
5	4-05	DCS-100NX●					0/50ml			
6	4-06	DCS-100NX●					0/50ml			
7	4-07	GC-300N●					0/50ml			
8	4-08	GC-300N●					0/50ml			
9	4-09	GC-300N●						0/50ml		
10	4-10	GC-300N●						0/50ml		
11	4-11	GC-300N●						0/50ml		
12	病棟①	DBB-27							0/50ml	
13	病棟②	DBB-27							0/50ml	
14	4-12個室	DBB-27						0/50ml		
15	セントラル① ETRF入口	DAB-NX ①								0/50ml
16	セントラル① ETRF出口	DAB-NX ①								0/50ml
17	セントラル② ETRF入口	DAB-E ②								0/50ml
18	セントラル② ETRF出口	DAB-E ②								0/50ml
19	RO② モジュール	MIZ ①			0/50ml					
20	RO① EUF(奥側)	MIZ ①			0/50ml					
21	RO① EUF(手前側)	MIZ ①			0/50ml					
22	RO② EUF(奥側)	MIZ ②			0/50ml					
23	RO② EUF(手前側)	MIZ ②			0/50ml					
24	東3-03号機	GC-X01		0/50ml						
25	東3-04号機	GC-X01		0/50ml						
26	東3-05号機	GC-X01		0/50ml						
27	東3-06号機	GC-X01		0/50ml						
28	東3-07号機	GC-X01			0/50ml					
29	東3-08号機	DCS-100NX●			0/50ml					
30	東3-09号機	DCS-100NX●			0/50ml					
31	東3-10号機	DCS-100NX			0/50ml					
32	東4-09号機	DCS-100NX	0/50ml							
33	東セントラル② ETRF入口	東DAB-NX ②	0/50ml							
34	東セントラル② ETRF出口3	東DAB-NX ②	0/50ml							
35	東セントラル② ETRF出口4	東DAB-NX ②	0/50ml							
合計		35	4	4	9	4	4	4	2	4