

2020年08月ET測定結果

採取日	測定部位	2020/8/3	2020/8/4	2020/8/5	2020/8/7	2020/8/17	2020/8/19	2020/8/20	2020/8/24	2020/8/31	
測定場所	曜日	月	火	水	金	月	水	木	月	月	
EU/mL	担当(本館)	山田		吉岩	中山	中山	豊田	石井	尾ノ上	光山	
	担当(東館)	武田	武田								
1	1-09	DCS-100NX			<0.001						
2	1-10	DCS-100NX			<0.001						
3	1-11	DCS-100NX			<0.001						
4	1-12	DCS-100NX			<0.001						
5	1-13	DCS-100NX				<0.001					
6	1-14	DCS-100NX				<0.001					
7	1-15	DCS-100NX				<0.001					
8	9-01	GC-X01					<0.001				
9	9-02	GC-X01					<0.001				
10	9-03	GC-X01					<0.001				
11	9-04	GC-X01					<0.001				
12	9-05	GC-X01						<0.001			
13	9-06	GC-X01						<0.001			
14	9-07	GC-X01						<0.001			
15	9-08	GC-X01						<0.001			
16	セントラル③ ETRF入口	DAB-NX ③	<0.001								
17	セントラル③ ETRF出口	DAB-NX ③	<0.001								
18	セントラル④ ETRF入口	DAB-NX ④	<0.001								
19	セントラル④ ETRF出口	DAB-NX ④	<0.001								
20	RO① モジュール	MIZ ①				<0.001					
21	RO② モジュール	MIZ ①				<0.001					
22	RO① タンク後	MIZ ②				<0.001					
23	RO② タンク後	MIZ ②				<0.001					
24	RO① EUF(奥側)	MIZ ①								<0.001	
25	RO① EUF(手前側)	MIZ ①								<0.001	
26	RO② EUF(奥側)	MIZ ②								<0.001	
27	RO② EUF(手前側)	MIZ ②								<0.001	
28	東1-09号機	GC-X01	<0.001								
29	東1-10号機	GC-X01	<0.001								
30	東2-01号機	DBB-27	<0.001								
31	東2-02号機	DCS-100NX	<0.001								
32	東4-07号機	DCS-100NX		<0.001							
33	東セントラル② ETRF入口	東DAB-NX ②		<0.001							
34	東セントラル② ETRF出口3	東DAB-NX ②		<0.001							
35	東セントラル② ETRF出口4	東DAB-NX ②		<0.001							
	合計	35	8	4	4	3	4	4	4	0	4

2020年08月生菌測定結果

採取日	装置	2020/8/3	2020/8/4	2020/8/5	2020/8/7	2020/8/17	2020/8/19	2020/8/20	2020/8/24	2020/8/31
計測日	2020/9/30	2020/8/10	2020/8/11	2020/8/12	2020/8/14	2020/8/24	2020/8/26	2020/8/27	2020/8/31	2020/9/7
培養温度	25~30℃	月	火	水	金	月	水	木	月	光山
測定場所	担当(本館)	山田		吉岩	中山	中山	豊田	石井	尾ノ上	光山
	担当(東棟)	武田	武田							
1	1-09	DCS-100NX			0/50ml					
2	1-10	DCS-100NX			0/50ml					
3	1-11	DCS-100NX			0/50ml					
4	1-12	DCS-100NX			0/50ml					
5	1-13	DCS-100NX				0/50ml				
6	1-14	DCS-100NX				0/50ml				
7	1-15	DCS-100NX				0/50ml				
8	9-01	GC-X01					0/50ml			
9	9-02	GC-X01					0/50ml			
10	9-03	GC-X01					0/50ml			
11	9-04	GC-X01					0/50ml			
12	9-05	GC-X01						0/50ml		
13	9-06	GC-X01						0/50ml		
14	9-07	GC-X01						0/50ml		
15	9-08	GC-X01						0/50ml		
16	セントラル③ ETRF入口	DAB-NX ③	0/50ml							
17	セントラル③ ETRF出口	DAB-NX ③	0/50ml							
18	セントラル④ ETRF入口	DAB-NX ④	0/50ml							
19	セントラル④ ETRF出口	DAB-NX ④	0/50ml							
20	RO① モジュール	MIZ ①					6/50ml		5/50ml	0/50ml
21	RO② モジュール	MIZ ①					80/50ml		6/50ml	0/50ml
22	RO① タンク後	MIZ ②					0/50ml			
23	RO② タンク後	MIZ ②					0/50ml			
24	RO① EUF(奥側)	MIZ ①								0/50ml
25	RO① EUF(手前側)	MIZ ①								0/50ml
26	RO② EUF(奥側)	MIZ ②								0/50ml
27	RO② EUF(手前側)	MIZ ②								0/50ml
28	東1-09号機	GC-X01	0/50ml							
29	東1-10号機	GC-X01	0/50ml							
30	東2-01号機	DBB-27	0/50ml							
31	東2-02号機	DCS-100NX	0/50ml							
32	東4-07号機	DCS-100NX		0/50ml						
33	東セントラル② ETRF入口	東DAB-NX ②		0/50ml						
34	東セントラル② ETRF出口3	東DAB-NX ②		0/50ml						
35	東セントラル② ETRF出口4	東DAB-NX ②		0/50ml						
合計	39	8	4	4	3	4	4	4	2	6