

2020年10月ET測定結果

採取日	測定部位	2020/10/1	2020/10/2	2020/10/5	2020/10/8	#####	2020/10/16	2020/10/19	2020/10/28	2020/10/30
測定場所	曜日	木	金	月	木	水	金	月	水	金
EU/mL	担当(本館)		中山	中山		中山	渡辺	山田	渡辺	石井
	担当(東館)	武田	都		都					
1	2-13	GC-X01	<0.001							
2	2-14	GC-X01	<0.001							
3	8-01	DCS-100NX				<0.001				
4	8-02	DCS-100NX				<0.001				
5	8-03	DCS-100NX				<0.001				
6	8-04	DCS-100NX				<0.001				
7	8-05	DCS-100NX					<0.001			
8	8-06	DCS-100NX					<0.001			
9	8-07	DCS-100NX					<0.001			
10	8-08	DCS-100NX					<0.001			
11	8-09	DCS-100NX							<0.001	
12	8-10	GC-X01							<0.001	
13	8-11	GC-X01							<0.001	
14	8-12	GC-X01							<0.001	
15	8-13	GC-X01								<0.001
16	8-14	GC-X01								<0.001
17	8-15	GC-X01								<0.001
18	8-16	GC-X01								<0.001
19	セントラル③ ETRF入口	DAB-NX ③		<0.001						
20	セントラル③ ETRF出口	DAB-NX ③		<0.001						
21	セントラル④ ETRF入口	DAB-NX ④		<0.001						
22	セントラル④ ETRF出口	DAB-NX ④		<0.001						
23	RO① モジュール	MIZ ①						<0.001		
24	RO② モジュール	MIZ ①						<0.001		
25	RO① タンク後	MIZ ②						<0.001		
26	RO② タンク後	MIZ ②						<0.001		
27	東2-11号機	DCS-100NX	<0.001							
28	東2-12号機	DCS-100NX	<0.001							
29	東3-01号機	GC-X01	<0.001							
30	東3-02号機	GC-X01	<0.001							
31	東4-08号機	DCS-100NX	<0.001							
32	東セントラル① ETRF入口	東DAB-E ①	<0.001		再検					
33	東セントラル① ETRF出口1	東DAB-E ①	<0.001							
34	東セントラル① ETRF出口2	東DAB-E ①	<0.001							
	合計	34	4	6	4	0	4	4	4	4

2020年10月生菌測定結果

採取日	装置	2020/10/1	2020/10/2	2020/10/5	2020/10/8	2020/10/14	2020/10/16	2020/10/19	2020/10/28	2020/10/30
計測日	2020/11/12	2020/10/8	2020/10/9	2020/10/12	2020/10/15	2020/10/21	2020/10/23	2020/10/26	2020/11/4	2020/11/6
培養温度	25~30℃	木	金	月	木	水	金	月	水	金
測定場所	担当(本館)		中山	中山		中山	渡辺	山田	渡辺	石井
	担当(東棟)	武田	都		都					
1	2-13 GC-X01		0/50ml							
2	2-14 GC-X01		0/50ml							
3	8-01 DCS-100NX					0/50ml				
4	8-02 DCS-100NX					0/50ml				
5	8-03 DCS-100NX					0/50ml				
6	8-04 DCS-100NX					0/50ml				
7	8-05 DCS-100NX						0/50ml			
8	8-06 DCS-100NX						0/50ml			
9	8-07 DCS-100NX						0/50ml			
10	8-08 DCS-100NX						0/50ml			
11	8-09 DCS-100NX							0/50ml		
12	8-10 GC-X01							0/50ml		
13	8-11 GC-X01							0/50ml		
14	8-12 GC-X01							0/50ml		
15	8-13 GC-X01								0/50ml	
16	8-14 GC-X01								0/50ml	
17	8-15 GC-X01								0/50ml	
18	8-16 GC-X01								0/50ml	
19	セントラル③ ETRF入口 DAB-NX ③			0/50ml						
20	セントラル③ ETRF出口 DAB-NX ③			0/50ml						
21	セントラル④ ETRF入口 DAB-NX ④			0/50ml						
22	セントラル④ ETRF出口 DAB-NX ④			0/50ml						
23	RO① モジュール MIZ ①							0/50ml		
24	RO② モジュール MIZ ①							0/50ml		
25	RO① タンク後 MIZ ②							0/50ml		
26	RO② タンク後 MIZ ②							0/50ml		
27	東2-11号機 DCS-100NX		0/50ml							
28	東2-12号機 DCS-100NX		0/50ml							
29	東3-01号機 GC-X01		0/50ml							
30	東3-02号機 GC-X01		0/50ml							
31	東4-08号機 DCS-100NX	0/50ml								
32	東セントラル① ETRF入口 東DAB-E ①	12/50ml			0/50ml					
33	東セントラル① ETRF出口1 東DAB-E ①	0/50ml								
34	東セントラル① ETRF出口2 東DAB-E ①	0/50ml								
	合計	35	4	6	4	1	4	4	4	4