

2020年11月ET測定結果

| 採取日   |                    | 測定部位       | 2020/11/2 | 2020/11/3 | 2020/11/4 | 2020/11/11 | 2020/11/13 | 2020/11/23 | 2020/11/25 | 2020/11/27 | 2020/11/30 |
|-------|--------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 測定場所  |                    | 曜日         | 月         | 火         | 水         | 水          | 金          | 月          | 水          | 金          | 月          |
| EU/mL |                    | 担当(本館)     |           |           |           | 豊田         | 豊田         | 本田         | 光山         | 石井         | 光山         |
|       |                    | 担当(東館)     | 武田        | 都         | 都         |            |            |            |            |            |            |
| 1     | 3-01               | GC-110N    |           |           |           | <0.001     |            |            |            |            |            |
| 2     | 3-02               | GC-110N    |           |           |           | <0.001     |            |            |            |            |            |
| 3     | 3-03               | GC-110N    |           |           |           | <0.001     |            |            |            |            |            |
| 4     | 3-04               | GC-110N    |           |           |           | <0.001     |            |            |            |            |            |
| 5     | 3-05               | GC-300N●   |           |           |           |            | <0.001     |            |            |            |            |
| 6     | 3-06               | GC-300N●   |           |           |           |            | <0.001     |            |            |            |            |
| 7     | 3-07               | GC-300N●   |           |           |           |            | <0.001     |            |            |            |            |
| 8     | 3-08               | GC-300N●   |           |           |           |            | <0.001     |            |            |            |            |
| 9     | 3-09               | GC-300N●   |           |           |           |            |            |            | <0.001     |            |            |
| 10    | 3-10               | GC-300N●   |           |           |           |            |            |            | <0.001     |            |            |
| 11    | 3-11               | GC-300N●   |           |           |           |            |            |            | <0.001     |            |            |
| 12    | 3-12               | GC-300N●   |           |           |           |            |            |            | <0.001     |            |            |
| 13    | 3-13               | DBB-100NX  |           |           |           |            |            |            |            | <0.001     |            |
| 14    | 3-14               | DBB-100NX  |           |           |           |            |            |            |            | <0.001     |            |
| 15    | 予備                 | DCS-100NX  |           |           |           |            |            |            |            | <0.001     |            |
| 16    | セントラル①<br>ETRF入口   | DAB-NX ①   |           |           |           |            |            | <0.001     |            |            | <0.001     |
| 17    | セントラル①<br>ETRF出口   | DAB-NX ①   |           |           |           |            |            | <0.001     |            |            |            |
| 18    | セントラル②<br>ETRF入口   | DAB-NX ②   |           |           |           |            |            | <0.001     |            |            | <0.001     |
| 19    | セントラル②<br>ETRF出口   | DAB-NX ②   |           |           |           |            |            | <0.001     |            |            |            |
| 20    | RO①<br>EUF(奥側)     | MIZ ①      | <0.001    |           |           |            |            |            |            |            |            |
| 21    | RO①<br>EUF(手前側)    | MIZ ①      | <0.001    |           |           |            |            |            |            |            |            |
| 22    | RO②<br>EUF(奥側)     | MIZ ②      | <0.001    |           |           |            |            |            |            |            |            |
| 23    | RO②<br>EUF(手前側)    | MIZ ②      | <0.001    |           |           |            |            |            |            |            |            |
| 24    | 東3-03号機            | GC-X01     |           | <0.001    |           |            |            |            |            |            |            |
| 25    | 東3-04号機            | GC-X01     |           | <0.001    |           |            |            |            |            |            |            |
| 26    | 東3-05号機            | GC-X01     |           | <0.001    |           |            |            |            |            |            |            |
| 27    | 東3-06号機            | GC-X01     |           | <0.001    |           |            |            |            |            |            |            |
| 28    | 東3-07号機            | GC-X01     |           |           | <0.001    |            |            |            |            |            |            |
| 29    | 東3-08号機            | DCS-100NX● |           |           | <0.001    |            |            |            |            |            |            |
| 30    | 東3-09号機            | DCS-100NX● |           |           | <0.001    |            |            |            |            |            |            |
| 31    | 東3-10号機            | DCS-100NX  |           |           | <0.001    |            |            |            |            |            |            |
| 32    | 東4-09号機            | DCS-100NX  | <0.001    |           |           |            |            |            |            |            |            |
| 33    | 東セントラル②<br>ETRF入口  | 東DAB-NX ②  | <0.001    |           |           |            |            |            |            |            |            |
| 34    | 東セントラル②<br>ETRF出口3 | 東DAB-NX ②  | <0.001    |           |           |            |            |            |            |            |            |
| 35    | 東セントラル②<br>ETRF出口4 | 東DAB-NX ②  | <0.001    |           |           |            |            |            |            |            |            |
|       | 合計                 | 37         | 8         | 4         | 4         | 4          | 4          | 4          | 4          | 3          | 2          |

2020年11月生菌測定結果

| 採取日  |                    | 装置         | 2020/11/2 | 2020/11/3  | 2020/11/4  | 2020/11/11 | 2020/11/13 | 2020/11/23 | 2020/11/25 | 2020/11/27 | 2020/11/30 |
|------|--------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 計測日  |                    | 2021/1/4   | 2020/11/9 | 2020/11/10 | 2020/11/11 | 2020/11/18 | 2020/11/20 | 2020/11/30 | 2020/12/2  | 2020/12/4  | 2020/12/7  |
| 培養温度 |                    | 25～30℃     | 月         | 火          | 水          | 水          | 金          | 月          | 水          | 金          | 月          |
| 測定場所 |                    | 担当（本館）     |           |            |            | 豊田         | 豊田         | 本田         | 光山         | 石井         | 光山         |
|      |                    | 担当（東棟）     | 武田        | 都          | 都          |            |            |            |            |            |            |
| 1    | 3-01               | GC-110N    |           |            |            | 0/50ml     |            |            |            |            |            |
| 2    | 3-02               | GC-110N    |           |            |            | 0/50ml     |            |            |            |            |            |
| 3    | 3-03               | GC-110N    |           |            |            | 0/50ml     |            |            |            |            |            |
| 4    | 3-04               | GC-110N    |           |            |            | 0/50ml     |            |            |            |            |            |
| 5    | 3-05               | GC-300N●   |           |            |            |            | 0/50ml     |            |            |            |            |
| 6    | 3-06               | GC-300N●   |           |            |            |            | 0/50ml     |            |            |            |            |
| 7    | 3-07               | GC-300N●   |           |            |            |            | 0/50ml     |            |            |            |            |
| 8    | 3-08               | GC-300N●   |           |            |            |            | 0/50ml     |            |            |            |            |
| 9    | 3-09               | GC-300N●   |           |            |            |            |            |            | 0/50ml     |            |            |
| 10   | 3-10               | GC-300N●   |           |            |            |            |            |            | 0/50ml     |            |            |
| 11   | 3-11               | GC-300N●   |           |            |            |            |            |            | 0/50ml     |            |            |
| 12   | 3-12               | GC-300N●   |           |            |            |            |            |            | 0/50ml     |            |            |
| 13   | 3-13               | DBB-100NX  |           |            |            |            |            |            |            | 0/50ml     |            |
| 14   | 3-14               | DBB-100NX  |           |            |            |            |            |            |            | 0/50ml     |            |
| 15   | 予備                 | DCS-27     |           |            |            |            |            |            |            | 0/50ml     |            |
| 16   | セントラル①<br>ETRF入口   | DAB-NX ①   |           |            |            |            |            | 1/50ml     |            |            | 0/50ml     |
| 17   | セントラル①<br>ETRF出口   | DAB-NX ①   |           |            |            |            |            | 0/50ml     |            |            |            |
| 18   | セントラル②<br>ETRF入口   | DAB-E ②    |           |            |            |            |            | 1/50ml     |            |            | 0/50ml     |
| 19   | セントラル②<br>ETRF出口   | DAB-E ②    |           |            |            |            |            | 0/50ml     |            |            |            |
| 20   | RO①<br>EUF(奥側)     | MIZ ①      | 0/50ml    |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 21   | RO①<br>EUF(手前側)    | MIZ ①      | 0/50ml    |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 22   | RO②<br>EUF(奥側)     | MIZ ②      | 0/50ml    |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 23   | RO②<br>EUF(手前側)    | MIZ ②      | 0/50ml    |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 24   | 東3-03号機            | GC-X01     |           | 0/50ml     |            |            |            |            |            |            |            |
| 25   | 東3-04号機            | GC-X01     |           | 0/50ml     |            |            |            |            |            |            |            |
| 26   | 東3-05号機            | GC-X01     |           | 0/50ml     |            |            |            |            |            |            |            |
| 27   | 東3-06号機            | GC-X01     |           | 0/50ml     |            |            |            |            |            |            |            |
| 28   | 東3-07号機            | GC-X01     |           |            | 0/50ml     |            |            |            |            |            |            |
| 29   | 東3-08号機            | DCS-100NX● |           |            | 0/50ml     |            |            |            |            |            |            |
| 30   | 東3-09号機            | DCS-100NX● |           |            | 0/50ml     |            |            |            |            |            |            |
| 31   | 東3-10号機            | DCS-100NX  |           |            | 0/50ml     |            |            |            |            |            |            |
| 32   | 東4-09号機            | DCS-100NX  | 0/50ml    |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 33   | 東セントラル②<br>ETRF入口  | 東DAB-NX ②  | 0/50ml    |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 34   | 東セントラル②<br>ETRF出口3 | 東DAB-NX ②  | 0/50ml    |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 35   | 東セントラル②<br>ETRF出口4 | 東DAB-NX ②  | 0/50ml    |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 合計   |                    | 37         | 8         | 4          | 4          | 4          | 4          | 4          | 4          | 3          | 2          |