

2021年02月ET測定結果

採取日		測定部位	2021/2/1	2021/2/2	2021/2/3	2021/2/5	2021/2/8	2021/2/19	2021/2/22
測定場所		曜日	月	火	水	金	月	金	月
EU/mL		担当(本館)			中山	大塚	山田	山田	豊田
		担当(東館)	都	武田					
1	4-09	GC-300N●			<0.001				
2	4-10	GC-300N●			<0.001				
3	4-11	GC-300N●			<0.001				
4	病棟①	DBB-100NX				<0.001			
5	病棟②	DBB-100NX				<0.001			
6	予備	GC-X01						<0.001	
7	4-12個室	DBB-100NX			<0.001				
8	RO① モジュール	MIZ ①					<0.001		
9	RO② モジュール	MIZ ②					<0.001		生菌再検
10	RO① タンク後	MIZ ①					<0.001		
11	RO② タンク後	MIZ ②					<0.001		
12	RO① EUF(奥側)	MIZ ①							<0.001
13	RO① EUF(手前側)	MIZ ①							<0.001
14	RO② EUF(奥側)	MIZ ②							<0.001
15	RO② EUF(手前側)	MIZ ②							<0.001
16	病棟RO①出口 ETRF前	WRO300-1				0.003556			
17	病棟RO②出口 ETRF前	WRO300-2				0.01358			
18	東1-09号機	GC-X01	<0.001						
19	東1-10号機	GC-X01	<0.001						
20	東2-01号機	DBB-27	<0.001						
21	東2-02号機	DCS-100NX	<0.001						
22	東4-07号機	DCS-100NX		<0.001					
23	東セントラル② ETRF入口	東DAB-NX ②		<0.001					
24	東セントラル② ETRF出口3	東DAB-NX ②		<0.001					
25	東セントラル② ETRF出口4	東DAB-NX ②		<0.001					
	合計	23	4	4	4	2	4	1	4

2021年02月生菌測定結果

採取日		装置	2021/2/1	2021/2/2	2021/2/3	2021/2/5	2021/2/8	2021/2/19	2021/2/22
計測日		2021/3/6	2021/2/8	2021/2/9	2021/2/10	2021/2/12	2021/2/15	2021/2/26	2021/3/1
培養温度		25～30℃	月	火	水	金	月	金	月
測定場所		担当（本館）			中山	大塚	山田	山田	豊田
		担当（東棟）	都	武田					
1	4-09	GC-300N●			0/50ml				
2	4-10	GC-300N●			0/50ml				
3	4-11	GC-300N●			0/50ml				
4	病棟①	DBB-100NX				0/50ml			
5	病棟②	DBB-100NX				0/50ml			
6	予備	GC-X01						0/50ml	
7	4-12個室	DBB-100NX			0/50ml				
8	RO① モジュール	MIZ ①					0/50ml		
9	RO② モジュール	MIZ ②					3/50ml		0/50ml
10	RO① タンク後	MIZ ①					0/50ml		
11	RO② タンク後	MIZ ②					0/50ml		
12	RO① EUF(奥側)	MIZ ①							0/50ml
13	RO① EUF(手前側)	MIZ ①							0/50ml
14	RO② EUF(奥側)	MIZ ②							0/50ml
15	RO② EUF(手前側)	MIZ ②							0/50ml
16	病棟RO①出口 ETRF前	WRO300-1				233/50ml			
17	病棟RO②出口 ETRF前	WRO300-2				133/50ml			
18	東1-09号機	GC-X01	0/50ml						
19	東1-10号機	GC-X01	0/50ml						
20	東2-01号機	DBB-27	0/50ml						
21	東2-02号機	DCS-100NX	0/50ml						
22	東4-07号機	DCS-100NX		0/50ml					
23	東セントラル② ETRF入口	東DAB-NX ②		0/50ml					
24	東セントラル② ETRF出口3	東DAB-NX ②		0/50ml					
25	東セントラル② ETRF出口4	東DAB-NX ②		0/50ml					
合計		26	4	4	4	4	4	1	5