2021年03月ET測定結果

採取日		測定部位	2021/3/1	2021/3/2	2021/3/3	2021/3/5	2021/3/8	2021/3/15	2021/3/17	2021/3/19	2021/3/22	2021/3/29
測定場所		曜日	月	火	水	金	月	月	水	金	月	月
EU/mL		担当(本館)			豊田	豊田		光山	森川	森川	本田	光山
		担当(東館)	武田	都			武田					
1	6-01	DBB-100NX			<0.001							
2	6-02	DBB-100NX			<0.001							
3	6-03	DBB-100NX			<0.001							
4	6-04	DBB-100NX			<0.001							
5	6-05	DCS-100NX				<0.001						
6	6-06	DCS-100NX				<0.001						
7	6-07	DCS-100NX				<0.001						
8	6-08	DCS-100NX				<0.001						
9	6-09	DCS-100NX							<0.001			
10	6-10	DCS-100NX							<0.001			
11	6-11	DCS-100NX							<0.001			
12	6-12	DCS-100NX							<0.001			
13	6-13	DCS-100NX								<0.001		
14	6-14	DCS-100NX								<0.001		
15	6-15	DCS-100NX								<0.001		
16	6-16	DCS-100NX								<0.001		
17	ｾﾝﾄﾗﾙ① ETRF入口	DAB-NX ①						<0.001			生菌再検	
18	ｾﾝﾄﾗﾙ① ETRF出口	DAB-NX ①						<0.001				
19	ｾﾝﾄﾗﾙ② ETRF入口	DAB-NX ②						<0.001			生菌再検	
20	ｾﾝﾄﾗﾙ② ETRF出口	DAB-NX ②						<0.001				
21	ｾﾝﾄﾗﾙ③ ETRF入口	DAB-NX ③										<0.001
22	ｾﾝﾄﾗﾙ③ ETRF出口	DAB-NX ③										<0.001
23	ｾﾝﾄﾗﾙ④ ETRF入口	DAB-NX ④										<0.001
24	ｾﾝﾄﾗﾙ④ ETRF出口	DAB-NX ④										<0.001
25	東2-03号機	DCS-100NX	<0.001									
26	東2-04号機	DCS-100NX	<0.001									
27	東2-05号機	DCS-100NX	<0.001									
28	東2-06号機	DCS-100NX	<0.001									
29	東2-07号機	DCS-100NX		<0.001								
30	東2-08号機	DCS-100NX		<0.001								
31	東2-09号機	DCS-100NX		<0.001								
32	東2-10号機	DCS-100NX		<0.001								
33	東RO ﾓｼﾞｭｰﾙ	東MIZ					<0.001					
34	東RO タンク後	東MIZ					<0.001					
35	東RO EUF①	東MIZ					<0.001					
36	東RO EUF②	東MIZ					<0.001					
	合計	36	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4

2021年03月生菌測定結果

採取日		装置	2021/3/1	2021/3/2	2021/3/3	2021/3/5	2021/3/8	2021/3/15	2021/3/17	2021/3/19	2021/3/22	2021/3/29
計測日		2021/4/9	2021/3/8	2021/3/9	2021/3/10	2021/3/12	2021/3/15	2021/3/22	2021/3/24	2021/3/26	2021/3/29	2021/4/5
培養温度		25～30℃	月	火	水	金	月	月	水	金	月	月
測定場所		担当（本館）			豊田	豊田		光山	森川	森川	本田	光山
		担当（東棟）	武田	都			武田					
1	**6-01**	**DBB-100NX**			0/50ml							
2	**6-02**	**DBB-100NX**			0/50ml							
3	**6-03**	**DBB-100NX**			0/50ml							
4	**6-04**	**DBB-100NX**			0/50ml							
5	**6-05**	**DCS-100NX**				0/50ml						
6	**6-06**	**DCS-100NX**				0/50ml						
7	**6-07**	**DCS-100NX**				0/50ml						
8	**6-08**	**DCS-100NX**				0/50ml						
9	**6-09**	**DCS-100NX**							0/50ml			
10	**6-10**	**DCS-100NX**							0/50ml			
11	**6-11**	**DCS-100NX**							0/50ml			
12	**6-12**	**DCS-100NX**							0/50ml			
13	**6-13**	**DCS-100NX**								0/50ml		
14	**6-14**	**DCS-100NX**								0/50ml		
15	**6-15**	**DCS-100NX**								0/50ml		
16	**6-16**	**DCS-100NX**								0/50ml		
17	**ｾﾝﾄﾗﾙ① ETRF入口**	DAB-NX ①						1/50ml			0/50ml	
18	**ｾﾝﾄﾗﾙ① ETRF出口**	DAB-NX ①						0/50ml				
19	**ｾﾝﾄﾗﾙ② ETRF入口**	DAB-NX ②						2/50ml			0/50ml	
20	**ｾﾝﾄﾗﾙ② ETRF出口**	DAB-NX ②						0/50ml				
21	**ｾﾝﾄﾗﾙ③ ETRF入口**	DAB-NX ③										0/50ml
22	**ｾﾝﾄﾗﾙ③ ETRF出口**	DAB-NX ③										0/50ml
23	**ｾﾝﾄﾗﾙ④ ETRF入口**	DAB-NX ④										0/50ml
24	**ｾﾝﾄﾗﾙ④ ETRF出口**	DAB-NX ④										0/50ml
25	**東2-03号機**	DCS-100NX	0/50ml									
26	**東2-04号機**	DCS-100NX	0/50ml									
27	**東2-05号機**	DCS-100NX	0/50ml									
28	**東2-06号機**	DCS-100NX	0/50ml									
29	**東2-07号機**	DCS-100NX		0/50ml								
30	**東2-08号機**	DCS-100NX		0/50ml								
31	**東2-09号機**	DCS-100NX		0/50ml								
32	**東2-10号機**	DCS-100NX		0/50ml								
33	**東RO ﾓｼﾞｭｰﾙ**	**東MIZ**					0/50ml					
34	**東RO タンク後**	**東MIZ**					0/50ml					
35	**東RO EUF①**	**東MIZ**					0/50ml					
36	**東RO EUF②**	**東MIZ**					0/50ml					