

2021年04月ET測定結果

採取日		測定部位	2021/4/1	2021/4/2	2021/4/12	2021/4/14	2021/4/16	2021/4/19	2021/4/26			
測定場所		曜日	木	金	月	水	金	月	月			
EU/mL		担当(本館)			石井	本田	森川	吉岩	石井			
		担当(東館)	武田	都								
1	5-01	DCS-100NX				<0.001						
2	5-02	DCS-100NX				<0.001						
3	5-03	DCS-100NX				<0.001						
4	5-04	DCS-100NX				<0.001						
5	5-05	DCS-100NX					<0.001					
6	5-06	DCS-100NX					<0.001					
7	5-07	DCS-100NX●					<0.001					
8	5-08	DCS-100NX●					<0.001					
9	RO① モジュール	MIZ ①			<0.001							
10	RO② モジュール	MIZ ②			<0.001			<0.001	<0.001			
11	RO① タンク後	MIZ ①			<0.001							
12	RO② タンク後	MIZ ②			<0.001							
13	RO① EUF(奥側)	MIZ ①							<0.001			
14	RO① EUF(手前側)	MIZ ①							<0.001			
15	RO② EUF(奥側)	MIZ ②							<0.001			
16	RO② EUF(手前側)	MIZ ②							<0.001			
17	東2-11号機	DCS-100NX		<0.001								
18	東2-12号機	DCS-100NX		<0.001								
19	東3-01号機	GC-X01		<0.001								
20	東3-02号機	GC-X01		<0.001								
21	東4-08号機	DCS-100NX	<0.001									
22	東セントラル① ETRF入口	東DAB-E ①	<0.001									
23	東セントラル① ETRF出口1	東DAB-E ①	<0.001									
24	東セントラル① ETRF出口2	東DAB-E ①	<0.001									
	合計	26	4	4	4	4	4	1	5			

2021年04月生菌測定結果

[illegible]