

2021年06月ET測定結果

採取日		測定部位	2021/6/1	2021/6/7	2021/6/14	2021/6/21	2021/6/23	2021/6/25
測定場所		曜日	火	月	月	月	水	金
EU/mL		担当(本館)		中山	豊田	大塚	本田	吉岩
		担当(東館)	武田	武田				
1	9-02	GC-X01					<0.001	
2	9-03	GC-X01					<0.001	
3	9-04	GC-X01					<0.001	
4	9-05	GC-X01					<0.001	
5	9-06	GC-X01						<0.001
6	9-07	GC-X01						<0.001
7	9-08	GC-X01						<0.001
8	9-09	GC-X01						<0.001
9	RO① モジュール	MIZ ①		<0.001	生菌再検	生菌再検		
10	RO② モジュール	MIZ ②		<0.001	生菌再検	生菌再検		
11	RO① タンク後	MIZ ①		<0.001				
12	RO② タンク後	MIZ ②		<0.001				
13	RO① EUF(奥側)	MIZ ①				<0.001		
14	RO① EUF(手前側)	MIZ ①				<0.001		
15	RO② EUF(奥側)	MIZ ②				<0.001		
16	RO② EUF(手前側)	MIZ ②				<0.001		
17	東3-11号機	DCS-100NX	<0.001					
18	東3-12号機	DBB-27	<0.001					
19	東4-10号機	DCS-100NX	<0.001					
20	東予備機	DCS-100NX	<0.001					
21	東RO モジュール	東MIZ		<0.001				
22	東RO タンク後	東MIZ		<0.001				
23	東RO EUF①	東MIZ		<0.001				
24	東RO EUF②	東MIZ		<0.001				
	合計	24	4	8	0	4	4	4

2021年06月生菌測定結果

採取日		装置	2021/6/1	2021/6/7	2021/6/14	2021/6/21	2021/6/23	2021/6/25
計測日		2021/7/5	2021/6/8	2021/6/14	2021/6/21	2021/6/28	2021/6/30	2021/7/2
培養温度		25～30℃	火	月	月	月	水	金
測定場所		担当（本館）		中山	豊田	大塚	本田	吉岩
		担当（東棟）	武田	武田				
1	9-02	GC-X01					0/50ml	
2	9-03	GC-X01					0/50ml	
3	9-04	GC-X01					0/50ml	
4	9-05	GC-X01					0/50ml	
5	9-06	GC-X01						0/50ml
6	9-07	GC-X01						0/50ml
7	9-08	GC-X01						0/50ml
8	9-09	GC-X01						0/50ml
9	RO① モジュール	MIZ ①		17/50ml	22/50ml	0/50ml		
10	RO② モジュール	MIZ ②		6/50ml	3/50ml	0/50ml		
11	RO① タンク後	MIZ ①		0/50ml				
12	RO② タンク後	MIZ ②		0/50ml				
13	RO① EUF(奥側)	MIZ ①				0/50ml		
14	RO① EUF(手前側)	MIZ ①				0/50ml		
15	RO② EUF(奥側)	MIZ ②				0/50ml		
16	RO② EUF(手前側)	MIZ ②				0/50ml		
17	東3-11号機	DCS-100NX	0/50ml					
18	東3-12号機	DBB-27	0/50ml					
19	東4-10号機	DCS-100NX	0/50ml					
20	東予備機	DCS-100NX	0/50ml					
21	東RO モジュール	東MIZ		0/50ml				
22	東RO タンク後	東MIZ		0/50ml				
23	東RO EUF①	東MIZ		0/50ml				
24	東RO EUF②	東MIZ		0/50ml				
合計		28	4	8	2	6	4	4