

2021年07月ET測定結果

採取日		測定部位	2021/7/5	2021/7/6	2021/7/7	2021/7/9	2021/7/10	2021/7/12	2021/7/26
測定場所		曜日	月	火	水	金	土	月	月
EU/mL		担当(本館)			本田	森川		吉岩	光山
		担当(東館)	武田	武田			武田		
1	2-01	GC-X01				<0.001			
2	2-02	GC-X01				<0.001			
3	2-03	GC-X01				<0.001			
4	2-04	GC-X01				<0.001			
5	9-10	GC-X01			<0.001				
6	9-11	GC-X01			<0.001				
7	9-12	GC-X01			<0.001				
8	9-13	GC-X01			<0.001				
9	セントラル① ETRF入口	DAB-NX ①						<0.001	
10	セントラル① ETRF出口	DAB-NX ①						<0.001	
11	セントラル② ETRF入口	DAB-NX ②						<0.001	
12	セントラル② ETRF出口	DAB-NX ②						<0.001	
13	セントラル③ ETRF入口	DAB-NX ③							<0.001
14	セントラル③ ETRF出口	DAB-NX ③							<0.001
15	セントラル④ ETRF入口	DAB-NX ④							<0.001
16	セントラル④ ETRF出口	DAB-NX ④							<0.001
17	東1-01号機	DBB-27	<0.001						
18	東1-02号機	GC-X01	<0.001						
19	東1-03号機	GC-X01	<0.001						
20	東1-04号機	GC-X01	<0.001						
21	東1-05号機	GC-X01					<0.001		
22	東1-06号機	GC-X01					<0.001		
23	東1-07号機	GC-X01					<0.001		
24	東1-08号機	GC-X01					<0.001		
25	東4-06号機	DCS-100NX		<0.001					
26	東セントラル① ETRF入口	東DAB-E ①		<0.001					
27	東セントラル① ETRF出口1	東DAB-E ①		<0.001					
28	東セントラル① ETRF出口2	東DAB-E ①		<0.001					
	合計	28	4	4	4	4	4	4	4

2021年07月生菌測定結果

採取日		装置	2021/7/5	2021/7/6	2021/7/7	2021/7/9	2021/7/10	2021/7/12	2021/7/26
計測日		2021/8/9	2021/7/12	2021/7/13	2021/7/14	2021/7/16	2021/7/17	2021/7/19	2021/8/2
培養温度		25～30℃	月	火	水	金	土	月	月
測定場所		担当（本館）			本田	森川		吉岩	光山
		担当（東棟）	武田	武田			武田		
1	2-01	GC-X01				0/50ml			
2	2-02	GC-X01				0/50ml			
3	2-03	GC-X01				0/50ml			
4	2-04	GC-X01				0/50ml			
5	9-10	GC-X01			0/50ml				
6	9-11	GC-X01			0/50ml				
7	9-12	GC-X01			0/50ml				
8	9-13	GC-X01			0/50ml				
9	セントラル① ETRF入口	DAB-NX ①						0/50ml	
10	セントラル① ETRF出口	DAB-NX ①						0/50ml	
11	セントラル② ETRF入口	DAB-NX ②						0/50ml	
12	セントラル② ETRF出口	DAB-NX ②						0/50ml	
13	セントラル③ ETRF入口	DAB-NX ③							0/50ml
14	セントラル③ ETRF出口	DAB-NX ③							0/50ml
15	セントラル④ ETRF入口	DAB-NX ④							0/50ml
16	セントラル④ ETRF出口	DAB-NX ④							0/50ml
17	東1-01号機	DBB-27	0/50ml						
18	東1-02号機	GC-X01	0/50ml						
19	東1-03号機	GC-X01	0/50ml						
20	東1-04号機	GC-X01	0/50ml						
21	東1-05号機	GC-X01					0/50ml		
22	東1-06号機	GC-X01					0/50ml		
23	東1-07号機	GC-X01					0/50ml		
24	東1-08号機	GC-X01					0/50ml		
25	東4-06号機	DCS-100NX		0/50ml					
26	東セントラル① ETRF入口	東DAB-E ①		0/50ml					
27	東セントラル① ETRF出口1	東DAB-E ①		0/50ml					
28	東セントラル① ETRF出口2	東DAB-E ①		0/50ml					
合計		28	4	4	4	4	4	4	4