

2021年10月ET測定結果

採取日		測定部位	2021/10/1	2021/10/5	2021/10/6	#####	#####	2021/10/14	2021/10/15	2021/10/29
測定場所		曜日	金	火	水	月	水	木	金	金
EU/mL		担当(本館)	稲富			稲富	稲富	尾ノ上	稲富	稲富
		担当(東館)		都	武田					
1	3-01	GC-110N					<0.001			
2	3-02	GC-110N					<0.001			
3	3-03	GC-110N					<0.001			
4	3-04	GC-110N					<0.001			
5	8-13	GC-X01				<0.001				
6	8-14	GC-X01				<0.001				
7	8-15	GC-X01				<0.001				
8	8-16	GC-X01				<0.001				
9	病棟①	DBB-100NX						<0.001		
10	セントラル③ ETRF入口	DAB-NX ③	<0.001							
11	セントラル③ ETRF出口	DAB-NX ③	<0.001							
12	セントラル④ ETRF入口	DAB-NX ④	<0.001							
13	セントラル④ ETRF出口	DAB-NX ④	<0.001							
14	RO① モジュール	MIZ ①							<0.001	
15	RO② モジュール	MIZ ②							<0.001	
16	RO① タンク後	MIZ ①							<0.001	
17	RO② タンク後	MIZ ②							<0.001	
18	RO① EUF(奥側)	MIZ ①								<0.001
19	RO① EUF(手前側)	MIZ ①								<0.001
20	RO② EUF(奥側)	MIZ ②								<0.001
21	RO② EUF(手前側)	MIZ ②								<0.001
22	東2-11号機	DCS-100NX		<0.001						
23	東2-12号機	DCS-100NX		<0.001						
24	東3-01号機	GC-X01		<0.001						
25	東3-02号機	GC-X01		<0.001						
26	東4-08号機	DCS-100NX			<0.001					
27	東セントラル① ETRF入口	東DAB-E ①			<0.001					
28	東セントラル① ETRF出口1	東DAB-E ①			<0.001					
29	東セントラル① ETRF出口2	東DAB-E ①			<0.001					
	合計	29	4	4	4	4	4	1	4	4

2021年10月生菌測定結果

採取日		装置	2021/10/1	2021/10/5	2021/10/6	2021/10/11	2021/10/13	2021/10/14	2021/10/15	2021/10/29
計測日		2021/12/15	2021/10/8	2021/10/12	2021/10/13	2021/10/18	2021/10/20	2021/10/21	2021/10/22	2021/11/5
培養温度		25～30℃	金	火	水	月	水	木	金	金
測定場所		担当（本館）	稲富			稲富	稲富	尾ノ上	稲富	稲富
		担当（東棟）		都	武田					
1	3-01	GC-110N					0/50ml			
2	3-02	GC-110N					0/50ml			
3	3-03	GC-110N					0/50ml			
4	3-04	GC-110N					0/50ml			
5	8-13	GC-X01				0/50ml				
6	8-14	GC-X01				0/50ml				
7	8-15	GC-X01				0/50ml				
8	8-16	GC-X01				0/50ml				
9	病棟①	DBB-100NX						0/50ml		
10	セントラル③ ETRF入口	DAB-NX ③	0/50ml							
11	セントラル③ ETRF出口	DAB-NX ③	0/50ml							
12	セントラル④ ETRF入口	DAB-NX ④	0/50ml							
13	セントラル④ ETRF出口	DAB-NX ④	0/50ml							
14	RO① モジュール	MIZ ①							0/50ml	
15	RO② モジュール	MIZ ②							0/50ml	
16	RO① タンク後	MIZ ①							0/50ml	
17	RO② タンク後	MIZ ②							0/50ml	
18	RO① EUF(奥側)	MIZ ①								0/50ml
19	RO① EUF(手前側)	MIZ ①								0/50ml
20	RO② EUF(奥側)	MIZ ②								0/50ml
21	RO② EUF(手前側)	MIZ ②								0/50ml
22	東2-11号機	DCS-100NX		0/50ml						
23	東2-12号機	DCS-100NX		0/50ml						
24	東3-01号機	GC-X01		0/50ml						
25	東3-02号機	GC-X01		0/50ml						
26	東4-08号機	DCS-100NX			0/50ml					
27	東セントラル① ETRF入口	東DAB-E ①			0/50ml					
28	東セントラル① ETRF出口1	東DAB-E ①			0/50ml					
29	東セントラル① ETRF出口2	東DAB-E ①			0/50ml					
	合計	29	4	4	4	4	4	1	4	4