

2021年11月ET測定結果

採取日		測定部位	2021/11/1	2021/11/3	2021/11/4	2021/11/8	#####	2021/11/19	2021/11/26
測定場所		曜日	月	水	木	月	水	金	金
EU/mL		担当(本館)				稲富	稲富	稲富	稲富
		担当(東館)	武田	都	武田				
1	3-05	GC-300N●				<0.001			
2	3-06	GC-300N●				<0.001			
3	3-07	GC-300N●				<0.001			
4	3-08	GC-300N●				<0.001			
5	3-09	GC-300N●					<0.001		
6	3-10	GC-300N●					<0.001		
7	3-11	GC-300N●					<0.001		
8	3-12	GC-300N●					<0.001		
9	セントラル① ETRF入口	DAB-NX ①						<0.001	生菌再検
10	セントラル① ETRF出口	DAB-NX ①						<0.001	
11	セントラル② ETRF入口	DAB-NX ②						<0.001	
12	セントラル② ETRF出口	DAB-NX ②						<0.001	
13	東3-03号機	GC-X01	<0.001						
14	東3-04号機	GC-X01	<0.001						
15	東3-05号機	GC-X01	<0.001						
16	東3-06号機	GC-X01	<0.001						
17	東3-07号機	GC-X01		<0.001					
18	東3-08号機	DCS-100NX●		<0.001					
19	東3-09号機	DCS-100NX●		<0.001					
20	東3-10号機	DCS-100NX		<0.001					
21	東4-09号機	DCS-100NX			<0.001				
22	東セントラル② ETRF入口	東DAB-NX ②			<0.001				
23	東セントラル② ETRF出口3	東DAB-NX ②			<0.001				
24	東セントラル② ETRF出口4	東DAB-NX ②			<0.001				
合計		24	4	4	4	4	4	4	0

2021年11月生菌測定結果

採取日		装置	2021/11/1	2021/11/3	2021/11/4	2021/11/8	2021/11/10	2021/11/19	2021/11/26
計測日		2021/12/15	2021/11/8	2021/11/10	2021/11/11	2021/11/15	2021/11/17	2021/11/26	2021/12/3
培養温度		25～30℃	月	水	木	月	水	金	金
測定場所		担当（本館）				稲富	稲富	稲富	稲富
		担当（東棟）	武田	都	武田				
1	3-05	GC-300N●				0/50ml			
2	3-06	GC-300N●				0/50ml			
3	3-07	GC-300N●				0/50ml			
4	3-08	GC-300N●				0/50ml			
5	3-09	GC-300N●					0/50ml		
6	3-10	GC-300N●					0/50ml		
7	3-11	GC-300N●					0/50ml		
8	3-12	GC-300N●					0/50ml		
9	セントラル① ETRF入口	DAB-NX ①						4/50ml	0/50ml
10	セントラル① ETRF出口	DAB-NX ①						0/50ml	
11	セントラル② ETRF入口	DAB-NX ②						0/50ml	
12	セントラル② ETRF出口	DAB-NX ②						0/50ml	
13	東3-03号機	GC-X01	0/50ml						
14	東3-04号機	GC-X01	0/50ml						
15	東3-05号機	GC-X01	0/50ml						
16	東3-06号機	GC-X01	0/50ml						
17	東3-07号機	GC-X01		0/50ml					
18	東3-08号機	DCS-100NX●		0/50ml					
19	東3-09号機	DCS-100NX●		0/50ml					
20	東3-10号機	DCS-100NX		0/50ml					
21	東4-09号機	DCS-100NX			0/50ml				
22	東セントラル② ETRF入口	東DAB-NX ②			0/50ml				
23	東セントラル② ETRF出口3	東DAB-NX ②			0/50ml				
24	東セントラル② ETRF出口4	東DAB-NX ②			0/50ml				
合計		25	4	4	4	4	4	4	1