

## 2022年01月ET測定結果

採取日	測定部位	2022/1/2	2022/1/3	2022/1/5	2022/1/17	2022/1/19	2022/1/21	2022/1/31
測定場所	曜日	日	月	水	月	水	金	月
EU/mL	担当(本館)				稲富	稲富	稲富	稲富
	担当(東館)	武田	武田	武田				
1	4-01 GC-X01				<0.001			
2	4-02 GC-X01				<0.001			
3	4-03 GC-X01				<0.001			
4	4-04 GC-X01				<0.001			
5	4-05 GC-X01					<0.001		
6	4-06 GC-X01					<0.001		
7	4-07 GC-300N●					<0.001		
8	4-08 GC-300N●					<0.001		
9	4-09 GC-300N●							<0.001
10	4-10 GC-300N●							<0.001
11	4-11 GC-300N●							<0.001
12	4-12個室 DBB-100NX							<0.001
13	セントラル① ETRF入口 DAB-NX ①						<0.001	生菌再検
14	セントラル① ETRF出口 DAB-NX ①						<0.001	
15	セントラル② ETRF入口 DAB-NX ②						<0.001	生菌再検
16	セントラル② ETRF出口 DAB-NX ②						<0.001	
17	東1-01号機 DBB-27	<0.001						
18	東1-02号機 GC-X01	<0.001						
19	東1-03号機 GC-X01	<0.001						
20	東1-04号機 GC-X01	<0.001						
21	東1-05号機 GC-X01			<0.001				
22	東1-06号機 GC-X01			<0.001				
23	東1-07号機 GC-X01			<0.001				
24	東1-08号機 GC-X01			<0.001				
25	東4-06号機 DGS-100NX		<0.001					
26	東セントラル① ETRF入口 東DAB-E ①		<0.001					
27	東セントラル① ETRF出口1 東DAB-E ①		<0.001					
28	東セントラル① ETRF出口2 東DAB-E ①		<0.001					
	合計	28	4	4	4	4	4	4

## 2022年01月生菌測定結果

採取日	装置	2022/1/2	2022/1/3	2022/1/5	2022/1/17	2022/1/19	2022/1/21	2022/1/31
計測日	2022/2/11	2022/1/9	2022/1/10	2022/1/12	2022/1/24	2022/1/26	2022/1/28	2022/2/7
培養温度	25~30℃	日	月	水	月	水	金	月
測定場所	担当(本館)				稲富	稲富	稲富	稲富
	担当(東棟)	武田	武田	武田				
1	4-01	GC-X01			0/50ml			
2	4-02	GC-X01			0/50ml			
3	4-03	GC-X01			0/50ml			
4	4-04	GC-X01			0/50ml			
5	4-05	GC-X01				0/50ml		
6	4-06	GC-X01				0/50ml		
7	4-07	GC-300N●				0/50ml		
8	4-08	GC-300N●				0/50ml		
9	4-09	GC-300N●						0/50ml
10	4-10	GC-300N●						0/50ml
11	4-11	GC-300N●						0/50ml
12	4-12個室	DBB-100NX						0/50ml
13	セントラル① ETRF入口	DAB-NX ①					17/50ml	0/50ml
14	セントラル① ETRF出口	DAB-NX ①					0/50ml	
15	セントラル② ETRF入口	DAB-NX ②					2/50ml	0/50ml
16	セントラル② ETRF出口	DAB-NX ②					0/50ml	
17	東1-01号機	DBB-27	0/50ml					
18	東1-02号機	GC-X01	0/50ml					
19	東1-03号機	GC-X01	0/50ml					
20	東1-04号機	GC-X01	0/50ml					
21	東1-05号機	GC-X01			0/50ml			
22	東1-06号機	GC-X01			0/50ml			
23	東1-07号機	GC-X01			0/50ml			
24	東1-08号機	GC-X01			0/50ml			
25	東4-06号機	DGS-100NX		0/50ml				
26	東セントラル① ETRF入口	東DAB-E ①		0/50ml				
27	東セントラル① ETRF出口1	東DAB-E ①		0/50ml				
28	東セントラル① ETRF出口2	東DAB-E ①		0/50ml				
	合計	30	4	4	4	4	4	6