# 2022年05月ET測定結果

| 採取日 | | 測定部位 | 2022/5/2 | 2022/5/3 | 2022/5/4 | 2022/5/9 | 2022/5/11 | 2022/5/13 | 2022/5/23 | 2022/5/25 | 2022/5/27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定場所 | | 曜日 | 月 | 火 | 水 | 月 | 水 | 金 | 月 | 水 | 金 |
| EU/mL | | 担当(本館) | | | | 稲富 | 稲富 | 稲富 | 稲富 | 稲富 | 稲富 |
| | | 担当(東館) | 武田 | 武田 | 武田 | | | | | | |
| 1 | 1-01 | DCS-100NX | | | | <0.001 | | | | | |
| 2 | 1-02 | DCS-100NX | | | | <0.001 | | | | | |
| 3 | 1-03 | DCS-100NX | | | | <0.001 | | | | | |
| 4 | 1-04 | DCS-100NX | | | | <0.001 | | | | | |
| 5 | 1-05 | DCS-100NX | | | | | <0.001 | | | | |
| 6 | 1-06 | DCS-100NX | | | | | <0.001 | | | | |
| 7 | 1-07 | DCS-100NX | | | | | <0.001 | | | | |
| 8 | 1-08 | DCS-100NX | | | | | <0.001 | | | | |
| 9 | 1-09 | DCS-100NX | | | | | | | <0.001 | | |
| 10 | 1-10 | DCS-100NX | | | | | | | <0.001 | | |
| 11 | 1-11 | DCS-100NX | | | | | | | <0.001 | | |
| 12 | 1-12 | DCS-100NX | | | | | | | <0.001 | | |
| 13 | 1-13 | DCS-100NX | | | | | | | | <0.001 | |
| 14 | 1-14 | DCS-100NX | | | | | | | | <0.001 | |
| 15 | 1-15 | DCS-100NX | | | | | | | | <0.001 | |
| 16 | 9-01 | GC-X01 | | | | | | | | <0.001 | |
| 17 | RO①<br>ﾓｼﾞｭｰﾙ | MIZ ① | | | | | | <0.001 | | | |
| 18 | RO②<br>ﾓｼﾞｭｰﾙ | MIZ ② | | | | | | <0.001 | | | |
| 19 | RO①<br>タンク後 | MIZ ① | | | | | | <0.001 | | | |
| 20 | RO②<br>タンク後 | MIZ ② | | | | | | <0.001 | | | |
| 21 | RO①<br>EUF(奥側) | MIZ ① | | | | | | | | | <0.001 |
| 22 | RO①<br>EUF(手前側) | MIZ ① | | | | | | | | | <0.001 |
| 23 | RO②<br>EUF(奥側) | MIZ ② | | | | | | | | | <0.001 |
| 24 | RO②<br>EUF(手前側) | MIZ ② | | | | | | | | | <0.001 |
| 25 | 東3-03号機 | GC-X01 | <0.001 | | | | | | | | |
| 26 | 東3-04号機 | GC-X01 | <0.001 | | | | | | | | |
| 27 | 東3-05号機 | GC-X01 | <0.001 | | | | | | | | |
| 28 | 東3-06号機 | GC-X01 | <0.001 | | | | | | | | |
| 29 | 東3-07号機 | GC-X01 | | <0.001 | | | | | | | |
| 30 | 東3-08号機 | DCS-100NX● | | <0.001 | | | | | | | |
| 31 | 東3-09号機 | DCS-100NX● | | <0.001 | | | | | | | |
| 32 | 東3-10号機 | DCS-100NX | | <0.001 | | | | | | | |
| 33 | 東4-09号機 | DCS-100NX | | | <0.001 | | | | | | |
| 34 | 東セントラル②<br>ETRF入口 | 東DAB-NX ② | | | <0.001 | | | | | | |
| 35 | 東セントラル②<br>ETRF出口3 | 東DAB-NX ② | | | <0.001 | | | | | | |
| 36 | 東セントラル②<br>ETRF出口4 | 東DAB-NX ② | | | <0.001 | | | | | | |
| | 合計 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

# 2022年05月生菌測定結果

| 採取日 | | 装置 | 2022/5/2 | 2022/5/3 | 2022/5/4 | 2022/5/9 | 2022/5/11 | 2022/5/13 | 2022/5/23 | 2022/5/25 | 2022/5/27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計測日 | | 2022/9/16 | 2022/5/9 | 2022/5/10 | 2022/5/11 | 2022/5/16 | 2022/5/18 | 2022/5/20 | 2022/5/30 | 2022/6/1 | 2022/6/3 |
| 培養温度 | | 25～30℃ | 月 | 火 | 水 | 月 | 水 | 金 | 月 | 水 | 金 |
| 測定場所 | | 担当（本館） | | | | 稲富 | 稲富 | 稲富 | 稲富 | 稲富 | 稲富 |
| | | 担当（東棟） | 武田 | 武田 | 武田 | | | | | | |
| 1 | 1-01 | DCS-100NX | | | | 0/50ml | | | | | |
| 2 | 1-02 | DCS-100NX | | | | 0/50ml | | | | | |
| 3 | 1-03 | DCS-100NX | | | | 0/50ml | | | | | |
| 4 | 1-04 | DCS-100NX | | | | 0/50ml | | | | | |
| 5 | 1-05 | DCS-100NX | | | | | 0/50ml | | | | |
| 6 | 1-06 | DCS-100NX | | | | | 0/50ml | | | | |
| 7 | 1-07 | DCS-100NX | | | | | 0/50ml | | | | |
| 8 | 1-08 | DCS-100NX | | | | | 0/50ml | | | | |
| 9 | 1-09 | DCS-100NX | | | | | | | 0/50ml | | |
| 10 | 1-10 | DCS-100NX | | | | | | | 0/50ml | | |
| 11 | 1-11 | DCS-100NX | | | | | | | 0/50ml | | |
| 12 | 1-12 | DCS-100NX | | | | | | | 0/50ml | | |
| 13 | 1-13 | DCS-100NX | | | | | | | | 0/50ml | |
| 14 | 1-14 | DCS-100NX | | | | | | | | 0/50ml | |
| 15 | 1-15 | DCS-100NX | | | | | | | | 0/50ml | |
| 16 | 9-01 | GC-X01 | | | | | | | | 0/50ml | |
| 17 | RO①<br>ﾓｼﾞｭｰﾙ | MIZ ① | | | | | | 0/50ml | | | |
| 18 | RO②<br>ﾓｼﾞｭｰﾙ | MIZ ② | | | | | | 0/50ml | | | |
| 19 | RO①<br>タンク後 | MIZ ① | | | | | | 0/50ml | | | |
| 20 | RO②<br>タンク後 | MIZ ② | | | | | | 0/50ml | | | |
| 21 | RO①<br>EUF(奥側) | MIZ ① | | | | | | | | | 0/50ml |
| 22 | RO①<br>EUF(手前側) | MIZ ① | | | | | | | | | 0/50ml |
| 23 | RO②<br>EUF(奥側) | MIZ ② | | | | | | | | | 0/50ml |
| 24 | RO②<br>EUF(手前側) | MIZ ② | | | | | | | | | 0/50ml |
| 25 | 東3-03号機 | GC-X01 | 0/50ml | | | | | | | | |
| 26 | 東3-04号機 | GC-X01 | 0/50ml | | | | | | | | |
| 27 | 東3-05号機 | GC-X01 | 0/50ml | | | | | | | | |
| 28 | 東3-06号機 | GC-X01 | 0/50ml | | | | | | | | |
| 29 | 東3-07号機 | GC-X01 | | 0/50ml | | | | | | | |
| 30 | 東3-08号機 | DCS-100NX● | | 0/50ml | | | | | | | |
| 31 | 東3-09号機 | DCS-100NX● | | 0/50ml | | | | | | | |
| 32 | 東3-10号機 | DCS-100NX | | 0/50ml | | | | | | | |
| 33 | 東4-09号機 | DCS-100NX | | | 0/50ml | | | | | | |
| 34 | 東ｾﾝﾄﾗﾙ②<br>ETRF入口 | 東DAB-NX ② | | | 0/50ml | | | | | | |
| 35 | 東ｾﾝﾄﾗﾙ②<br>ETRF出口3 | 東DAB-NX ② | | | 0/50ml | | | | | | |
| 36 | 東ｾﾝﾄﾗﾙ②<br>ETRF出口4 | 東DAB-NX ② | | | 0/50ml | | | | | | |
| | 合計 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |