

2022年08月ET測定結果

採取日	測定部位	2022/8/1	2022/8/2	2022/8/3	2022/8/5	2022/8/15	2022/8/17	2022/8/19	2022/8/29
測定場所	曜日	月	火	水	金	月	水	金	月
EU/mL	担当(本館)	稲富		稲富	中山	稲富	稲富	稲富	稲富
	担当(東館)	武田	武田						
1	2-05	GC-X01	<0.001						
2	2-06	GC-X01	<0.001						
3	2-07	GC-X01	<0.001						
4	2-08	GC-X01	<0.001						
5	2-09	GC-X01			<0.001				
6	2-10	GC-X01			<0.001				
7	2-11	GC-X01			<0.001				
8	2-12	GC-X01			<0.001				
9	2-13	GC-X01				<0.001			
10	2-14	GC-X01				<0.001			
11	3-13	DBB-100NX				<0.001			
12	3-14	DBB-100NX				<0.001			
13	8-01	DCS-100NX							<0.001
14	8-02	DCS-100NX							<0.001
15	8-03	DCS-100NX							<0.001
16	8-04	DCS-100NX							<0.001
17	病棟①	DBB-100NX					<0.001		
18	病棟②	DBB-100NX					<0.001		
19	セントラル③ ETRF入口	DAB-NX ③			<0.001				
20	セントラル③ ETRF出口	DAB-NX ③			<0.001				
21	セントラル④ ETRF入口	DAB-NX ④			<0.001				
22	セントラル④ ETRF出口	DAB-NX ④			<0.001				
23	RO① モジュール	MIZ ①						<0.001	
24	RO② モジュール	MIZ ②						<0.001	
25	RO① タンク後	MIZ ①						<0.001	
26	RO② タンク後	MIZ ②						<0.001	
27	東1-09号機	GC-X01		<0.001					
28	東1-10号機	GC-X01		<0.001					
29	東2-02号機	DCS-100NX		<0.001					
30	東2-03号機	DCS-100NX		<0.001					
31	東4-07号機	DCS-100NX	<0.001						
32	東セントラル② ETRF入口	東DAB-NX ②	<0.001						
33	東セントラル② ETRF出口3	東DAB-NX ②	<0.001						
34	東セントラル② ETRF出口4	東DAB-NX ②	<0.001						
	合計	34	8	4	4	4	4	2	4

2022年08月生菌測定結果

採取日	装置	2022/8/1	2022/8/2	2022/8/3	2022/8/5	2022/8/15	2022/8/17	2022/8/19	2022/8/29
計測日	2022/9/16	2022/8/8	2022/8/9	2022/8/10	2022/8/12	2022/8/22	2022/8/24	2022/8/26	2022/9/5
培養温度	25~30℃	月	火	水	金	月	水	金	月
測定場所	担当(本館)	稲富		稲富	中山	稲富	稲富	稲富	稲富
	担当(東棟)	武田	武田						
1	2-05 GC-X01	0/50ml							
2	2-06 GC-X01	0/50ml							
3	2-07 GC-X01	0/50ml							
4	2-08 GC-X01	0/50ml							
5	2-09 GC-X01			0/50ml					
6	2-10 GC-X01			0/50ml					
7	2-11 GC-X01			0/50ml					
8	2-12 GC-X01			0/50ml					
9	2-13 GC-X01					0/50ml			
10	2-14 GC-X01					0/50ml			
11	3-13 DBB-100NX					0/50ml			
12	3-14 DBB-100NX					0/50ml			
13	8-01 DCS-100NX								0/50ml
14	8-02 DCS-100NX								0/50ml
15	8-03 DCS-100NX								0/50ml
16	8-04 DCS-100NX								0/50ml
17	病棟① DBB-100NX						0/50ml		
18	病棟② DBB-100NX						0/50ml		
19	セントラル③ ETRF入口 DAB-NX ③				0/50ml				
20	セントラル③ ETRF出口 DAB-NX ③				0/50ml				
21	セントラル④ ETRF入口 DAB-NX ④				0/50ml				
22	セントラル④ ETRF出口 DAB-NX ④				0/50ml				
23	RO① モジュール MIZ ①							0/50ml	
24	RO② モジュール MIZ ②							0/50ml	
25	RO① タンク後 MIZ ①							0/50ml	
26	RO② タンク後 MIZ ②							0/50ml	
27	東1-09号機 GC-X01		0/50ml						
28	東1-10号機 GC-X01		0/50ml						
29	東2-02号機 DCS-100NX		0/50ml						
30	東2-03号機 DCS-100NX		0/50ml						
31	東4-07号機 DCS-100NX	0/50ml							
32	東セントラル② ETRF入口 東DAB-NX ②	0/50ml							
33	東セントラル② ETRF出口3 東DAB-NX ②	0/50ml							
34	東セントラル② ETRF出口4 東DAB-NX ②	0/50ml							
合計	34	8	4	4	4	4	2	4	4