2023年11月ET測定結果

採取日		装置	2022/11/1	2022/11/2	2022/11/3	2022/11/4	2022/11/7	2022/11/9	2022/11/11	2022/11/21	2022/11/25
測定場所		曜日	火	水	木	金	月	水	金	月	金
EU/mL		担当(本館)				尾ノ上	稲富	稲富	稲富	稲富	稲富
		担当(東館)	都	都	吉岩						
1	3-05	GC-300N●					<0.001				
2	3-06	GC-300N●					<0.001				
3	3-07	GC-300N●					<0.001				
4	3-08	GC-300N●					<0.001				
5	3-09	GC-300N●						<0.001			
6	3-10	GC-300N●						<0.001			
7	3-11	GC-300N●						<0.001			
8	3-12	GC-300N●						<0.001			
9	ｾﾝﾄﾗﾙ③ ETRF入口	DAB-NX ③				<0.001					
10	ｾﾝﾄﾗﾙ③ ETRF出口	DAB-NX ③				<0.001					
11	ｾﾝﾄﾗﾙ④ ETRF入口	DAB-NX ④				<0.001					
12	ｾﾝﾄﾗﾙ④ ETRF出口	DAB-NX ④				<0.001					
13	RO① ﾓｼﾞｭｰﾙ	MIZ ①							<0.001	再検	
14	RO② ﾓｼﾞｭｰﾙ	MIZ ②							<0.001	再検	
15	RO① タンク後	MIZ ①							<0.001		
16	RO② タンク後	MIZ ②							<0.001		
17	RO① EUF(奥側)	MIZ ①									<0.001
18	RO① EUF(手前側)	MIZ ①									<0.001
19	RO② EUF(奥側)	MIZ ②									<0.001
20	RO② EUF(手前側)	MIZ ②									<0.001
21	東3-03号機	GC-X01		<0.001							
22	東3-04号機	GC-X01		<0.001							
23	東3-05号機	GC-X01		<0.001							
24	東3-06号機	GC-X01		<0.001							
25	東3-07号機	GC-X01			<0.001						
26	東3-08号機	DCS-100NX●			<0.001						
27	東3-09号機	DCS-100NX●			<0.001						
28	東3-10号機	DCS-100NX			<0.001						
29	東4-10号機	DCS-100NX	<0.001								
30	東ｾﾝﾄﾗﾙ② ETRF入口	東DAB-NX ②	<0.001								
31	東ｾﾝﾄﾗﾙ② ETRF出口3	東DAB-NX ②	<0.001								
32	東ｾﾝﾄﾗﾙ② ETRF出口4	東DAB-NX ②	<0.001								
	合計	32	4	4	4	4	4	4	4	0	4

2023年11月生菌測定結果

採取日		装置	2022/11/1	2022/11/2	2022/11/3	2022/11/4	2022/11/7	2022/11/9	2022/11/11	2022/11/21	2022/11/25
計測日			2022/11/8	2022/11/9	2022/11/10	2022/11/11	2022/11/14	2022/11/16	2022/11/18	2022/11/28	2022/12/2
培養温度		25～30℃	火	水	木	金	月	水	金	月	金
測定場所		担当（本館）				尾ノ上	稲富	稲富	稲富	稲富	稲富
		担当（東棟）	都	都	吉岩						
1	3-05	GC-300N●					0/50ml				
2	3-06	GC-300N●					0/50ml				
3	3-07	GC-300N●					0/50ml				
4	3-08	GC-300N●					0/50ml				
5	3-09	GC-300N●						0/50ml			
6	3-10	GC-300N●						0/50ml			
7	3-11	GC-300N●						0/50ml			
8	3-12	GC-300N●						0/50ml			
9	ｾﾝﾄﾗﾙ③ ETRF入口	DAB-NX ③				0/50ml					
10	ｾﾝﾄﾗﾙ③ ETRF出口	DAB-NX ③				0/50ml					
11	ｾﾝﾄﾗﾙ④ ETRF入口	DAB-NX ④				0/50ml					
12	ｾﾝﾄﾗﾙ④ ETRF出口	DAB-NX ④				0/50ml					
13	RO① ﾓｼﾞｭｰﾙ	MIZ ①							1/50ml	0/50ml	
14	RO② ﾓｼﾞｭｰﾙ	MIZ ②							7/50ml	0/50ml	
15	RO① タンク後	MIZ ①							0/50ml		
16	RO② タンク後	MIZ ②							0/50ml		
17	RO① EUF(奥側)	MIZ ①									0/50ml
18	RO① EUF(手前側)	MIZ ①									0/50ml
19	RO② EUF(奥側)	MIZ ②									0/50ml
20	RO② EUF(手前側)	MIZ ②									0/50ml
21	東3-03号機	GC-X01		0/50ml							
22	東3-04号機	GC-X01		0/50ml							
23	東3-05号機	GC-X01		0/50ml							
24	東3-06号機	GC-X01		0/50ml							
25	東3-07号機	GC-X01			0/50ml						
26	東3-08号機	DCS-100NX●			0/50ml						
27	東3-09号機	DCS-100NX●			0/50ml						
28	東3-10号機	DCS-100NX			0/50ml						
29	東4-10号機	DCS-100NX	0/50ml								
30	東ｾﾝﾄﾗﾙ② ETRF入口	東DAB-NX ②	0/50ml								
31	東ｾﾝﾄﾗﾙ② ETRF出口3	東DAB-NX ②	0/50ml								
32	東ｾﾝﾄﾗﾙ② ETRF出口4	東DAB-NX ②	0/50ml								
	合計	34	4	4	4	4	4	4	4	2	4