

2023年01月ET測定結果

採取日	装置	2023/1/4	2023/1/5	2023/1/9	2023/1/16	2023/1/18	2023/1/20	2023/1/30
測定場所	曜日	水	木	月	月	水	金	月
EU/mL	担当(本館)				稲富	稲富	稲富	稲富
	担当(東館)	都	都	吉岩				
1	4-01	DCS-100NX			<0.001			
2	4-02	DCS-100NX			<0.001			
3	4-03	DCS-100NX			<0.001			
4	4-04	DCS-100NX			<0.001			
5	4-05	DCS-100NX				<0.001		
6	4-06	DCS-100NX				<0.001		
7	4-07	DCS-100NX				<0.001		
8	4-08	DCS-100NX				<0.001		
9	4-09	DCS-100NX						<0.001
10	4-10	DCS-100NX						<0.001
11	4-11	DCS-100NX						<0.001
12	4-12個室	DBB-100NX						<0.001
13	セントラル① ETRF入口	DAB-NX ①					<0.001	
14	セントラル① ETRF出口	DAB-NX ①					<0.001	
15	セントラル② ETRF入口	DAB-NX ②					<0.001	
16	セントラル② ETRF出口	DAB-NX ②					<0.001	
17	東1-01号機	DBB-100NX		<0.001				
18	東1-02号機	GC-X01		<0.001				
19	東1-03号機	GC-X01		<0.001				
20	東1-04号機	GC-X01		<0.001				
21	東1-05号機	GC-X01			<0.001			
22	東1-06号機	GC-X01		<0.001				
23	東1-07号機	GC-X01		<0.001				
24	東1-08号機	GC-X01		<0.001				
25	東4-06号機	DCS-100NX	<0.001					
26	東セントラル① ETRF入口	東DAB-E ①	<0.001					
27	東セントラル① ETRF出口1	東DAB-E ①	<0.001					
28	東セントラル① ETRF出口2	東DAB-E ①	<0.001					
	合計	28	4	4	4	4	4	4

2023年01月生菌測定結果

採取日	装置	2023/1/4	2023/1/5	2023/1/9	2023/1/16	2023/1/18	2023/1/20	2023/1/30
計測日		2023/1/11	2023/1/12	2023/1/16	2023/1/23	2023/1/25	2023/1/27	2023/2/6
培養温度	25~30℃	水	木	月	月	水	金	月
測定場所	担当(本館)				稲富	稲富	稲富	稲富
	担当(東棟)	都	都	吉岩				
1	4-01	DCS-100NX			0/50ml			
2	4-02	DCS-100NX			0/50ml			
3	4-03	DCS-100NX			0/50ml			
4	4-04	DCS-100NX			0/50ml			
5	4-05	DCS-100NX				0/50ml		
6	4-06	DCS-100NX				0/50ml		
7	4-07	DCS-100NX				0/50ml		
8	4-08	DCS-100NX				0/50ml		
9	4-09	DCS-100NX						0/50ml
10	4-10	DCS-100NX						0/50ml
11	4-11	DCS-100NX						0/50ml
12	4-12個室	DBB-100NX						0/50ml
13	セントラル① ETRF入口	DAB-NX ①					0/50ml	
14	セントラル① ETRF出口	DAB-NX ①					0/50ml	
15	セントラル② ETRF入口	DAB-NX ②					0/50ml	
16	セントラル② ETRF出口	DAB-NX ②					0/50ml	
17	東1-01号機	DBB-100NX			0/50ml			
18	東1-02号機	GC-X01			0/50ml			
19	東1-03号機	GC-X01			0/50ml			
20	東1-04号機	GC-X01			0/50ml			
21	東1-05号機	GC-X01		0/50ml				
22	東1-06号機	GC-X01		0/50ml				
23	東1-07号機	GC-X01		0/50ml				
24	東1-08号機	GC-X01		0/50ml				
25	東4-06号機	DCS-100NX	0/50ml					
26	東セントラル① ETRF入口	東DAB-E ①	0/50ml					
27	東セントラル① ETRF出口1	東DAB-E ①	0/50ml					
28	東セントラル① ETRF出口2	東DAB-E ①	0/50ml					
合計	28	4	4	4	4	4	4	4