

2023年05月ET測定結果

| 採取日 | 装置 | 2023/5/1 | 2023/5/2 | 2023/5/4 | 2023/5/8 | 2023/5/10 | 2023/5/12 | 2023/5/22 | 2023/5/24 | 2023/5/26 |
|-------|--------------------|------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 測定場所 | 曜日 | 月 | 火 | 木 | 月 | 水 | 金 | 月 | 水 | 金 |
| EU/mL | 担当(本館) | | | | 稲富 | 稲富 | 稲富 | 稲富 | 稲富 | 稲富 |
| | 担当(東館) | 豊田 | 豊田 | 武田 | | | | | | |
| 1 | 1-01 | GC-X01 | | | <0.001 | | | | | |
| 2 | 1-02 | GC-X01 | | | <0.001 | | | | | |
| 3 | 1-03 | GC-X01 | | | <0.001 | | | | | |
| 4 | 1-04 | GC-X01 | | | <0.001 | | | | | |
| 5 | 1-05 | GC-X01 | | | | | | <0.001 | | |
| 6 | 1-06 | GC-X01 | | | | | | <0.001 | | |
| 7 | 1-07 | GC-X01 | | | | | | <0.001 | | |
| 8 | 1-08 | GC-X01 | | | | | | <0.001 | | |
| 9 | 1-09 | GC-X01 | | | | | | | <0.001 | |
| 10 | 1-10 | GC-X01 | | | | | | | <0.001 | |
| 11 | 1-11 | GC-300N● | | | | | | | <0.001 | |
| 12 | 1-12 | GC-300N● | | | | | | | <0.001 | |
| 13 | 予備 | GC-X01 | | | | <0.001 | | | | |
| 14 | セントラル① ETRF入口 | DAB-NX ① | | | | | | | | <0.001 |
| 15 | セントラル① ETRF出口 | DAB-NX ① | | | | | | | | <0.001 |
| 16 | セントラル② ETRF入口 | DAB-NX ② | | | | | | | | <0.001 |
| 17 | セントラル② ETRF出口 | DAB-NX ② | | | | | | | | <0.001 |
| 18 | RO① モジュール | MIZ ① | | | | | <0.001 | | | |
| 19 | RO② モジュール | MIZ ② | | | | | <0.001 | | | |
| 20 | RO① タンク後 | MIZ ① | | | | | <0.001 | | | |
| 21 | RO② タンク後 | MIZ ② | | | | | <0.001 | | | |
| 22 | 東3-03号機 | GC-X01 | <0.001 | | | | | | | |
| 23 | 東3-04号機 | GC-X01 | <0.001 | | | | | | | |
| 24 | 東3-05号機 | GC-X01 | <0.001 | | | | | | | |
| 25 | 東3-06号機 | GC-X01 | <0.001 | | | | | | | |
| 26 | 東3-07号機 | GC-X01 | | <0.001 | | | | | | |
| 27 | 東3-08号機 | DCS-100NX● | | <0.001 | | | | | | |
| 28 | 東3-09号機 | DCS-100NX● | | <0.001 | | | | | | |
| 29 | 東3-10号機 | DCS-100NX | | <0.001 | | | | | | |
| 30 | 東4-09号機 | DCS-100NX | <0.001 | | | | | | | |
| 31 | 東セントラル② ETRF入口 | 東DAB-NX ② | <0.001 | | | | | | | |
| 32 | 東セントラル② ETRF出口3 | 東DAB-NX ② | <0.001 | | | | | | | |
| 33 | 東セントラル② ETRF出口4 | 東DAB-NX ② | <0.001 | | | | | | | |
| | 合計 | 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |

2023年05月生菌測定結果

| 採取日 | 装置 | 2023/5/1 | 2023/5/2 | 2023/5/4 | 2023/5/8 | 2023/5/10 | 2023/5/12 | 2023/5/22 | 2023/5/24 | 2023/5/26 |
|------|--------------------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 計測日 | | 2023/5/8 | 2023/5/9 | 2023/5/11 | 2023/5/15 | 2023/5/17 | 2023/5/19 | 2023/5/29 | 2023/5/31 | 2023/6/2 |
| 培養温度 | 25~30℃ | 月 | 火 | 木 | 月 | 水 | 金 | 月 | 水 | 金 |
| 測定場所 | 担当(本館) | | | | 稲富 | 稲富 | 稲富 | 稲富 | 稲富 | 稲富 |
| | 担当(東棟) | 豊田 | 豊田 | 武田 | | | | | | |
| 1 | 1-01 | GC-X01 | | | 0/50ml | | | | | |
| 2 | 1-02 | GC-X01 | | | 0/50ml | | | | | |
| 3 | 1-03 | GC-X01 | | | 0/50ml | | | | | |
| 4 | 1-04 | GC-X01 | | | 0/50ml | | | | | |
| 5 | 1-05 | GC-X01 | | | | | | 0/50ml | | |
| 6 | 1-06 | GC-X01 | | | | | | 0/50ml | | |
| 7 | 1-07 | GC-X01 | | | | | | 0/50ml | | |
| 8 | 1-08 | GC-X01 | | | | | | 0/50ml | | |
| 9 | 1-09 | GC-X01 | | | | | | | 0/50ml | |
| 10 | 1-10 | GC-X01 | | | | | | | 0/50ml | |
| 11 | 1-11 | GC-300N● | | | | | | | 0/50ml | |
| 12 | 1-12 | GC-300N● | | | | | | | 0/50ml | |
| 13 | 予備 | GC-X01 | | | | 0/50ml | | | | |
| 14 | セントラル① ETRF入口 | DAB-NX ① | | | | | | | | 0/50ml |
| 15 | セントラル① ETRF出口 | DAB-NX ① | | | | | | | | 0/50ml |
| 16 | セントラル② ETRF入口 | DAB-NX ② | | | | | | | | 0/50ml |
| 17 | セントラル② ETRF出口 | DAB-NX ② | | | | | | | | 0/50ml |
| 18 | RO① モジュール | MIZ ① | | | | | 0/50ml | | | |
| 19 | RO② モジュール | MIZ ② | | | | | 0/50ml | | | |
| 20 | RO① タンク後 | MIZ ① | | | | | 0/50ml | | | |
| 21 | RO② タンク後 | MIZ ② | | | | | 0/50ml | | | |
| 22 | 東3-03号機 | GC-X01 | | 0/50ml | | | | | | |
| 23 | 東3-04号機 | GC-X01 | | 0/50ml | | | | | | |
| 24 | 東3-05号機 | GC-X01 | | 0/50ml | | | | | | |
| 25 | 東3-06号機 | GC-X01 | | 0/50ml | | | | | | |
| 26 | 東3-07号機 | GC-X01 | | | 0/50ml | | | | | |
| 27 | 東3-08号機 | DCS-100NX● | | | 0/50ml | | | | | |
| 28 | 東3-09号機 | DCS-100NX● | | | 0/50ml | | | | | |
| 29 | 東3-10号機 | DCS-100NX | | | 0/50ml | | | | | |
| 30 | 東4-09号機 | DCS-100NX | 0/50ml | | | | | | | |
| 31 | 東セントラル② ETRF入口 | 東DAB-NX ② | 0/50ml | | | | | | | |
| 32 | 東セントラル② ETRF出口3 | 東DAB-NX ② | 0/50ml | | | | | | | |
| 33 | 東セントラル② ETRF出口4 | 東DAB-NX ② | 0/50ml | | | | | | | |
| | 合計 | 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |