

## 2023年08月ET測定結果

採取日	装置	2023/8/2	2023/8/4	2023/8/7	2023/8/14	2023/8/16	2023/8/28	
測定場所	曜日	水	金	月	月	水	月	
EU/mL	担当(本館)	稲富	稲富		稲富	稲富	稲富	
	担当(東館)		吉岩	吉岩				
1	2-09	GC-X01	<0.001					
2	2-10	GC-X01	<0.001					
3	2-11	GC-X01	<0.001					
4	2-12	GC-X01	<0.001					
5	2-13	GC-X01				<0.001		
6	2-14	GC-X01				<0.001		
7	3-13	DBB-100NX				<0.001		
8	3-14	DBB-100NX				<0.001		
9	8-01	DCS-100NX					<0.001	
10	8-02	DCS-100NX					<0.001	
11	8-03	DCS-100NX					<0.001	
12	8-04	DCS-100NX					<0.001	
13	病棟①	DBB-100NX				<0.001		
14	病棟②	DBB-100NX				<0.001		
15	セントラル③ ETRF入口	DAB-NX ③		<0.001				
16	セントラル③ ETRF出口	DAB-NX ③		<0.001				
17	セントラル④ ETRF入口	DAB-NX ④		<0.001				
18	セントラル④ ETRF出口	DAB-NX ④		<0.001				
19	東1-09号機	GC-X01			<0.001			
20	東1-10号機	GC-X01			<0.001			
21	東2-01号機	DBB-100NX			<0.001			
22	東2-02号機	DCS-100NX			<0.001			
23	東4-07号機	DCS-100NX		<0.001				
24	東セントラル② ETRF入口	東DAB-NX ②		<0.001				
25	東セントラル② ETRF出口3	東DAB-NX ②		<0.001				
26	東セントラル② ETRF出口4	東DAB-NX ②		<0.001				
	合計	26	4	8	4	4	2	4

## 2023年08月生菌測定結果

採取日	装置	2023/8/2	2023/8/4	2023/8/7	2023/8/14	2023/8/16	2023/8/28	
計測日		2023/8/9	2023/8/11	2023/8/14	2023/8/21	2023/8/23	2023/9/4	
培養温度	25~30℃	水	金	月	月	水	月	
測定場所	担当(本館)	稲富	稲富		稲富	稲富	稲富	
	担当(東棟)		吉岩	吉岩				
1	2-09	GC-X01	0/50ml					
2	2-10	GC-X01	0/50ml					
3	2-11	GC-X01	0/50ml					
4	2-12	GC-X01	0/50ml					
5	2-13	GC-X01			0/50ml			
6	2-14	GC-X01			0/50ml			
7	3-13	DBB-100NX			0/50ml			
8	3-14	DBB-100NX			0/50ml			
9	8-01	DCS-100NX					0/50ml	
10	8-02	DCS-100NX					0/50ml	
11	8-03	DCS-100NX					0/50ml	
12	8-04	DCS-100NX					0/50ml	
13	病棟①	DBB-100NX				0/50ml		
14	病棟②	DBB-100NX				0/50ml		
15	セントラル③ ETRF入口	DAB-NX ③		0/50ml				
16	セントラル③ ETRF出口	DAB-NX ③		0/50ml				
17	セントラル④ ETRF入口	DAB-NX ④		0/50ml				
18	セントラル④ ETRF出口	DAB-NX ④		0/50ml				
19	RO① タンク後	MIZ ①					0/50ml	
20	RO② タンク後	MIZ ②					0/50ml	
21	東1-09号機	GC-X01			0/50ml			
22	東1-10号機	GC-X01			0/50ml			
23	東2-01号機	DBB-100NX			0/50ml			
24	東2-02号機	DCS-100NX			0/50ml			
25	東4-07号機	DCS-100NX						
26	東セントラル② ETRF入口	東DAB-NX ②		0/50ml				
27	東セントラル② ETRF出口3	東DAB-NX ②		0/50ml				
28	東セントラル② ETRF出口4	東DAB-NX ②		0/50ml				
	合計	28	4	8	4	4	2	6