2023年11月ET測定結果

採取日		装置	2023/11/1	2023/11/2	2023/11/4	2023/11/6	2023/11/8	2023/11/10	2023/11/16	2023/11/24
測定場所		曜日	水	木	土	月	水	金	木	金
EU/mL		担当(本館)				稲富	稲富	稲富	尾ノ上	稲富
		担当(東館)	武田	吉岩	吉岩					
1	3-05	GC-300N●				<0.001				
2	3-06	GC-300N●				<0.001				
3	3-07	GC-300N●				<0.001				
4	3-08	GC-300N●				<0.001				
5	3-09	GC-300N●					<0.001			
6	3-10	GC-300N●					<0.001			
7	3-11	GC-300N●					<0.001			
8	3-12	GC-300N●					<0.001			
9	RO① ﾓｼﾞｭｰﾙ	MIZ ①						<0.001	再検	
10	RO② ﾓｼﾞｭｰﾙ	MIZ ②						<0.001	再検	
11	RO① タンク後	MIZ ①						<0.001		
12	RO② タンク後	MIZ ②						<0.001		
13	RO① EUF(奥側)	MIZ ①								<0.001
14	RO① EUF(手前側)	MIZ ①								<0.001
15	RO② EUF(奥側)	MIZ ②								<0.001
16	RO② EUF(手前側)	MIZ ②								<0.001
17	東3-03号機	GC-X01		<0.001						
18	東3-04号機	GC-X01		<0.001						
19	東3-05号機	GC-X01		<0.001						
20	東3-06号機	GC-X01		<0.001						
21	東3-07号機	GC-X01			<0.001					
22	東3-08号機	DCS-100NX●			<0.001					
23	東3-09号機	DCS-100NX●			<0.001					
24	東3-10号機	DCS-100NX			<0.001					
25	東4-09号機	DCS-100NX	<0.001							
26	東ｾﾝﾄﾗﾙ② ETRF入口	東DAB-NX ②	<0.001							
27	東ｾﾝﾄﾗﾙ② ETRF出口3	東DAB-NX ②	<0.001							
28	東ｾﾝﾄﾗﾙ② ETRF出口4	東DAB-NX ②	<0.001							
	合計	28	4	4	4	4	4	4	0	4

2023年11月生菌測定結果

採取日		装置	2023/11/1	2023/11/2	2023/11/4	2023/11/6	2023/11/8	2023/11/10	2023/11/16	2023/11/24
計測日			2023/11/8	2023/11/9	2023/11/11	2023/11/13	2023/11/15	2023/11/17	2023/11/23	2023/12/1
培養温度		25～30℃	水	木	土	月	水	金	木	金
測定場所		担当（本館）				稲富	稲富	稲富	尾ノ上	稲富
		担当（東棟）	武田	吉岩	吉岩					
1	3-05	GC-300N●				0/50ml				
2	3-06	GC-300N●				0/50ml				
3	3-07	GC-300N●				0/50ml				
4	3-08	GC-300N●				0/50ml				
5	3-09	GC-300N●					0/50ml			
6	3-10	GC-300N●					0/50ml			
7	3-11	GC-300N●					0/50ml			
8	3-12	GC-300N●					0/50ml			
9	RO① ﾓｼﾞｭｰﾙ	MIZ ①						32/50ml	0/50ml	
10	RO② ﾓｼﾞｭｰﾙ	MIZ ②						24/50ml	0/50ml	
11	RO① タンク後	MIZ ①						0/50ml		
12	RO② タンク後	MIZ ②						0/50ml		
13	RO① EUF(奥側)	MIZ ①								0/50ml
14	RO① EUF(手前側)	MIZ ①								0/50ml
15	RO② EUF(奥側)	MIZ ②								0/50ml
16	RO② EUF(手前側)	MIZ ②								0/50ml
17	東3-03号機	GC-X01		0/50ml						
18	東3-04号機	GC-X01		0/50ml						
19	東3-05号機	GC-X01		0/50ml						
20	東3-06号機	GC-X01		0/50ml						
21	東3-07号機	GC-X01			0/50ml					
22	東3-08号機	DCS-100NX●			0/50ml					
23	東3-09号機	DCS-100NX●			0/50ml					
24	東3-10号機	DCS-100NX			0/50ml					
25	東4-09号機	DCS-100NX	0/50ml							
26	東ｾﾝﾄﾗﾙ② ETRF入口	東DAB-NX ②	0/50ml							
27	東ｾﾝﾄﾗﾙ② ETRF出口3	東DAB-NX ②	0/50ml							
28	東ｾﾝﾄﾗﾙ② ETRF出口4	東DAB-NX ②	0/50ml							
	合計	30	4	4	4	4	4	4	2	4